

SPECJALISTYCZNY SZPITAL  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
w Wałbrzychu



Wałbrzych, dnia 06.04.2020r.

DZPZ-530-Zp/14/PN-14/20

### **Wykonawcy – wszyscy**

**Dotyczy: „Dostawa materiałów medycznych oraz implantów do chirurgii szczękowo-twarzowej”- Zp/14/PN-14/20.**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawców w przedmiotowym postępowaniu.

#### **Pytanie 1, dot. pakietu nr 7**

Czy zamawiający dopuści soczewki opatrunkowe bez mocy optycznej (0.00)? Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

**Odp. Tak, Zamawiający dopuści.**

#### **Pytanie 2, dot. pakietu nr 7**


Czy zamawiający uzna za spełniony warunek udziału w postępowaniu, gdy wykonawca wykaże się co najmniej dwoma dostawami, na kwoty określone w wymaganiach SIWZ, których przedmiotem będzie dostawa m. in. sprzętu, narzędzi, soczewek wewnątrzgałkowych, roztworów i barwników okulistycznych?

**Odp. Tak, Zamawiający uzna.**

#### **Pytanie 3, dot. pakietu nr 5 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści ustnik do endoskopu z silikonową ochroną zgryzu oraz bezłateksową tasiemką mocującą, z otworem głównym w rozmiarze 20mm x 27mm?

**Odp. Tak, Zamawiający dopuści.**



SPECJALISTYCZNY SZPITAL  
im. dr. Alfreda Sokołowskiego  
w Wałbrzychu



#### **Pytanie 4, dot. pakietu nr 8**

Czy Zamawiający w Pozycji 1 dopuści test kasetkowy do szybkiej diagnostyki Streptococcus z grupy A którego zestaw zawiera:

- Kasety testowe
- Probówki do ekstrakcji
- Wymazówki sterylne
- Instrukcja
- Statyw roboczy
- Końcówki probówek ekstrakcyjnych
- Odczynnik ekstrakcyjny 1 (2M NaNO<sub>2</sub>)
- Odczynnik ekstrakcyjny 2 (0,027M kwas cytrynowy)
- Kontrola pozytywna (nieżywotne Strep A; 0.01% Proclin300)
- Kontrola negatywna (nieżywotne Strep C; 0.01% Proclin300) ?

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuści testu kasetkowego do szybkiej diagnostyki Streptococcus z grupy A z uwagi na brak w zestawie karty wyniku. Karta ta jest dokumentem, że z konkretnej firmy został wykonany test. Na tej karcie podbija i podpisuje się osoba wykonująca to badanie.**

#### **Pytanie 5, dot. pakietu nr 8**

Czy Zamawiający w pozycji nr 2 dopuści test kasetkowy ( surowica/osocze/krew pełna) wynik w przedziale < 10,10-30,>30 mg/l do szybkiej diagnostyki. Zestaw zawiera:

- Kasety testowe
- Zakraplacze
- Kapilary
- Instrukcja obsługi
- Bufor

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuści testu kasetkowego do szybkiej diagnostyki ( surowica/osocze/krew pełna) wynik w przedziale < 10,10-30,>30 mg/l z uwagi na brak w zestawie karty wyniku. Karta ta jest dokumentem, że z konkretnej firmy został wykonany test. Na tej karcie podbija i podpisuje się osoba wykonująca to badanie.**

#### **Pytanie 6, dot. pakietu 5 poz. 1**


Czy Zamawiający dopuści ustnik o wymiarach otworu głównego 21mmx26,5mm, wykonany z polietylenu?

**Odp. Tak, Zamawiający dopuści.**

#### **Pytanie 7, dot. pakietu 5 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści 100 sztuk w opakowaniu?

**Odp. Tak, Zamawiający dopuści, jeśli spełnione będą pozostałe warunki zawarte w SIWZ.**



SPECJALISTYCZNY SZPITAL  
im. dra Alfreda Sokolowskiego  
w Wałbrzychu



**Pytanie 8, dot. pakietu 9 poz. 2e**

Czy Zamawiający dopuści płytę o rozmiarze 12x20mm? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odp. Tak, Zamawiający dopuści.**

**Pytanie 9, dot. projektu umowy – Załącznik nr 3b**

Czy Zamawiający zmieni termin określony w:

- a) §4 ust. 3 lit a z .... dni na ....dni robocze
- b) §4 ust. 3 lit b z „48 godzin” na „2 dni robocze”?

Z uwagi na odległość pomiędzy siedzibą Wykonawcy a Zamawiającego termin wyznaczony w godzinach jest dla Wykonawcy niekorzystny, ponieważ w sytuacji gdy zgłoszenie wpłynie w piątek pod koniec dnia pracy Wykonawca nie będzie w stanie zrealizować zgłoszenia na czas.

**Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

**Pytanie 10, dot. projektu umowy – Załącznik nr 3b**

Czy Zamawiający dookreśli w § 4 ust. 7, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem? Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego.

**Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

**Pytanie 11, dot. projektu umowy – Załącznik nr 3b**

Czy Zamawiający w §6 ust. 1 zmieni na postanowienie, iż termin zapłaty będzie liczony od dnia wystawienia faktury o ile faktura zostanie dostarczona do Zamawiającego w terminie 3 dni od dnia wystawienia? Określenie terminu zapłaty liczonego od dnia dostarczenia faktury powoduje znaczny problem z określeniem terminu płatności na fakturze. Zastosowanie proponowanego rozwiązania powoduje, iż w przypadku przesyłek faktury będą dostarczane z jednodniową zwłoką.

**Odp. Zamawiający nie zmieni projektu umowy.**

**Pytanie 12, dot. projektu umowy – Załącznik nr 3b**

Czy Zamawiający dookreśli, iż odpowiedzialność Wykonawcy wskazana w §7 jest ograniczona do wartości towaru?

Obecna treść §7 nie określa do jakiego progu odpowiada Wykonawca.

**Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**


**Pytanie 13, dot. projektu umowy – Załącznik nr 3b**

Czy Zamawiający w §8 Ust. 1 lit a zmieni wysokość kary umownej z 1 na 0,5%?



Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokolowskiego  
ul. Alfreda Sokolowskiego 4  
58-309 Wałbrzych  
[www.zdrowie.walbrzych.pl](http://www.zdrowie.walbrzych.pl)  
[szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl](mailto:szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl)

sekretariat	74 64 89 600
faks	74 64 89 746
centrala	74 64 89 742



SPECJALISTYCZNY SZPITAL  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
w Wałbrzychu



ISO 9001



Przedstawione we wzorze umowy kary umowne nakładają na Wykonawcę obowiązek zapłaty zbyt wygórowanej kary umownej. Mając na uwadze przepis zawarty w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym Załącznik do SIWZ zwracamy się o zmianę wysokości zastrzeżonych kar umownych.


W rozumieniu art. 484 §1 k.c. (vide: wyrok SN z 20 maja 1980 r., sygn. akt I CR 229/80, OSNC 1980/12/243). Należy pamiętać, iż zastrzeżenie kary umownej podlega kontroli ze względu na ogólne zasady dotyczące treści czynności prawnych (art. 58 k.c.), jak i zakresu swobody stron w zakresie kształtowania stosunku prawnego (art. 353<sup>1</sup> k.c.). W konkretnych okolicznościach żądanie kary umownej może zostać uznane za sprzeczne z tymi zasadami. Żądanie kar umownych jedynie od wykonawcy oraz jednoczesne umniejszanie odpowiedzialności Zamawiającego nie znajduje żadnego uzasadnienia w charakterze stosunku prawnego łączącego strony w tej umowie. Takie działanie Zamawiającego jest niedopuszczalne. Zamawiający, korzystając w sposób nieuprawniony ze swojej silniejszej pozycji w ramach postępowania, narzuca treść umowy (w odniesieniu do wysokości kar umownych) w sposób sprzeczny z przeznaczeniem swojego prawa, dlatego takie działanie nie może korzystać z ochrony prawa. Ponadto w treści umowy Zamawiający nie przywidział dostaw na cito dlatego nie może ustanawiać kar za niedochowanie terminu takich dostaw. Biorąc pod uwagę powyższe zmiana kar umownych jest w pełni uzasadniona.

**Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

#### **Pytanie 14, dot. pakietu 3**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty w pakiecie 3 na zestaw do drenażu klatki piersiowej Plier-evac znanego amerykańskiego producenta, posiadający komorę zbior. 2,5 l. ze skalą pediatriczną od 0 do 100 ml co 1 ml, od 100 do 200 co 2 ml, wydzieloną komorą zastawki podwodnej, wydzieloną mechaniczną komorą regulacji podciśnienia, z możliwością nastawienia siły ssania w zakresie od 10 do 40 mm H<sub>2</sub>O za pomocą mechanicznego pokrętła; możliwością regulacji podciśnienia w dowolnym momencie pracy zestawu bez konieczności rozłączania układu; automatyczną zastawką zabezpieczającą przed wzrostem ciśnienia w drenowanych jamach w kierunku dodatnim; automatycznym odbarczaniem wysokiego ujemnego podciśnienia w opłucnej z dodatkową zastawką manualną (dzięki zastosowaniu automatycznych zastawek, nie ma potrzeby stosowania dodatkowej komory manometrycznej do monitorowania ciśnienia gdyż jest ono regulowane w pełni automatycznie i w tej sytuacji zestaw jest zestawem konstrukcyjnie 4 komorowym); port bezigłowy do komory zastawki podwodnej, drugi port bezigłowy na drenie do pobierania próbek; optyczny wskaźnik poprawnego działania źródła ssania; komorami zawierającymi barwnik umożliwiający łatwy odczyt poziomów płynów; wyposażony w przycisk do wyrównania ciśnienia z filtrem przeciwwakażeniowym; wyposażony w miernik przecieku doopłucnowego; drenaż pracujący bezgłośnie; w całości z półprzezroczystymi z samouszczelniającymi się drenami z antyzłamaniowym zabezpieczeniem z wysuwaną podstawką i haczykami do powieszenia; sterylne pakowane w folię i w podwójny papier?

**Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**



SPECJALISTYCZNY SZPITAL  
**im. dra Alfreda Sokołowskiego**  
w Wałbrzychu



**Pytanie 15, dot. pakietu 1 poz. 8 i 9**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie z Pakietu nr 1 pozycji 8 oraz 9. Wydzielenie ww. pozycji do oddzielnego pakietu pozwoli na złożenie oferty większej ilości Wykonawcom, a co za tym idzie uzyskanie przez Zamawiającego oferty korzystniejszej cenowo.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z pakietu 1 pozycji 8 oraz 9.**

Sporządziła: Małgorzata Słomiana  
nr tel.: 74/6489700