

Pakiet I									
I.p.	Nazwa sortymentu	Postać	Zawartość opakowania	Ilość opakowań	Oferowane opakowanie	Cena jednostkowa netto	Wartość ogółem netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość ogółem brutto
1	Test ciężowy	płytkowy	1	100					
SUMA									
Pakiet II									
I.p.	Nazwa sortymentu	Postać	Zawartość opakowania	Ilość opakowań	Oferowane opakowanie	Cena jednostkowa netto	Wartość ogółem netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość ogółem brutto
1	Test do wykrywania narkotyków w moczu (AMP,COC,MOP, THC)	1 zestaw-4 panelowy	Dowolne	1000					
SUMA									
Pakiet III									
I.p.	Nazwa sortymentu	Postać	Zawartość opakowania	Ilość opakowań	Oferowane opakowanie	Cena jednostkowa netto	Wartość ogółem netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość ogółem brutto
1	Test do wykrywania narkotyków w moczu (zawiera m.in. AMP,COC,MOP, THC)	1 zestaw - 7 panelowy	Dowolne	1000					
SUMA									

Pakiet IV

I.p.	Nazwa sortymentu	Postać	Zawartość opakowania	Ilość opakowań	Oferowane opakowanie	Cena jednostkowa netto	Wartość ogółem netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość ogółem brutto
1	Test do wykrywania narkotyków i dopalaczy w moczu	1 zestaw zawierający panel narkotyko wy min. AMP, COC, MOP, THC) oraz dopalacze K2,MDPV, CAT,OXY, MEP)	Dowolne	1000					
SUMA									

Pakiet V

I.p.	Nazwa sortymentu	Postać	Zawartość opakowania	Ilość opakowań	Oferowane opakowanie	Cena jednostkowa netto	Wartość ogółem netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość ogółem brutto
1	Test do wykrywania dopalaczy w moczu	1 zestaw zawierający panel dopalacze K2,MDPV, CAT,OXY, MEP)	Dowolne	400					
SUMA									

Pakiet VI									
I.p.	Nazwa sortymentu	Postać	Zawartość opakowania	Ilość opakowań	Oferowane opakowanie	Cena jednostkowa netto	Wartość ogółem netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość ogółem brutto
1	Paski do oznaczania poziomu glukozy	paski	50 szt. w opakowaniu zbiorczym (dopuszcza się inną ilość sztuk)	250					
SUMA									

Zamawiający wymaga zapewnienia glukometrów w ilości 10 sztuk, wraz z opieką serwisową i szkoleniem (bezpłatnym).
Dostarczenie glukometrów wymagane wraz z pierwszą dostawą pasków.

Parametry glukometru :

1. Zamawiający wymaga zapewnienia glukometrów w ilości 10 sztuk, wraz z opieką serwisową i szkoleniem (bezpłatnym).
2. Dostarczenie glukometrów wymagane wraz z pierwszą dostawą pasków.
3. **Parametry glukometru :**
 1. Glukometr skalibrowany do osocza.
 2. Rodzaj próbki krwi do badania: świeża próbka pełnej krwi kapilarnej uzyskanej z opuszki palca lub krew żylna.
 3. Paski zawierające enzym GDH-FAD, który nie interferuje z tlenem zawartym w krwi pacjenta.
 4. Wielkość kropli krwi zapewniająca prawidłowy pomiar max: 0,6 µl.
 5. Czas pomiaru max. 5 sekund.
 6. Wyposażony w wyrzutnik pasków.
 7. Zakres hematokrytu 20-65%
 8. Zakres pomiarowy: dolna granica ≤ 10 mg/l, górna granica ≤ 600 mg/l (+/- 10 mg/l).
 9. Typ badanego materiału: pełna krew włosniczkowa, żylna.
 10. Płyn kontrolny o 3 różnych zakresach (dostarczany bezpłatnie).
 11. Paski, glukometry i płyny kontrolne spełniające wymogi Normy ISO 15 197:2015 lub równoważnej, kopia certyfikatu dołączona do oferty.
 12. Temperatura przechowywania pasków testowych 2-32°C.
 13. Funkcja autokodowania.

14. Glukometr z podświetlonym wyświetlaczem i podświetlonym szczeliną paskową.

4. Dodatkowo punktowane:

1. Glukometr wyposażony w wskaźnik zakresu docelowego DualColor – 25% (lub równoważny, wskaźnik widoczny na glukometrze).
2. Pamięć glukometru (min. 450 pomiarów) – 25%