

Przedmiot zamówienia będzie realizowany w ramach projektu: Inwestycja: A2.4.1 Inwestycje w rozbudowę potencjału badawczego Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, Przedsięwzięcie: Centrum Kompetencji Mikroelektronika i Fotonika, Nr umowy KPOD.01.18-IW.03-0011/23



Łukasiewicz
Instytut
Mikroelektroniki
i Fotoniki



F2/25/2025/ZP

Warszawa, dnia 09.04.2025 r.

Dotyczy: postępowania przetargowego na dostawę urządzenia do naświetlania.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 1 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) przekazuje teść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 1.

dotyczy wymagań i parametrów technicznych na dostawę urządzenia do naświetlania,
7.7 Podłoża o grubości do 5mm

Czy Zamawiający dopuści urządzenie do naświetlania z centrowaniem górnym i dolnym dla podłoży o grubości do 2mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej grubości.

Uwaga!

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.