



Goczałkowice - Zdrój dn. 13.02.2025r.

ZP.382.1.2025.AW

ZD/ 358 /2025

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego (w tym rehabilitacyjnego) oraz mebli medycznych dla potrzeb Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój Sp. z o.o. z siedzibą w Goczałkowicach Zdroju (znak sprawy: ZP.382.1.2025)

Zamawiający informuje, że wpłynęło zapytanie do SWZ na które udziela następujących odpowiedzi:

Część nr 5

Pyt.1

Prosimy Zamawiającego o informację jak wygląda droga transportowa do miejsca posadowień urządzeń

- a. Prosimy o wyjaśnienie, na którym poziomie będzie umieszczone urządzenie?

Odpowiedź Zamawiającego:

Urządzenie jest posadowione na pierwszym poziomie.

- b. Czy jest winda towarowa/osobowa w budynku i jakie są jej wymiary -szer. głębokość, wysokość i nośność ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Brak konieczności korzystania z windy.

- c. Czy będzie konieczność przemieszczenia urządzenia po schodach ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie.

- d. Jakiej wielkości są otwory drzwiowe?

Odpowiedź Zamawiającego:

90 cm

- e. Czy są jakieś inne ograniczenia architektoniczne na drodze transportu urządzenia ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Brak innych ograniczeń

Informacja ta jest niezbędna do wyceny oferty oraz zaplanowania logistycznej obsługi kontraktu.

Pyt. 2

Prosimy o zgodę na przegląd chłodziarek 1x na 2 lata zamiast co roku. Chłodziarki są urządzeniami typu plug-in i producent nie wymaga przeglądów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.



UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

43-230 Goczałkowice-Zdrój • ul. Uzdrowska 54 • woj. śląskie

• Sekretariat: tel. (32) 449 21 01, fax.: (32) 449 21 17 • www.gozdroj.pl • e-mail: sekretariat@gozdroj.pl

• Centrala telefoniczna.: (32)449 20 00

NIP 6381811134 • Regon 000291888 • Nr KRS 0000527775 Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS

Kapitał Zakładowy: 89.705.000,00 zł wniesiony w całości ING Bank Śląski S. A. O/Pszczyna Nr 14 1050 1315 1000 0001 0136 6839



Pyt.3

Prosimy o zgodę na

- a. Wymiary zew. chłodziarki (SxGxW) 540*560*764 mm
- b. Wymiary zew. chłodziarki (SxGxW) 444*440*536 mm
- c. Pojemność użytkową 75L co jest o 7 litrów więcej niż wymaga Zamawiający.
- d. Waga urządzenia 41 kg.

Różnice są tak niewielkie, że nie powinno mieć to znaczenia dla Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie. Zamawiający nie wyraża gody na zaoferowanie chłodziarki o takich wymiarach.

Pyt 4 do umowy &4 ust. 8

Prosimy o zgodę na przeprowadzenie szkolenia on-line. Urządzenia są bardzo intuicyjne. Dodatkowo wysyłamy film instruktażowy obrazujący poszczególne elementy ustawień. Na końcu przeprowadzamy szkolenie on-line.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Z poważaniem

Prezes Zarządu

Uzdrowiska Goczałkowice – Zdrój Sp. z o.o.

Bogusława

Kupczak – Wiśniowska



UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

43-230 Goczałkowice-Zdrój • ul. Uzdrowska 54 • woj. śląskie

• Sekretariat: tel. (32) 449 21 01, fax.: (32) 449 21 17 • www.gozdroj.pl • e-mail: sekretariat@gozdroj.pl

• Centrala telefoniczna.: (32)449 20 00

NIP 6381811134 • Regon 000291888 • Nr KRS 0000527775 Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 89.705.000,00 zł wniesiony w całości ING Bank Śląski S. A. O/Pszczyna Nr 14 1050 1315 1000 0001 0136 6839