



WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W KRAKOWIE

Kraków, dnia 11 września 2023 r.

znak sprawy: AGZ.272.9.2023

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: *postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na: „Dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego – część II”, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 1.09.2023 r., nr 2023/BZP 00378057/01.*

Odpowiedź na wnioski o wyjaśnienie treści SWZ.

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z **art. 284 ust. 2** ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskami o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym Zamawiający udostępnia treść zapytań oraz udziela następujących wyjaśnień:

Wniosek nr 1:

Część 7. Prosimy o dopuszczenie wagi precyzyjnej o max obciążeniu 2100 g.

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że dopuszcza wagę precyzyjną o max obciążeniu 2100 g.

Wniosek nr 2:

Część 7. Prosimy o dopuszczenie wagi precyzyjnej o max obciążeniu 3500 g.

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że nie dopuszcza wagi precyzyjnej o max obciążeniu 3500 g.

Wniosek nr 3:

Część 7. Prosimy o dopuszczenie wagi precyzyjnej o max obciążeniu 2200 g.

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że dopuszcza wagę precyzyjną o max obciążeniu 2200 g.

Wniosek nr 4:

Część 7. Prosimy o dopuszczenie wagi precyzyjnej o max obciążeniu 4200 g.

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że nie dopuszcza wagi precyzyjnej o max obciążeniu 4200 g.

Odpowiedzi na powyższe wnioski stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia.

Zastępca Dyrektora Wojewódzkiej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie
ds. Administracyjno-Technicznych

mgr inż. Alina Jamka
Dokument podpisany elektronicznie