



Łódź, dnia 12/07/2023 r.

Wykonawcy

postępowanie nr 12/ZP/PN/2023

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego **„Dostawa sprzętu i aparatury medycznej dla wyposażenia Bloku Porodowego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach”**,

znak sprawy: **12/ZP/PN/2023**

Zamawiający zgodnie z art. 135 ust. 6 oraz art. 137 ust. 2 ustawy Pzp zamieszcza na stronie prowadzonego postępowania treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz modyfikację w zakresie Specyfikacji Warunków Zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytań.

Pytania w zakresie zadania nr 1 poz. 1- Lampa zabiegowa (mocowana do sufitu)

Pytanie nr 1:

„Ad. 6. Czy Zamawiający dopuści lampę o natężeniu maksymalnym 60 000 lux i regulacji w zakresie 50-100%? Proponowana wartość zapewnia bardzo dobre oświetlenie pola zabiegowego.”

Pytanie nr 2:

„Jakiego rodzaju jest strop w miejscu montażu lamp?”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że strop zbrojony zbudowany jest z pustaków typu ACKERMAN.



Pytanie nr 3:

„Jaka jest wysokość sal, gdzie maja być zamontowane lampy, czy jest tam sufit podwieszany, a jeżeli tak to na jakiej wysokości? Jaka jest odległość między sufitem podwieszanym a stropem właściwym?”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wysokość sal wynosi 2,73 m od podłogi do sufitu podwieszanego. Odległość między sufitem podwieszonym a stropem wynosi 27cm. Lampy będą zamontowane do już specjalnie przygotowanych w stropie sześciu śrub.

Pytanie nr 4:

„Czy w salach gdzie mają być zamontowane lampy są przewody zasilające, a jeżeli są, to jakie i gdzie są wyprowadzone?”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w salach gdzie będą zamontowane lampy są doprowadzone przewody zasilające o średnicy 1,5 mm, doprowadzone do skrzynki rozdzielczej z oddzielnym zabezpieczeniem.

Pytanie nr 5:

„Jeżeli w salach gdzie mają być zamontowane lampy nie ma kompletnej instalacji elektrycznej, czy Zamawiający zapewni we własnym zakresie poprowadzenie przewodów zasilających do każdej kopuły oddzielnie? Jeżeli nie, to czy będzie można ciągnąć instalacje w tzw. „korytkach”?”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że do każdej lampy jest doprowadzone oddzielne zasilanie, nie ma potrzeby ciągnąć instalacji w tzw. „korytkach”.



Pytanie nr 6:

„Czy w salach gdzie mają być zamontowane lampy, wiszą obecnie lampy operacyjne? Jeżeli tak, to jakiego producenta?”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w miejscach gdzie będą instalowane lampy nie było i nie ma zamontowanych lamp.

Pytanie nr 7

„Pkt. 19. Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący zasilania w przypadku zaferowania lampy z zasilaczem automatycznym pracującym w zakresie 100-240 V i 56-60 Hz?”

Pytanie nr 8:

„Czy Zamawiający dopuści do zaferowania lampę zabiegową z łącznym zasięgiem ramion 152 cm?”

Pytanie nr 9:

„Czy Zamawiający dopuści do zaferowania lampę zabiegową z natężeniem oświetlenia w odległości 1m o wartości 110 kLux, z możliwością regulacji w zakresie 20-100%, 22-110 kLux? Oferowany parametr jest lepszy od wymaganego.”

Pytanie nr 10:

„Czy Zamawiający dopuści do zaferowania lampę zabiegową z regulacją natężenia oświetlenia realizowaną z panelu dotykowego zlokalizowanego na czaszy lampy?”



Pytanie nr 11:

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową ze współczynnikiem odwzorowania barwy czerwonej R9 90?”

Pytanie nr 12:

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową z temperaturą barwową o wartości 4500K?”

Pytanie nr 13:

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową ze stopniem ochrony czaszy IP 40?”

Pytanie nr 14:

„Jaka jest wysokość sal, w miejscu montażu lamp zabiegowych?”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wysokość sal wynosi 2,73 m od podłogi do sufitu podwieszzonego.

Pytanie nr 15:

„Czy w pomieszczeniach, w których mają być zamontowane lampy zabiegowe istnieje sufit podwieszany? Jeżeli tak, to na jakiej wysokości? Jaka jest odległość między sufitem podwieszonym a stropem właściwym?”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w pomieszczeniach gdzie będą zamontowane lampy jest sufit podwieszany. Sufit podwieszany jest zamontowany na wysokości 2,73m od podłogi. Odległość między sufitem podwieszonym a stropem właściwym wynosi 27cm.



Pytanie nr 16:

„Jakiego rodzaju jest strop w miejscu montażu lamp zabiegowych?”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że jest to strop zbrojony zbudowany z pustaków typu ACKERMAN. Lampy będą zamontowane do już specjalnie przygotowanych w stropie sześciu śrub.

Pytanie nr 17:

„Czy w pomieszczeniach, w których mają być zamontowane lampy zabiegowe są poprowadzone przewody zasilające? Jeżeli tak, to o jakim przekroju, ile i gdzie są wyprowadzone?”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w miejscu zamontowania lamp są doprowadzone przewody elektryczne o średnicy 1,5mm od lampy do skrzynki rozdzielczej z oddzielnym zabezpieczeniem.

Pytanie nr 18:

„Jeżeli w salach, gdzie mają być zamontowane lampy zabiegowe nie ma kompletnej instalacji elektrycznej, czy Zamawiający zapewni wykonanie takowej we własnym zakresie? Jeżeli nie, to czy istnieje możliwość wykonania instalacji elektrycznej w tzw. „korytkach” wykonanych z tworzywa?”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w salach gdzie będą zainstalowane lampy zabiegowe jest doprowadzona instalacja elektryczna



Pytanie nr 19 :

„Czy w salach, w których mają być zamontowane lampy zabiegowe wiszą obecnie lampy zabiegowe? Jeżeli tak, to prosimy o podanie producenta i modelu lampy?”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że obecnie nie ma w miejscach gdzie będą instalowane lampy żadnych lamp.

Odpowiedź do pozostałych pytań z części „Pytania w zakresie zadania nr 1 poz. 1-Lampa zabiegowa (mocowana do sufitu) ”:

Zamawiający zmienia treść załącznika 2.1 poz. 1 do SWZ- Lampa zabiegowa (mocowana do sufitu) w punktach 6, 7, 19.

Lp.	Parametr	Parametry wymagane	Parametr oferowany PODAĆ / OPISAC
Charakterystyka techniczna			
6	Maksymalne natężenie światła lampy z w odległości 1m od czoła lampy 90000 Lux lub 110000 Lux z możliwością regulacji w zakresie od 45000 Lux do 90000 Lux lub z regulacją w zakresie 20-100%, 22000-110000 Lux.	Tak, podać	
7	Regulacja natężenia światła odbywająca się za pomocą membranowego panelu lub poprzez sensor ruchu umieszczone na czaszy lampy lub realizowaną z panelu dotykowego zlokalizowanego	Tak, podać	



Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Ul. Gabriela Narutowicza 34 lok. 105

90-135 Łódź

NIP: 726-26-54-060

www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 206 88 60

fax /+48/ 42 206 88 61

REGON: 101745880

	na czaszy lampy, w zakresie min. 50% – 100%		
19	Zasilanie – 230 V (+/-) 10%, 50 Hz, dopuszcza 100-240V, 56-60 Hz	Tak, podać	

Pozostała treść zapisów Załącznika nr 2.1 poz. 1 pozostaje bez zmian.

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 127 463 000,00 zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).

województwo [Ⓢ]
łódzkie



Pytania w zakresie zadania nr 1 poz. 2- Lampa zabiegowa (mocowana do ściany)

Pytanie nr 1:

„Ad.2. Czy zamawiający wymaga lampy ściennej? W punkcie 2 Zamawiający wymaga zawieszenia sufitowego.,,

Pytanie nr 2:

„Ad. 6. Czy Zamawiający dopuści lampę o natężeniu maksymalnym 60 000 lux i regulacji w zakresie 50-100%? Proponowana wartość zapewnia bardzo dobre oświetlenie pola zabiegowego.”

Pytanie nr 3:

„Jakiego rodzaju jest ściana w miejscu montażu lamp?”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że ściana jest rodzaju- płyta karton-gips na zewnątrz a między ścianą i płytą k-g wypełnienie specjalnie przygotowane do montażu lamp.

Pytanie nr 4:

„Jaka jest wysokość sal, gdzie mają być zamontowane lampy?”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wysokość sal wynosi 2,70 m od podłogi do sufitu podwieszanego.

Pytanie nr 5:

„Czy w salach gdzie mają być zamontowane lampy są przewody zasilające, a jeżeli są, to jakie i gdzie są wyprowadzone?.,,



Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w miejscach gdzie będą zamontowane lampy są doprowadzone przewody zasilające, doprowadzone do skrzynki rozdzielczej z oddzielnym zabezpieczeniem.

Pytanie nr 6:

„Jeżeli w salach gdzie mają być zamontowane lampy nie ma kompletnej instalacji elektrycznej, czy Zamawiający zapewni we własnym zakresie poprowadzenie przewodów zasilających do każdej kopuły oddzielnie? Jeżeli nie, to czy będzie można ciągnąć instalacje w tzw. „korytkach”?”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w miejscach gdzie będą montowane lampy nie ma potrzeby poprowadzenia dodatkowej instalacji.

Pytanie nr 7:

„Czy w salach gdzie mają być zamontowane lampy, wiszą obecnie lampy operacyjne? Jeżeli tak, to jakiego producenta?”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w miejscach gdzie będą instalowane lampy nie było i nie ma zamontowanych lamp

Pytanie nr 8:

„Pkt. 12. Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący zasilania w przypadku zaferowania lampy z zasilaczem automatycznym pracującym w zakresie 100-240 V i 56-60 Hz?”



Pytanie nr 9:

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową z łącznym zasięgiem ramion 152 cm?”

Pytanie nr 10:

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową z natężeniem oświetlenia w odległości 1m o wartości 110 kLux, z możliwością regulacji w zakresie 20-100%, 22-110 kLux? Oferowany parametr jest lepszy od wymaganego.

Pytanie nr 11:

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową z regulacją natężenia oświetlenia realizowaną z panelu dotykowego zlokalizowanego na czaszy lampy?”

Pytanie nr 12:

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową ze współczynnikiem odwzorowania barwy czerwonej R9 90?”

Pytanie nr 13:

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową z temperaturą barwową o wartości 4500K?”

Pytanie nr 14:

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową ze stopniem ochrony czaszy IP 40?”

Pytanie nr 15:

„Z jakiego materiału są wykonane ściany w miejscu montażu lamp zabiegowych?”



Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że ściana jest rodzaju- płyta karton-gips na zewnątrz a między ścianą i płytą k-g wypełnienie specjalnie przygotowane do montażu lamp.

Pytanie nr 16:

„Czy w pomieszczeniach, w których mają być zamontowane lampy zabiegowe są poprowadzone przewody zasilające? Jeżeli tak, to o jakim przekroju, ile i gdzie są wyprowadzone?”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w pomieszczeniach gdzie będą zamontowane lampy są doprowadzone przewody zasilające o średnicy 1,5 mm, doprowadzone do skrzynki rozdzielczej z oddzielnym zabezpieczeniem.”

Pytanie nr 17:

„Jeżeli w salach, gdzie mają być zamontowane lampy zabiegowe nie ma kompletnej instalacji elektrycznej, czy Zamawiający zapewni wykonanie takowej we własnym zakresie? Jeżeli nie, to czy istnieje możliwość wykonania natynkowej instalacji elektrycznej w tzw. „korytkach” wykonanych z tworzywa?”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w miejscach gdzie będą montowane lampy zabiegowe jest doprowadzona instalacja elektryczna nie ma potrzeby poprowadzenia dodatkowej instalacji w tzw. korytkach.



Odpowiedź do pozostałych pytań z części „Pytania w zakresie zadania nr 1 poz. 2- Lampa zabiegowa (mocowana ściany) ”:

Zamawiający zmienia treść załącznika 2.1 poz. 2 do SWZ- Lampa zabiegowa (mocowana do ściany) w punktach 2, 6, 7, 12.

Lp.	Parametr	Parametry wymagane	Parametr oferowany PODAĆ / OPISAC
Charakterystyka techniczna			
2	Zawieszenie ścienne czaszy składające się z 2 ramion. Obrót ramion o 180 stopni.	Tak	
6	Maksymalne natężenie światła lampy z w odległości 1m od czoła lampy 90000 Lux lub 110000 Lux z możliwością regulacji w zakresie od 45000 Lux do 90000 Lux lub z regulacją w zakresie 20-100%, 22000-110000 Lux.	Tak, podać	
7	Regulacja natężenia światła odbywająca się za pomocą membranowego panelu lub poprzez sensor ruchu umieszczone na czaszy lampy lub realizowaną z panelu dotykowego zlokalizowanego na czaszy lampy , w zakresie min. 50% – 100%	Tak, podać	
12	Zasilanie – 230 V (+/-) 10%, 50 Hz, dopuszcza 100-240V, 56-60 Hz	Tak, podać	

Pozostała treść zapisów Załącznika nr 2.1 poz. 2 pozostaje bez zmian.



Pytania w zakresie zadania nr 2- Wózek reanimacyjny z wyposażeniem

Pytanie nr 1:

„Pkt.1. Czy wymaganie w przypadku wózka reanimacyjnego z defibrylatorem aby zaoferowane było „Urządzenie zarejestrowane jako wyrób medyczny oznaczony znakiem CE zgodny z normami krajowymi i europejskimi” dotyczy defibrylatora jako wyrobu medycznego w tym zestawie? Produkty typu wózek reanimacyjny nie są wyrobami medycznymi w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych w związku z czym, nie posiadają certyfikatu CE ani deklaracji zgodności.

Preferencyjna stawka VAT w wysokości 8% może być zastosowana w przypadku wyrobu medycznego, do którego producent wydaje deklarację zgodności na podstawie Dyrektywy (EU)2017/745 (MDR) Parlamentu Europejskiego dotyczącej wyrobów medycznych, oznacza wyrób znakiem CE, nadaje mu niepowtarzalny numer UDI-DI oraz dokonuje wpisu wyrobu medycznego do bazy EUDAMED.

Produkty takie jak: wózek reanimacyjny, choć produkowane są z przeznaczeniem do użytku szpitalnego oraz zgodnie z wymaganiami dotyczącymi tego typu wyrobów nie spełniają założeń wyrobu medycznego określonych w regulacji (EU)2017/745 Parlamentu Europejskiego, więc co za tym idzie nie może być zastosowana dla nich preferencyjna stawka VAT. Defibrylator natomiast jest wyrobem medycznym, oznaczonym znakiem CE i producent wydaje do niego deklarację zgodności jako wyrobu medycznego.

W związku z powyższym prosimy aby Zamawiający wyraził zgodę na zaoferowanie wózka reanimacyjnego ze stawką VAT 23% natomiast defibrylatora ze stawką VAT 8%”

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia treść załącznika 2.2 do SWZ- Wózek reanimacyjny z wyposażeniem w punkcie 1.



Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Ul. Gabriela Narutowicza 34 lok. 105

90-135 Łódź

NIP: 726-26-54-060

www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 206 88 60

fax /+48/ 42 206 88 61

REGON: 101745880

Lp.	Parametr	Parametry wymagane	Parametr oferowany PODAĆ / OPISAĆ
Charakterystyka techniczna			
1	Dla wózka: Urządzenie zarejestrowane jako wyrób medyczny oznaczony znakiem CE zgodny z normami krajowymi i europejskimi- jeśli dotyczy Dla defibrylatora: Urządzenie zarejestrowane jako wyrób medyczny oznaczony znakiem CE zgodny z normami krajowymi i europejskimi	Tak, podać	

Pozostała treść zapisów Załącznika nr 2.2 pozostaje bez zmian.

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 127 463 000,00 zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).

województwo [Ⓢ]
łódzkie



Pytania w zakresie zadania nr 3- Łóżko porodowe

Pytanie nr 1:

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko porodowe, które posiada elektryczną regulację wysokości w zakresie 59,5 – 97,5 cm licząc od powierzchni materaca?”

Pytanie nr 2:

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko porodowe, które posiada segment nożny z regulacją położenia wzdłużnego oraz z możliwością całkowitego schowania pod siedzisko wraz z materacem, bez możliwości regulacji wysokości oraz bez możliwości kąta nachylenia, o obciążalności segmentu nożnego 170 kg?”

Pytanie nr 3:

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko porodowe, które wyposażone jest w następujące materace: materac wysuwny: dłg. 600 mm, szer. 820 mm, gr. 170 mm; materac leża: dłg. 1475 mm, szer. 820 mm, gr. 80 mm; materac noworodka: dłg. 315 mm, szer. 550 mm, gr. 35 jeden bok 65 mm?”

Pytanie nr 4:

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko porodowe, które posiada materace wykonane z pianki poliuretanowej, obszytej tkaniną wodoszczelną?”

Pytanie nr 5:

„Dot. pkt. 4 Czy Zamawiający dopuści łóżko z odbojnikami spłaszczonymi, prostymi o zaokrąglonych rogach, umieszczonymi w narożnikach od strony głowy?”



Pytanie nr 6:

„Dot. pkt. 10 Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 60cm – 105cm co jest szerszym zakresem i korzystniejszym dla zamawiającego?”

Pytanie nr 7:

„Dot. pkt. 11 Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją podnoszenia i opuszczania oparcia pleców w zakresie od -10° do +70°?”

Pytanie nr 8:

„Dot. pkt. 12 Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją nachylenia segmentu siedziska w zakresie 0 do 18,5 °?”

Pytanie nr 9:

„Dot. pkt. 13 Czy Zamawiający dopuści segment nożny leża z regulacją wysokości, regulacją położenia wzdłużnego oraz kąta nachylenia w zakresie 0-22°?”

Pytanie nr 10:

„Dot. pkt. 14 Czy Zamawiający dopuści łóżko z możliwością ustawienia tylko w pozycji Trendelenburga -10° za pomocą jednego przycisku, który znajduje się na sterowniku wbudowanym obustronnie w segmencie pleców?”

Pytanie nr 11:

„Dot. pkt. 15 Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wszystkich funkcji elektrycznych łóżka za pomocą : sterowników wbudowanych obustronnie w segment pleców (regulacja wysokości, segmentu pleców i siedziska, pozycja Trendelenburga zaprogramowana w jednym przycisku), za pomocą paneli wbudowanych w barierki boczne od strony wewnętrznej dla rodzącej (regulacja nachylenia segmentu pleców, wysokości leża) oraz pilota przewodowego (regulacje: wysokość, kąt nachylenia segmentu pleców i siedziska) ?”



Pytanie nr 12:

„Dot. pkt. 16 Czy Zamawiający dopuści materace o grubości 10cm (oparcie i siedzisko) o wadze 8,6 kg (oparcie +siedzisko) , bezszwowe zabezpieczone od spodu przed wnikaniem cieczy silikonem, materac stabilizowany za pomocą tworzywowych wypustek wkładanych w otwory w leżu?”

Pytanie nr 13:

„Dot. wyposażenie łóżka pkt. 3 Czy Zamawiający dopuści sterowniki wbudowane obustronnie w segment pleców, pod barierkami bocznymi, dostępne zawsze, bez względu na położenie barierki bocznych?”

Pytanie nr 14:

„Czy zamawiający dopuści łóżko oparte na dwóch kolumnach lub trzech kolumnach?”

Odpowiedź do wszystkich pytań z części „Pytania w zakresie zadania nr 3- Łóżko porodowe”:

Zamawiający zmienia treść załącznika 2.3 do SWZ- Łóżko porodowe w punktach 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 3 (wyposażenie łóżka porodowego).

Lp.	Parametr	Parametry wymagane	Parametr oferowany PODAĆ / OPISAC
Charakterystyka techniczna			
4	Rama łóżka zaopatrzona w cztery krążki odbojowe/ dopuszcza odbojniki spłaszczone, proste o zaokrąglonych rogach, umieszczonych w narożnikach od strony głowy	Tak, podać	
10	Elektryczna regulacja wysokości łóżka w zakresie min. 55 – 85 cm	Tak, podać	



Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Ul. Gabriela Narutowicza 34 lok. 105

90-135 Łódź

NIP: 726-26-54-060

www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 206 88 60

fax /+48/ 42 206 88 61

REGON: 101745880

	licząc od powierzchni materaca (± 3 cm)/ dopuszcza zakres 60-105 cm		
11	Elektryczna regulacja podnoszenia i opuszczania oparcia pleców w zakresie min. do 70° ($\pm 5^\circ$)/ dopuszcza zakres -10° do $+70^\circ$	Tak, podać	
12	Elektryczna regulacja nachylenia siedziska w zakresie min. 0° do 20° / dopuszcza zakres 0° do $+18,5^\circ$	Tak, podać	
13	Segment nożny leża z regulacją wysokości, regulacją położenia wzdłużnego oraz kąta nachylenia w zakresie min. 0° - 25° / dopuszcza 0° - 22° , i z możliwością całkowitego wsunięcia pod siedzisko wraz z materacem i o obciążalności min. 130 kg	Tak, podać	
14	Możliwość ustawienia łóżka w pozycji Trendelenburga i Anty-Trendelenburga min. $\pm 15^\circ$ za pomocą pilota lub ręcznie/ dopuszcza łóżko z możliwością ustawienia tylko w pozycji Trendelenburga -10° za pomocą jednego przycisku, który znajduje się na sterowniku wbudowanym obustronnie w segmencie pleców	Tak, podać	
15	Funkcje sterowane z panela sterującego: - regulacja wysokości leża	Tak, podać	

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 127 463 000,00 zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).

województwo [Ⓢ]
łódzkie



Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Ul. Gabriela Narutowicza 34 lok. 105

90-135 Łódź

NIP: 726-26-54-060

www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 206 88 60

fax /+48/ 42 206 88 61

REGON: 101745880

<ul style="list-style-type: none">- regulacja przechyłów Trendelenburga i anty-Trendelenburga/ dopuszcza łóżko z możliwością ustawienia tylko w pozycji Trendelenburga -10° za pomocą jednego przycisku- regulacja kąta uniesienia segmentu siedzenia- regulacja kąta uniesienia oparcia pleców- jednoczesna regulacja oparcia pleców i segmentu siedzenia- pozycja fotelowa uzyskiwana z jednego przycisku- pozycja Fowlera uzyskiwana z jednego przycisku- pozycja do badań uzyskiwana z jednego przycisku- pozycja zerowa CPR uzyskiwana z jednego przycisku- pozycja antyszokowa uzyskiwana z jednego przycisku <p>Dopuszcza łóżko z regulacją wszystkich funkcji elektrycznych łóżka za pomocą za pomocą paneli wbudowanych w bariery boczne od strony wewnętrznej dla rodzącej (regulacja nachylenia segmentu pleców, wysokości leża) oraz pilota przewodowego (regulacje: wysokość,</p>		
---	--	--

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 127 463 000,00 zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).

województwo [®]
łódzkie



Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Ul. Gabriela Narutowicza 34 lok. 105

90-135 Łódź

NIP: 726-26-54-060

www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 206 88 60

fax /+48/ 42 206 88 61

REGON: 101745880

	kąt nachylenia segmentu pleców i siedziska)		
16	Łóżko porodowe wyposażone w materace o grubości max 10 cm i wadze do 10kg, bezszwowe, pokryte od spodu silikonem lub zabezpieczone od spodu przed wnikaniem cieczy silikonem z mobilną podpórką.	Tak, podać	
Wyposażenie łóżka porodowego			
3	Poręcze boczne z panelami sterującymi/ dopuszcza sterowniki wbudowane obustronnie w segment pleców, pod barierkami bocznymi, dostępne zawsze, bez względu na położenie barierki bocznych	Tak, podać	

Pozostała treść zapisów Załącznika nr 2.3 pozostaje bez zmian.

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 127 463 000,00 zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).

województwo [Ⓢ]
łódzkie



Pytania w zakresie zadania nr 4- Myjnia kaczek i basenów

Pytanie nr 1:

„Prosimy o dopuszczenie urządzenia wyposażonego w komorę z łączeniami laserowymi. Rozwiązanie takie jest równoważne z komorą głęboko tłoczoną, dodatkowo posiada dożywotnią gwarancję na komorę, czego nie zapewniają producenci komór głęboko tłoczonych. Łączenia te są wykonane z niezwykłą precyzją i nie stwarzają ryzyka osadzania się w nich mikroorganizmów (nie zawierają zagłębień).”

Pytanie nr 2:

„Czy Zamawiający dopuści do postępowania myjnię nie wymagającą wysuwania uchwytu? Zastosowane mocowanie jest ergonomiczne i pozwala na mycie różnorodnych naczyń bez konieczności wymiany kosza.”

Pytanie nr 3:

„Czy Zamawiający dopuści do postępowania myjnię z suszeniem konwekcyjnym? Polska Norma nie wymaga automatycznego, mechanicznego schładzania i suszenie naczyń strumieniem powietrza - po zakończonym cyklu pracy naczynia sanitarne poddawane temu procesowi mają być schłodzone, suche, bez skroplin wody na powierzchni i wewnątrz naczyń, nadto zaś naczynia do 5 minut po zakończonym cyklu mycia mają być suche. Stąd też rozwiązanie nasze jest równoważne parametrowi wymaganemu przez Zamawiającego. Oferowane rozwiązanie jest ponadto tańsze w użytkowaniu ponieważ nie wymaga wymiany drogich filtrów.”



Pytanie nr 4:

„Prosimy o dopuszczenie urządzenia informującego o błędach jedynie wizualnie. W wypadku wystąpienia błędu, myjnia samoczynnie przerwie pracę, stad też nie jest konieczna natychmiastowa reakcja użytkownika. Dzięki temu urządzenie nie jest narażone na usterkę wskutek braku reakcji osoby obsługującej je.”

Pytanie nr 5:

„Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania myjni dezynfektora posiadającej centralną obrotową dyszę rotacyjną, która dzięki swojej konstrukcji zapewnia skuteczne mycie naczyń sanitarnych. Natomiast w przeciwieństwie do dyszy teleskopowej nie wysuwa się ze ścian komory, dzięki czemu nie ulega awariom i zablokowaniu w przypadku kolizji z naczyniami sanitarnymi.”

Pytanie nr 6:

„Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania myjni dezynfektora o wytwarzanym poziomie hałasu max. 54 dB. Powyższy parametr nieznacznie odbiega od zapisów SWZ, jest zgodny z normą PN EN ISO 15883-3 i nie wpływa na eksploatację urządzenia. Różnica pomiędzy wartością opisaną w OPZ, a oferowaną jest w praktyce nieodczuwalna i nie powoduje żadnego dyskomfortu dla użytkownika.”

Pytanie nr 7:

„Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane urządzenie było wyposażone w komorę wykonaną ze stali nierdzewnej czy też ze stali kwasoodpornej (1.4404), która charakteryzuje się dużo większą wytrzymałością na działanie czynników fizykochemicznych niż stal nierdzewna.”



Pytanie nr 8:

„Prosimy o odstąpienie od wymogu zaoferowania myjni wyposażonej w dyszę teleskopową. Jest to rozwiązanie stosowane tylko i wyłącznie przez jednego producenta – firmę Meiko i wprowadzenie takiego zapisu uniemożliwia złożenie oferty na urządzenia pochodzące od innych producentów. Działanie takie ogranicza konkurencję i naraża Zamawiającego na niepotrzebnie zwiększone koszty zakupu i eksploatacji urządzenia.”

Pytanie nr 9:

„Czy mając na względzie znacznie większe bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne (minimalizacja ryzyka rozlania nieczystości w trakcie załadunku komory) Zamawiający wymaga zaoferowania myjni wyposażonej w system automatycznego otwierania i zamykania drzwi komory? Dzięki takiemu rozwiązaniu nie ma konieczności odstawiania brudnych naczyń w celu otwarcia drzwi komory.”

Pytanie nr 10:

„Ponieważ norma PN-EN ISO 15883-1 dopuszcza dwa sposoby suszenia wsadu – konwekcyjne oraz wymuszonym nadmuchem powietrza prosimy o dopuszczenie do oceny na zasadzie równoważności urządzeń wyposażonych w konwekcyjny system suszenia. Rozwiązanie takie znacznie lepiej sprawdza się w polskich warunkach, gdzie stosowane są naczynia wykonane z tworzywa sztucznego. Suszenie nawiewowe stosowane jest np. w Niemczech, gdzie naczynia wykonane są ze stali nierdzewnej, a przez to wymagają dodatkowego chłodzenia. Suszenie nawiewowe nie tylko podwyższa koszt zakupu urządzenia ale zwiększa także znacznie koszty jego eksploatacji – konieczność regularnej wymiany filtrów HEPA”



Pytanie nr 11:

„W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie dotyczące p. 20 prosimy o odstąpienie od wymogu p. 21 jako nie mającego uzasadnienia funkcjonalnego.”

Pytanie nr 12:

„Prosimy o dopuszczenie do oceny myjni o mniejszych wymiarach zewnętrznych tj.

Szerokość 450mm

Głębokość 555mm

Wysokość 1.150 mm

Podane wymiary minimalnie odbiegają od wymagań stawianych w SWZ. Pomimo mniejszej wysokości oferowane przez nas urządzenia pozwalają na mycie wymaganych w p. 12 ilości przedmiotów.”

Odpowiedź do wszystkich pytań z części „Pytania w zakresie zadania nr 4-Myjnia kaczek i basenów”:

Zamawiający zmienia treść załącznika 2.4 do SWZ- Myjnia kaczek i basenów w punktach 10, 15, 16, 23.

Lp.	Parametr	Parametry wymagane	Parametr oferowany PODAĆ / OPISAĆ
Charakterystyka techniczna			
10	Komora mycia wykonana ze stali nierdzewnej lub ze stali kwasoodpornej (1.4404) głęboko tłoczonej bez spoin	Tak, podać	
15	Dysza rotacyjna teleskopowa lub centralna obrotowa dysza rotacyjna	Tak, podać	



Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Ul. Gabriela Narutowicza 34 lok. 105

90-135 Łódź

NIP: 726-26-54-060

www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 206 88 60

fax /+48/ 42 206 88 61

REGON: 101745880

16	Drzwi uchylne na przedniej ścianie urządzenia otwierane i zamykane ręcznie lub myjnia wyposażona w system automatycznego otwierania i zamykania drzwi komory.	Tak, podać	
23	Poziom wytwarzanego przez urządzenie hałasu max. 54dB	Tak, podać	

Pozostała treść zapisów Załącznika nr 2.4 pozostaje bez zmian.

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 127 463 000,00 zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).

województwo [Ⓢ]
łódzkie



Pytania w zakresie zadania nr 5- Stanowisko do resuscytacji noworodka

Pytanie nr 1:

„Czy Zamawiający dopuści stanowisko bez dodatkowego zabezpieczenia przed przypadkowym otwarciem ścianek bocznych? Otwarcie ścianek bocznych wymaga ich uniesienia i odchylenia, co zabezpiecza przed ich przypadkowym otwarciem.”

Pytanie nr 2:

„Czy Zamawiający dopuści stanowisko z szufladą na kasetę RTG wysuwana po jednej stronie inkubatora?”

Pytanie nr 3:

„Czy Zamawiający dopuści stanowisko z jedną dużą szufladą na akcesoria, wysuwana po obu stronach inkubatora?”

Pytanie nr 4:

„Czy Zamawiający dopuści stanowisko wyposażone w szyny do montażu sprzętu w standardzie DIN, rozmiar 10 x 25 mm?”

Pytanie nr 5:

„Czy Zamawiający dopuści stanowisko wyposażone w promiennik grzejny zapewniający równomierne nagrzewanie powierzchni materacyka. Usytuowany pod kątem po stronie panelu sterującego, z możliwością odchylenia?”

Pytanie nr 6:

„Czy Zamawiający dopuści stanowisko z szerszym zakresem pomiarowym temperatury skóry (26 - 42°C) z dokładnością $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$?”



Pytanie nr 7:

„Czy Zamawiający dopuści stanowisko z ekranem LCD bez prezentacji trendów?”

Pytanie nr 8:

„Czy Zamawiający dopuści stanowisko bez zintegrowanego oświetlenia ogólnego?”

Pytanie nr 9:

„Czy Zamawiający dopuści stanowisko bez dodatkowych gniazd elektrycznych do podłączenia innego sprzętu?”

Pytanie nr 10:

„Czy Zamawiający dopuści stanowisko bez funkcji wyciszenia alarmów w sposób bezdotykowy?”

Pytanie nr 11:

„Czy Zamawiający dopuści stanowisko z precyzyjnymi nastawami stężenia tlenu w mieszance realizowane za pomocą mieszalnika niewbudowanego w panel główny, regulacja wartości ciśnienia gazów dostarczanych pacjentowi z zabezpieczeniem podaży powyżej 40 cm H₂O?”

Pytanie nr 12:

„Czy Zamawiający dopuści stanowisko bez automatycznych testów wykonywanych w czasie pracy inkubatora, natomiast z możliwością ręcznego uruchomienia przez użytkownika testu alarmów?”



Pytanie nr 13:

„Czy Zamawiający dopuści stanowisko do resuscytacji noworodka o poniższych parametrach:

Stanowisko do resuscytacji noworodka o gabarytach maksymalnych podanych poniżej :

Długość: 1100 mm

Szerokość: 800 mm

Wysokość: 1875 mm

Ogrzewacz promiennikowy z obrotową głowicą +/- 180 stopni (umożliwiająca wykonanie zdjęcia RTG) z wbudowanym oświetleniem.

Źródło ciepła - kwarcowy promiennik podczerwieni.

Moc promiennika 700-800 W.

Regulacja mocy grzania ręczna od 0-700 W

20 stopniowa ze skokiem 35W.

Regulacja temperatury :

- ręczna

- automatyczna

Utrzymywanie nastawionej temperatury z dokładnością min +/- 0,2 ° C.

Zakres automatycznej regulacji temperatury 34°-39° C.

Czujnik temperatury wielokrotnego użytku z możliwością dezynfekcji.

Łóżeczko z materacem piankowym niepodgrzewanym o wymiarach 750x550 mm. Przechył łóżeczka regulowany płynnie, bezstresowo w zakresie +/- 15° do pozycji Trendelenburga przy pomocy mechanizmu sterowanego uchwytem.

Ścianki boczne z czterech stron łóżeczka:

a) wykonane z tworzywa bezbarwnego odpornego na UV

b) odporne na zmywanie w środkach dezynfekcyjnych

c) odchylane o kąt 180°

d) szybkie wyjmowanie wszystkich ścianek do mycia (bez użycia narzędzi)

e) każda ścianka może być oddzielnie odchylana i wyjmowana

f) zabezpieczenie przed przypadkowym otwarciem ścianek

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 127 463 000,00 zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).



Podstawa jezdna inkubatora z blokadą 2 kółek, kółka przewodzące ładunki elektrostatyczne.
Wieszak do kroplówki mocowany do stelaża inkubatora, rura do zawieszenia pomp infuzyjnych.

Komunikaty słowne o ustawieniach i alarmach w języku polskim.

Alarm świetlny i dźwiękowy oraz wyłączenie grzejnika w przypadku przegrzania lub niedogrzenia.

Alarm świetlny i dźwiękowy w przypadku uszkodzenia lub odłączenia czujnika temperatury.

Wyświetlacz temperatury trójkolorowy o wysokości cyfr 30 mm zmieniający kolor wskazań w zależności od różnicy temperatury zadanej i mierzonej,

Komunikaty słowne o błędach i awariach.

Kolumna stanowiska wyposażona w prowadnice do mocowania osprzętu .

Możliwość zakupu uchwytów do różnych urządzeń.

Półka na dodatkowe wyposażenie lub monitor z elementem mocującym do posiadanego monitora.

Szafka z dwoma szufladami wysuwanymi do przodu urządzenia.

Obciążenie 10 kg na każdą z szuflad.

Oświetlenie podstawowe luminescencyjne 200W lub diodowe 50W.

Urządzenie wyposażone w zegar Apgar o następujących interwałach czasowych : 1min, 3min, 5min, 10min sygnalizacja optyczna i akustyczna.

Możliwość wbudowania diodowej lampy do fototerapii bilirubinowej w czasie ogrzewacza.

Światło niebieskie 472 nm.

Możliwość zamontowania legalizowanej wagi w blat stolika. Panel sterujący oraz obsługa funkcji w języku polskim.

Urządzenie fabryczne nowe, w najnowszej wersji sprzętowej na dzień składania oferty.

Posiadane dokumenty:

Deklaracja zgodności CE,

Wpis lub zgłoszenie do URW MiPB,

Certyfikat producenta wyrobów medycznych PN-EN ISO 13485

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 127 463 000,00 zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).



Certyfikat PN-EN ISO 9001 - projektowanie, serwis, produkcja sprzętu medycznego

Deklaracja producenta na zgodność z dyrektywą o wyrobach medycznych MDD 93/42/EEC”

Pytanie nr 14:

„Pozycja 14- Prosimy o dopuszczenie urządzenia pracującego w technologii Nellcor. Obie technologie Masimo i Nellcor są powszechnie używane w placówkach medycznych.

Ograniczanie opisu przedmiotu zamówienia tylko do technologii Masimo zakłóca zasadę uczciwej konkurencyjności.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. W myśl art. 7 Pzp, czynności Zamawiającego powinny zmierzać do zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wszystkich wykonawców. Stosownie z kolei do art. 29 ust. 2 Pzp, przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności – zgodnie z art. 29 ust. 3 Pzp – w sposób który wskazywałby na konkretny produkt lub wykonawcę. Z treści cytowanych przepisów wynika dla Zamawiającego zakaz dokonania opisu przedmiotu zamówienia w sposób utrudniający dostęp do zamówienia wykonawcy, który potencjalnie jest w stanie wykonać to zamówienie.

Formułując wymogi w zakresie opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający winien kierować się celem, jakiego zamawiane produkty mają służyć. Każde wymaganie ma znajdować uzasadnienie w obiektywnych potrzebach zamawiającego. Zespół Arbitrów w orzeczeniu z dnia 24 sierpnia 2007r. (sygn. akt UZP/ZO/0-1040/07 oraz UZP/ZO/0-1045/07) stwierdził, iż „wymagania muszą mieć walor istotnych, znaczących dla przedmiotu, nie mogą mieć charakteru subiektywnych, albo więcej – zmierzających do wyeliminowania niektórych podmiotów, bądź wyrażać preferencji dla konkretnego przedmiotu”. Stanowisko to pozostaje aktualne i nie budzi wątpliwości w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej, m.in.: w wyroku KIO z dnia 22 grudnia 2009r sygn. akt KIO/UZP 1734/09: „Szeroko pojęte wymagania



zamawiającego (w tym również dotyczące miejsca czy sposobu jego realizacji) składające się na opis przedmiotu zamówienia mogą naruszać konkurencję, o której stanowi art. 29 ust. 2 p.z.p., nie tylko przez eliminację niektórych wykonawców z możliwości zaoferowania swoich usług czy produktów, ale również w sposób nadmiernie utrudniający przygotowanie i złożenie korzystnej ekonomicznie i racjonalnej oferty.”

Lub prosimy o dopuszczenie stanowiska pracującego w technologii Nellcor z zewnętrznym modułem umożliwiającym pracę w technologii Masimo.

Pozostałe parametry zgodne z SWZ lub lepsze.”

Pytanie nr 15:

„Pozycja 7 Czy Zamawiający dopuści szufladę z organizerem i uchwytem na dokumenty wysuwaną obustronnie o ładowności 5kg?”

Odpowiedź do wszystkich pytań z części „Pytania w zakresie zadania nr 5- Stanowisko do resuscytacji noworodka”:

Zamawiający zmienia treść załącznika 2.5 do SWZ- Stanowisko do resuscytacji noworodka w punktach 3, 6, 8, 11, 13, 16, 22, 23, 26. Wykreśla z treści załącznika punkt 19

Lp.	Parametr	Parametry wymagane	Parametr oferowany PODAĆ / OPISAĆ
Charakterystyka techniczna			
3	Ścianki boczne przezierny, wykonane z materiału odpornego na UV, odporne na zmywanie w środkach dezynfekcyjnych, zabezpieczone przed przypadkowym otwarciem, opuszczane oraz w celu dostępu do dziecka demontowane przez użytkownika bez użycia narzędzi / dopuszcza stanowisko bez dodatkowego zabezpieczenia przed przypadkowym otwarciem ścianek bocznych. Otwarcie ścianek bocznych wymaga ich	Tak, podać	



Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Ul. Gabriela Narutowicza 34 lok. 105

90-135 Łódź

NIP: 726-26-54-060

www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 206 88 60

fax /+48/ 42 206 88 61

REGON: 101745880

	uniesienia i odchylenia, co zabezpiecza przed ich przypadkowym otwarciem.		
6	Szuflada lub prowadnice do wprowadzenia kasety RTG pod materacyk bez konieczności przemieszczania dziecka, kaseca wysuwana po obu stronach inkubatora lub stanowisko z szufladą na kasetę RTG wysuwaną po jednej stronie inkubatora.	Tak, podać	
7	Szuflady, pojemniki min . 1 dostępne po obu stron inkubatora.	Tak, podać	
8	Szyny do mocowania dodatkowych akcesoriów z potrójnymi płaszczyznami mocowania lub wyposażone w szyny do montażu sprzętu w standardzie DIN, rozmiar 10 x 25 mm.	Tak, podać	
11	Promiennik grzejny zapewniający równomierne nagrzewanie powierzchni materacyka. Usytuowany pod kątem po stronie panelu sterującego bez konieczności odsuwania/odchylania lub zawieszony równolegle nad leżem pacjenta odsuwany/odchylany lub z możliwością odchylenia.	Tak, podać	
13	Zakres pomiarowy temperatury skóry pacjenta min. 32÷41 °C z dokładnością czujnika min. ±0,1 °C/ dopuszcza zakresem pomiarowym temperatury skóry (26 - 42°C) z dokładnością ± 0,3°	Tak, podać	
16	Kolorowy wyświetlacz na panelu sterującym, typu LCD, umożliwia prezentację parametrów nastawnych i monitorowanych oraz prezentację graficzną cyklu pomiarowego, co najmniej: - trendy do 60-minut, w postaci krzywych, zapamiętywane i prezentowane na ekranie:	Tak, podać	

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 127 463 000,00 zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).

województwo ^Ł
łódzkie



Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Ul. Gabriela Narutowicza 34 lok. 105

90-135 Łódź

NIP: 726-26-54-060

www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 206 88 60

fax /+48/ 42 206 88 61

REGON: 101745880

	<ul style="list-style-type: none">- temperatura nastawiona,- moc grzewcza,- temperatura noworodka,- waga noworodka- saturacja <p>dopuszcza stanowisko z ekranem LCD bez prezentacji trendów.</p>		
18	Zintegrowane oświetlenie ogólne/ dopuszcza stanowisko bez zintegrowanego oświetlenia ogólnego pojedyncze lub podwójne źródło światła o regulowanej mocy, oświetlające całe pole pacjenta	Tak, podać	
19	Gniazda elektryczne 2 lub więcej wbudowane w inkubator umożliwiające podłączenie innego sprzętu.	Tak, podać	
22	Alarmy akustyczne i optyczne wyciszania, podczas wykonywania procedur medycznych, w sposób bezdotykowy, realizowany wyłącznie poprzez ruch ręki w pobliżu czujnika ruchu zapobiegający kontaktowi z częścią niesterylną urządzenia/ dopuszcza stanowisko bez funkcji wyciszenia alarmów w sposób bezdotykowy.	Tak, podać	
23	Wbudowany lub niezintegrowany w panel główny moduł do resuscytacji składający się z manometrów, przepływomierzy oraz mieszalnika. Precyzyjne nastawy stężenia tlenu w mieszance realizowane za pomocą mieszalnika wbudowanego w panel główny. Regulacja wartości ciśnienia gazów dostarczanych pacjentowi z zabezpieczeniem podaży powyżej 40 cm H ₂ O (prezentacja aktualnej wartości ciśnienia w drogach oddechowych na	Tak, podać	

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 127 463 000,00 zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).

województwo ^Ł
łódzkie



Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Ul. Gabriela Narutowicza 34 lok. 105

90-135 Łódź

NIP: 726-26-54-060

www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 206 88 60

fax /+48/ 42 206 88 61

REGON: 101745880

	manometrze). Regulowany PIP oraz PEEP.		
26	Test sprawdzający w trakcie pracy inkubatora wykonywany okresowo w celu kontroli poprawności funkcjonowania urządzenia/ dopuszcza stanowisko bez automatycznych testów wykonywanych w czasie pracy inkubatora, natomiast z możliwością ręcznego uruchomienia przez użytkownika testu alarmów.	Tak, podać	

Pozostała treść zapisów Załącznika nr 2.5 pozostaje bez zmian.

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 127 463 000,00 zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).

województwo [Ⓢ]
łódzkie



Pytania w zakresie zadania nr 6- Stół operacyjny

Pytanie nr 1:

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny jezdny z wyposażeniem ginekologicznym, który posiada jezdny napęd elektrohydrauliczny o wymiarach 2060 x 550 mm? „

Pytanie nr 2:

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny jezdny z wyposażeniem ginekologicznym, który posiada szerokość blatu wynoszącą 500 mm? „

Pytanie nr 3:

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny jezdny z wyposażeniem ginekologicznym, który posiada tylko procentową sygnalizację stanu naładowania akumulatora na wyświetlaczu pilota?”

Pytanie nr 4:

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny jezdny z wyposażeniem ginekologicznym, które nie posiada piątego koła kierunkowego aktywowanego przez pedał nożny? Rolę koła kierunkowego pełni jedno z czterech kół w podstawie.”

Pytanie nr 5:

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny jezdny z wyposażeniem ginekologicznym, który nie posiada możliwości instalacji elementów plecowych i nożnych o różnych kształtach i wymiarach po dowolnej stronie stołu? „



Pytanie nr 6:

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny jezdny z wyposażeniem ginekologicznym, który posiada możliwość zamiany podglówka z podnóżkami?”

Pytanie nr 7:

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny jezdny z wyposażeniem ginekologicznym, który posiada regulacje segmentu oparcia pleców w zakresie $-40^0/+85^0$?”

Pytanie nr 8:

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny jezdny z wyposażeniem ginekologicznym, który posiada na bezpieczną pracę stołu z możliwością zmiany ułożenia blatu wynosząca 200 kg?”

Pytanie nr 9:

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny jezdny z wyposażeniem ginekologicznym, który posiada maksymalną wagę stołu wynoszącą 250 kg?”

Pytanie nr 10:

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny jezdny z wyposażeniem ginekologicznym, który posiada materace przeciwodleżynowe, antystatyczne, demontowalne, odporne na środki dezynfekcyjne, wykonane z poliuretanu spienionego o grubości 50 mm?”

Pytanie nr 11:

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny jezdny z wyposażeniem ginekologicznym, który posiada materace mocowane za pomocą kołków przymocowanych do blatu stołu w poszczególnych segmentach?”



Pytanie nr 12:

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny jezdny z wyposażeniem ginekologicznym, który posiada materace bez funkcji pamięci kształtu?”

Pytanie nr 13:

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny jezdny z wyposażeniem ginekologicznym, który posiada podglówek płytowy na całą szerokość blatu, z regulacją w płaszczyźnie pionowej, wspomagane sprężyną gazową z blokadą, uruchamianymi łatwo dostępnymi dla personelu dźwigniami?”

Pytanie nr 14:

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny jezdny z wyposażeniem ginekologicznym, która posiada podpórkę ręki z poduszką z pianki, antystatyczną, o długości 500 mm, z pasem do mocowania ręki i klamrą mocującą ze stali nierdzewnej, której za pomocą sprężyny gazowej możliwe są regulacje: kątowna, góra/dół oraz wokół osi pionowej?”

Pytanie nr 15:

„Pkt. 5. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy stół operacyjny o nowoczesnej konstrukcji blatu wykonanej ze stali nierdzewnej i aluminium anodowego i z pokrywą podstawy wykonaną z trwałego tworzywa sztucznego odpornego na środki dezynfekcyjne?”

Pytanie nr 16:

„Pkt. 9 i 10. Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny bez pozycji odwróconej? Nadmieniamy, iż oferowany stół ma symetryczną podstawę względem kolumny więc pozycja odwrócona jest nie potrzebna jak w przypadku stołów z niesymetryczną podstawą.”



Pytanie nr 17:

„Pkt. 11. Prosimy o dopuszczenie stołu wyposażonego w cztery koła o średnicy 50 mm, zabudowane w podstawie co jest rozwiązaniem lepszym od wymaganego z uwagi na łatwiejsze utrzymanie w czystości.”

Pytanie nr 18:

„Pkt. 12. Czy Zamawiający dopuści aktywację piątego koła z pilota przewodowego?”

Pytanie nr 19:

„Pkt. 12. Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny bez piątego koła kierunkowego?”

Pytanie nr 20:

„Pkt. 13,14,15,16,17 Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z regulacją Trendelenburga i antyTrendelenburga, przechyłów bocznych oraz wysokości, realizowaną elektromechanicznie za pomocą pilota przewodowego oraz awaryjnego panelu sterującego umieszczonego na kolumnie stołu co jest rozwiązaniem nowocześniejszym od wymaganej pompy hydraulicznej?”

Pytanie nr 21:

„Pkt. 16. Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z zakresem regulacji wysokości od 558 do 885 mm?”

Pytanie nr 22:

„Pkt. 16. Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z zakresem regulacji wysokości od 540 do 1040 mm?”

Pytanie nr 23:

„Pkt. 16. Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z zakresem regulacji wysokości od 640 do 1130 mm?”



Pytanie nr 24:

„Pkt. 17. Czy Zamawiający wymaga aby pilot przewodowy posiadał minimum jedną pozycję uzyskiwaną jednym przyciskiem do zaprogramowania przez Użytkownika?”

Pytanie nr 25:

„Pkt. 18. Czy Zamawiający wymaga stołu składającego się z czterech segmentów blatu tj części siedziska, podnóżka prawego i lewego, części plecowej do której dołączany jest podglówek jako akcesorium?”

Pytanie nr 26:

„Pkt. 19. Czy Zamawiający dopuści stół bez pozycji odwróconej a co za tym idzie z segmentami nożnymi dołączanymi od strony nóg oraz z regulacją części plecowej zainstalowaną od strony pleców? Nadmieniamy, iż oferowany stół ma symetryczną podstawę względem kolumny oraz znacznie większy od wymaganego zakres przesuwu wzdłużnego wynoszący 390 mm, co gwarantuje lepszy dostęp do pacjenta oraz znacznie prostszą obsługę niż w rozwiązaniu opisanym w SWZ, więc pozycja odwrócona jest tu nie potrzebna jak w przypadku stołów z niesymetryczną podstawą.”

Pytanie nr 27:

„Pkt. 22. Czy Zamawiający wymaga aby stół posiadał regulację przesuwu wzdłużnego blatu realizowaną z pilota przewodowego gwarantującą przezierność dla aparatu RTG na całej długości blatu stołu?”

Pytanie nr 28:

„Pkt. 23. Czy Zamawiający wymaga podnóżka dzielonego wzdłużnie z niezależną regulacją pochylenia za pomocą sprężyny gazowej prawej i lewej części oraz z możliwością rozchylania na boki do 90 stopni względem osi wzdłużnej stołu?”



Pytanie nr 29:

„Pkt. 25. Czy Zamawiający wymaga aby stół posiadał elektromechaniczną regulację położenia segmentu plecowego blatu, realizowaną z pilota przewodowego i z panelu sterowania awaryjnego umieszczonego na kolumnie stołu?”

Pytanie nr 30:

„Pkt. 25. Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z regulacją segmentu pleców w zakresie 40 stopni / +70 stopni?”

Pytanie nr31:

„Pkt. 29. Czy Zamawiający wymaga aby stół posiadał możliwość awaryjnej pracy z sieci 220-240V w przypadku całkowitego rozładowania baterii?”

Pytanie nr 32:

„Pkt. 31. Czy Zamawiający dopuści materace mocowane za pomocą rzepów? Nadmieniamy, iż jest to popularny system, stosowany przez prawie wszystkich producentów stołów operacyjnych gwarantujący długie i bezproblemowe użytkowanie a w przypadku konieczności wymiany znikomy koszt w przeciwieństwie do dużo droższych pasków żelowych.”

Odpowiedź do wszystkich pytań z części „Pytania w zakresie zadania nr 6- Łóżko porodowe”:

Zamawiający zmienia treść załącznika 2.6 do SWZ- Stół operacyjny w punktach 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 25, 28, 29, 31, 2 i 3 (wyposażenie stołu operacyjnego).



Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Ul. Gabriela Narutowicza 34 lok. 105

90-135 Łódź

NIP: 726-26-54-060

www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 206 88 60

fax /+48/ 42 206 88 61

REGON: 101745880

Lp.	Parametr	Parametry wymagane	Parametr oferowany PODAĆ / OPISAĆ
Charakterystyka techniczna			
5	Konstrukcja stołu wykonana ze stali nierdzewnej lub ze stali nierdzewnej i aluminium anodowego , pokrywa podstawy stołu wykonana ze stali nierdzewnej lub trwałego tworzywa sztucznego odpornego na środki dezynfekcyjne.	Tak, podać	
10	Pilot z informacją o: - włączeniu/ wyłączeniu pilota - trzy stopniowym stanie naładowania stołu/ dopuszcza procentową sygnalizację stanu naładowania akumulatora - ułożeniu pacjenta w pozycji normalnej lub odwróconej	Tak, podać	
11	Cztery podwójne koła o średnicy min. 125 mm/ dopuszcza stół wyposażony w cztery koła o średnicy 50 mm	Tak, podać	
12	Piąte koło kierunkowe aktywowane przez pilot przewodowy lub pedał nożny/ dopuszcza stół operacyjny bez piątego koła kierunkowego aktywowanego przez pedał nożny jeśli jego rolę pełni jedno z czterech kół w podstawie.	Tak, podać	
13	Pozycja Trendelenburga / anti-Trendelenburga uzyskiwana mechanicznie lub elektromechanicznie i przy pomocy pilota lub za pomocą pilota przewodowego oraz awaryjnego panelu sterującego umieszczonego na	Tak, podać	

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 127 463 000,00 zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).

województwo [Ⓢ]
łódzkie



Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Ul. Gabriela Narutowicza 34 lok. 105

90-135 Łódź

NIP: 726-26-54-060

www.impl.biz.pl

tel. /+48/ 42 206 88 60

fax /+48/ 42 206 88 61

REGON: 101745880

	kolumnie stołu w zakresie min. + 30° / - 30°		
14	Wychylenia boczne uzyskiwane mechanicznie lub elektromechanicznie i przy pomocy pilota lub za pomocą pilota przewodowego oraz awaryjnego panelu sterującego umieszczonego na kolumnie stołu w zakresie min. +20° / - 20°	Tak, podać	
15	Podwójne sterowanie (możliwość sterowania pozycjami stołu przez pilota przewodowego oraz awaryjnego panelu sterującego umieszczonego na kolumnie stołu lub pilota elektrycznego lub nożną pompą hydrauliczną)	Tak, podać	
16	Regulacja wysokości uzyskiwana elektro-hydraulicznie lub elektromechanicznie, przy pomocy pilota i hydraulicznie z podstawy stołu lub przez pilota przewodowego oraz awaryjnego panelu sterującego umieszczonego na kolumnie stołu, w zakresie min 700 mm - 1100 mm +/- 20 mm/ dopuszcza zakres 558mm do 885mm lub 540 mm do 1040 mm.	Tak, podać	
17	Pozycje regulowane elektrohydraulicznie lub elektromechanicznie przez pilota przewodowego oraz awaryjnego panelu sterującego umieszczonego na kolumnie stołu lub pilota: <ul style="list-style-type: none">- góra, dół,- Trendelenburg/Anty-Trendelenburg- Przechyły boczne	Tak	

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 127 463 000,00 zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).

województwo ^Ł
łódzkie



Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Ul. Gabriela Narutowicza 34 lok. 105

90-135 Łódź

NIP: 726-26-54-060

www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 206 88 60

fax /+48/ 42 206 88 61

REGON: 101745880

25	Zakres regulacji segmentu pleców w zakresie min. $-50^{\circ}/+70^{\circ}$ / dopuszcza $-40^{\circ}/+85^{\circ}$ lub $-40^{\circ}/+70^{\circ}$	Tak, podać	
26	Bezpieczna praca stołu z możliwością zmiany ułożenia blatu min. 225kg.	Tak, podać	
27	Bezpieczna praca stołu w pozycji horyzontalnej z obciążeniem min. 250kg.	Tak, podać	
28	Maksymalna waga stołu 250 kg	Tak, podać	
29	Możliwość monitorowania stanu naładowania baterii/ dopuszcza możliwość awaryjnej pracy z sieci 220-240V w przypadku całkowitego rozładowania baterii	Tak, podać	
31	Materace mocowane za pomocą wielorazowych pasków żelowych lub rzepów z możliwością mycia i dezynfekcji	Tak, podać	
Wyposażenie stołu operacyjnego			
2	Sekcja głowy, ustawiana w dwóch płaszczyznach, automatyczne blokowanie kąta nachylenia podglówka, zintegrowana sprężyna gazowa, wspomagająca ręczną regulację nachylenia podglówka, możliwość szybkiego odłączenia./ dopuszcza podglówek płytowy na całą szerokość blatu, z regulacją w płaszczyźnie pionowej, wspomagane sprężyną gazową z blokadą, uruchamianymi łatwo dostępnymi dla personelu dźwigniami/ dopuszcza możliwość zamiany podglówka z podnóżkami	Tak, podać	

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 127 463 000,00 zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).

województwo ^Ł
łódzkie



3	Sekcja nóg, dzielona, opuszczana, odchylana na boki z mechanizmem blokującym, wspomagana sprężyną gazową, możliwość szybkiego odłączenia/ dopuszcza możliwość zamiany podgłówka z podnózkami	Tak, podać	
---	---	-------------------	--

Pozostała treść zapisów Załącznika nr 2.6 pozostaje bez zmian.

Pytania do treści SWZ

Pytanie nr 1:

„Rozdział XI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA Pkt 8. a)

Opisy, foldery, katalogi, karty techniczne i prospekty producenta są materiałami reklamowymi tworzonymi dla szerokiego grona odbiorców, a nie konkretnego Zamawiającego, Wobec powyższego nie jest możliwe umieszczenie na nich wszystkich informacji i parametrów, które są wymagane w danym postępowaniu.

Czy w przypadku braku jednoznacznego potwierdzenia parametru w katalogach lub ulotach producenta, Zamawiający dopuści załączenie oświadczenia autoryzowanego dystrybutora potwierdzające spełnianie opisanego wymagania?”

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia treść SWZ w rozdziale XI pkt 8 lit. a), który otrzymuje brzmienie:

„Opisów, folderów, katalogów, kart technicznych lub prospektów oferowanego przedmiotu zamówienia potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów oferowanych zgodnie z opisem w SWZ (z zaznaczeniem Pakietu i pozycji, której dotyczy). W przypadku braku jednoznacznego potwierdzenia parametru w katalogach lub ulotach producenta, Zamawiający



Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Ul. Gabriela Narutowicza 34 lok. 105

90-135 Łódź

NIP: 726-26-54-060

www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 206 88 60

fax /+48/ 42 206 88 61

REGON: 101745880

dopusći załączenie oświadczenia producenta potwierdzające spełnianie opisanego wymagania,”

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 127 463 000,00 zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).

województwo[®]
łódzkie



Pytania w zakresie Wzoru umowy w zakresie § 2

Pytanie nr 1:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 8 tygodni?”

Pytanie nr 2:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 8 tygodni?”

Pytanie nr 3:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 12 tygodni?”

Pytania nr 4:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostarczenia / montażu / instalacji i uruchomienia przedmiotu zamówienia do 12 tygodni od dnia zawarcia umowy?”

Odpowiedź do wszystkich pytań z części „Pytania w zakresie Wzory umowy w zakresie § 2”:

Zamawiający zmienia treść załącznika 4 do SWZ- Wzór umowy w § 2 ust. 1, który otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia / montażu / instalacji i uruchomienia przedmiotu zamówienia na własny koszt i ryzyko w terminie nie dłuższym niż do 8 tygodni od dnia zawarcia umowy, zachowując wszelkie środki ostrożności, w szczególności w zakresie instalacji. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru przedmiotu zamówienia w formie pisemnej.”

Pozostała treść zapisów Załącznika nr 4 w zakresie § 2 pozostaje bez zmian.



Pytania w zakresie Wzoru umowy w zakresie § 3

Pytanie nr 1:

„Pytanie do wzoru umowy § 3 ust. 1

Praktyką w przypadku gwarancji udzielanej na urządzenia medyczne jest wyłączenie tych wad i awarii aparatów, które wynikają z nieprawidłowego użycia (niezgodnego z instrukcją lub przeznaczeniem) aparatu przez Zamawiającego lub też spowodowane są okolicznościami o charakterze siły wyższej.

Czy wobec takiego katalogu włączeń z gwarancji, które są standardem dla aparatury medycznej, będącej przedmiotem niniejszego postępowania, Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie modyfikacji zapisu w następujący sposób:

„Gwarancją nie są objęte uszkodzenia i wady dostarczanego sprzętu wynikłe na skutek:

- eksploatacji przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi,
- samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby);
- Celowego lub nieumyślnego niewłaściwego użycia lub zaniedbania, uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych, jak również powstałych wskutek zaistnienia siły wyższej, działania władz wojskowych lub cywilnych, pożarów, powodzi, zalania, strajków lub innych zaburzeń w pracy, wojny, buntów, i innych powodów poza racjonalną kontrolą Wykonawcy”?”

Pytanie nr 2:

„Pytanie do wzoru umowy § 3 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę treści par. 3 ust. 3 w taki sposób, aby okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie wynosił 3 miesiące?”



Pytanie nr 3:

„Pytanie do wzoru umowy § 3 ust. 8

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wprowadzenie modyfikacji § 3 ust. 8 polegającej na dodaniu zdania:

„W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy, termin skutecznej naprawy może ulec przedłużeniu do 7 dni roboczych”.

Pytanie nr 4:

„Pytanie do wzoru umowy § 3 ust. 10

Z uwagi na specyfikę urządzeń medycznych, czynności serwisowe zapewne będą dokonywane, co wynika z normalnej eksploatacji urządzenia. W naszej ocenie przedłużenie okresu gwarancji powinno nastąpić nie o czas napraw, które zapewne nastąpią, a o czas przedłużającej się naprawy ponad terminy określone w umowie. W związku z powyższym prosimy o wprowadzenie stosownej zmiany w treści umowy.”

Pytanie nr 5:

„Pytanie do wzoru umowy § 3 ust. 11

Ze względu na fakt, że technologia wytwarzania sprzętu komputerowego ulega szybkim zmianom i cykle produkcyjne podzespołów są stosunkowo krótkie w celu zastąpienia ich nowymi technologicznie odpowiednikami, zwracamy się z prośbą o skrócenie terminu dostępności części zamiennych do siedmiu lat.”

Pytanie nr 6:

„Pytanie do wzoru umowy § 3 ust. 15

Z uwagi na to, że pełen dostęp do aparatu może być rozumiany jako dostęp do algorytmów, które są objęte obowiązkiem rejestracji urządzenia medycznego (np. FDA, CE) i jako taki nie może być przekazywany osobom nieupoważnionym przez wytwórcę aparatu do dokonywania zmian (bezpieczeństwo pacjenta) prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przez



przekazanie kluczy serwisowych rozumie kody i hasła umożliwiające serwisowanie aparatu i stacji roboczych.”

Pytanie nr 7:

„Pytanie do wzoru umowy § 3 ust. 17

Zwracam się z prośbą o udostępnienie wzoru umowy powierzenia danych osobowych, którą Zamawiający ma zamiar zawrzeć z Wykonawcą.”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zostanie sporządzona po zawarciu umowy ustalona z użytkownikiem.

Pytanie nr 8:

„Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu zapewnienia urządzenia zastępczego. Pragniemy nadmienić, iż asortyment będący przedmiotem zamówienia jest każdorazowo produkowany pod określone wymagania Zamawiającego, a żaden z Wykonawców nie posiada na stanach magazynowych produktów o takich samych parametrach, ponieważ wiązałoby się to z koniecznością produkowania podwójnie sprzętów oferowanych w postępowaniach publicznych.”

Odpowiedź do pozostałych pytań z części „Pytania w zakresie Wzoru umowy w zakresie § 3”:

Zamawiający zmienia treść załącznika 4 do SWZ- Wzór umowy w § 3 ust. 11, który otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca zagwarantuje dostępność części zamiennych dla sprzętu medycznego przez minimum 7 lat od zawarcia umowy.”

Pozostała treść zapisów Załącznika nr 4 w zakresie § 3 pozostaje bez zmian.



Pytania w zakresie Wzoru umowy w zakresie § 5

Pytanie nr 1:

„Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?”

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia treść załącznika 4 do SWZ- Wzór umowy w § 5 ust 3, który otrzymuje brzmienie:

„Płatność całości wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy nastąpi na podstawie faktury, w której zostanie ujęte rozbieżności cen za poszczególne pozycje (jeżeli dotyczy), wystawionej przez Wykonawcę po wykonaniu przedmiotu zamówienia, tj. po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń oraz podpisaniu stosownego protokołu odbioru przez obie Strony. Wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF będzie możliwe na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy.”

Pozostała treść zapisów Załącznika nr 4 w zakresie § 5 pozostaje bez zmian.



Pytania w zakresie Wzoru umowy w zakresie § 6

Pytanie nr 1:

„Dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 2 pkt g, h

W naszej ocenie zaproponowane kary umowne są rażąco wysokie. Na rynku wyrobów medycznych przyjęło się, iż wysokość kary to 0,1 - 0,2% za dzień zwłoki w wywiązaniu się z warunków umowy. W związku z tym, prosimy o obniżenie kary umownej do przyjętego w branży poziomu i zmianę w/w ustępów na:

b. w wysokości 0,2% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 (rozumianego jako całość przedmiotu zamówienia lub jego odpowiednia część), w przypadku uchybienia terminowi określonemu w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

g. w wysokości 0,2% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1, w przypadku nieprzywrócenia do stanu pierwotnego na koszt własny pomieszczeń, w których przedmiot zamówienia jest instalowany, w sytuacji określonej w § 2 ust. 2 umowy- w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia przez Użytkownika przedmiotu zamówienia, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

h. w wysokości 0,2% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 w przypadku niedostarczenia sprzętu zastępczego w przypadku uchybienia terminowi określonemu w § 3 ust. 12 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.”

Pytanie nr 2:

„Dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 5

Prosimy o usunięcie postanowienia uprawniającego Zamawiającego do potrącania kar umownych z wynagrodzeniem wykonawcy.

Postanowienie takie narusza zasadę równowagi stron i proporcjonalności.”



Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Ul. Gabriela Narutowicza 34 lok. 105

90-135 Łódź

NIP: 726-26-54-060

www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 206 88 60

fax /+48/ 42 206 88 61

REGON: 101745880

Odpowiedź do wszystkich pytań z części „Pytania w zakresie Wzory umowy w zakresie § 6”:

Zamawiający nie zmienia treść załącznika 4 do SWZ- Wzór umowy w § 6.

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 127 463 000,00 zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).

województwo [Ⓢ]
łódzkie



Inne pytania w zakresie Wzoru umowy

Pytanie nr 1:

„Z uwagi na wciąż dynamicznie rozwijającą się sytuację w kraju oraz na świecie proponujemy uzupełnienie umowy o następujące zastrzeżenia dotyczące siły wyższej:

Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, spowodowanych siłą wyższą, tj. przez okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, lub też niemożliwe do uniknięcia mimo możliwości ich przewidzenia, w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, strajki, zamieszki, embarga, stany zagrożenia epidemicznego, stany epidemii, stany nadzwyczajne, w tym stany klęski żywiołowej, decyzje, zarządzenia organów państwa itp.”

Pytanie nr 2:

„Z uwagi na wciąż dynamicznie rozwijającą się sytuację w kraju oraz na świecie proponujemy uzupełnienie umowy o następujące zastrzeżenia dotyczące siły wyższej:

Terminy wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, w tym czasu reakcji, ulegają przedłużeniu o czas trwania siły wyższej.”

Pytanie nr 3:

„Z uwagi na wciąż dynamicznie rozwijającą się sytuację w kraju oraz na świecie proponujemy uzupełnienie umowy o następujące zastrzeżenia dotyczące siły wyższej:

W przypadku zaistnienia zdarzenia siły wyższej, Strona, która na skutek siły wyższej nie może należycie wykonać zobowiązań wynikających z Umowy, zawiadomi niezwłocznie drugą Stronę o zaistnieniu siły wyższej, jednocześnie określając jej wpływ na wykonanie zobowiązań. Po zawiadomieniu, Strony będą współdziałać w dobrej wierze w celu wywiązania się ze zobowiązań w stopniu, w jakim jest to praktycznie możliwe oraz będzie poszukiwać wszelkich sensownych alternatywnych środków działania, możliwych mimo zaistnienia okoliczności siły wyższej.”



Odpowiedź do wszystkich pytań z części „Inna pytania w zakresie Wzory umowy”:

Zamawiający nie zmienia treść załącznika 4 do SWZ- Wzór umowy

Zamawiający w związku z powyższymi wyjaśnieniami zmienia treść SWZ w rozdziale III ust. 1, który otrzymują brzmienie:

„Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania zakupowego jest realizacja inwestycji pn. „Dostawa sprzętu i aparatury medycznej dla wyposażenia Bloku Porodowego Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Skierniewicach” przy ul. Stanisława Rybickiego 1 w Skierniewicach zgodnie ze szczegółowym opisem wymaganych parametrów technicznych sprzętu medycznego objętego zamówieniem, który Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć, zamontować/zainstalować oraz uruchomić - Załącznik nr 2.1 poz. 1 (zmiana nr 1), Załącznik nr 2.1 poz. 2 (zmiana nr 1), Załącznik nr 2.2 (zmiana nr 1), Załącznik nr 2.3 (zmiana nr 1), Załącznik nr 2.4 (zmiana nr 1), Załącznik nr 2.5 (zmiana nr 1), Załącznik nr 2.6 (zmiana nr 1) – Wymagane parametry techniczne do SWZ.”

Zamawiający w związku z powyższymi wyjaśnieniami zmienia treść SWZ w rozdziale III ust. 2 lit. c, który otrzymują brzmienie:

„Zamawiający wymaga, aby Wykonawca gwarantował, że dostarczony sprzęt medyczny i wyposażenie jest fabrycznie nowy, nie był używany, data produkcji zgodna z wymaganiami Załącznik nr 2.1 poz. 1 (zmiana nr 1), Załącznik nr 2.1 poz. 2 (zmiana nr 1), Załącznika nr 2.2 (zmiana nr 1), Załącznika nr 2.3 (zmiana nr 1), Załącznika nr 2.4 (zmiana nr 1), Załącznika nr 2.5 (zmiana nr 1), Załącznik nr 2.6 (zmiana nr 1) niepowystawowy, nieregenerowany, kompletny i gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów poza materiałami eksploatacyjnymi, oraz że nie ma wad fizycznych i prawnych.”

Zamawiający w związku z powyższymi wyjaśnieniami zmienia treść SWZ w rozdziale VIII, który otrzymuje brzmienie:

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 127 463 000,00 zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).



„Przedmiot zamówienia będzie dostarczony w terminie nie dłuższym niż do 4 tygodni od dnia zawarcia umowy.”

Zamawiający w związku z powyższymi wyjaśnieniami zmienia treść SWZ w rozdziale XV ust. 1, który otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca związany jest złożoną ofertą przez okres do 90 dni, tj. do dnia 27.10.2023 r.”

Zamawiający w związku z powyższymi wyjaśnieniami zmienia treść SWZ w rozdziale XVI ust. 1 lit. a) i b), który otrzymują brzmienie:

„a) wypełniony formularz ofertowy sporządzony wg załącznika nr 1 do SWZ (zmiana nr 1);

b) wypełniony formularz wymaganych parametrów technicznych – przedmiot zamówienia sporządzony wg załączników nr 2.1 poz. 1 (zmiana nr 1), 2.1 poz. 2 (zmiana nr 1), 2.2 (zmiana nr 1), 2.3 (zmiana nr 1), 2.4 (zmiana nr 1), 2.5 (zmiana nr 1), 2.6 (zmiana nr 1) do SWZ;”

Zamawiający w związku z powyższymi wyjaśnieniami zmienia treść SWZ w rozdziale XVII ust. 1, który otrzymuje brzmienie:

„Ofertę należy złożyć do dnia 31.07.2023 r. do godz. 10:00 pod rygorem nieważności na adres Platformy zakupowej. Ryzyko błędnego doręczenia oferty obciąża Wykonawcę.”

Zamawiający w związku z powyższymi wyjaśnieniami zmienia treść SWZ w rozdziale XVII ust. 3, który otrzymuje brzmienie:

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 127 463 000,00 zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).



„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.07.2023 r. do godz. 10:15.”

Zamawiający w związku z powyższymi wyjaśnieniami zmienia treść SWZ w rozdziale XXVI ust. 1 i 2, który otrzymują brzmienie:

„1. Załącznik nr 1 do SWZ: Formularz oferty (zmiana nr 1),
2. Załącznik nr 2.1 poz. 1 (zmiana nr 1), Załącznik nr 2.1 poz. 2 (zmiana nr 1), Załącznika nr 2.2 (zmiana nr 1), Załącznika nr 2.3 (zmiana nr 1), Załącznika nr 2.4 (zmiana nr 1), Załącznika nr 2.5 (zmiana nr 1), Załącznika nr 2.6 (zmiana nr 1) do SWZ: Przedmiot zamówienia – wymagane parametry techniczne”

Zamawiający w związku z powyższymi wyjaśnieniami zmienia treść SWZ w rozdziale XXVI ust. 5, który otrzymują brzmienie:

„Załącznik nr 4 do SWZ: Wzór umowy (zmiana nr 1)”

Zamawiający w związku z powyższymi wyjaśnieniami zmienia treść Załącznika nr 1 do SWZ- Formularz ofertowy w punkcie 3, lit. a), który otrzymuje brzmienie:

„Przedmiot zamówienia będzie dostarczony w terminie nie dłuższym niż do 8 tygodni od dnia zawarcia umowy.”

Zamawiający zastępuje SWZ, SWZ (zmiana nr 1).

Zamawiający zastępuje Załącznik nr 1 – Formularz oferty, Załącznikiem nr 1- Formularz oferty (zmiana nr 1)



Zamawiający zastępuje Załącznik nr 2.1 poz. 1- Lampa zabiegowa, Załącznikiem nr 2.1 poz.

1- Lampa zabiegowa (zmiana nr 1)

Zamawiający zastępuje Załącznik nr 2.1 poz. 2- Lampa zabiegowa, Załącznikiem nr 2.1 poz.

2- Lampa zabiegowa (zmiana nr 1)

Zamawiający zastępuje Załącznik nr 2.2- Wózek reanimacyjny z wyposażeniem, Załącznikiem

nr 2.2- Wózek reanimacyjny z wyposażeniem (zmiana nr 1)

Zamawiający zastępuje Załącznik nr 2.3- Łóżko porodowe, Załącznikiem nr 2.3- Łóżko

porodowe (zmiana nr 1)

Zamawiający zastępuje Załącznik nr 2.4- Myjnia, Załącznikiem nr 2,4- Myjnia (zmiana nr 1)

Zamawiający zastępuje Załącznik nr 2.5- Stanowisko do resuscytacji noworodka, Załącznikiem

nr 2.5- Stanowisko do resuscytacji noworodka (zmiana nr 1)

Zamawiający zastępuje Załącznik nr 2.6- Stół operacyjny, Załącznikiem nr 2.5- Stół operacyjny

(zmiana nr 1)

Zamawiający zastępuje Załącznik nr 4- Wzór umowy, Załącznikiem nr 4- Wzór umowy

(zmiana nr 1)

Zamawiający zmienił ogłoszenie o zamówieniu w zakresie wyżej wymienionych zmian.

Kierownik Wydziału Zamówień Publicznych

Sylwia Frąckowiak

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 127 463 000,00 zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).

województwo [Ⓢ]
łódzkie