



„Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o.
19-300 Elk, ul. Baranki 24,
tel. 87 620-95-71 wew. 51 - Automatyczna Centrala
tel. 87 621-96-20 - Sekretariat, Zarząd Spółki

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych
tel. 87 620-95-93
tel. 87 620-95-76
tel. 87 620-96-26

e-mail: zaopatrzenie-pm@elk.com.pl
e-mail: przetargi@promedica.elk.pl
www.promedica.elk.com.pl

Sprostowanie z dn. 24.06.2024 r.
Odpowiedź na Zapytanie 3

Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/DZZP/ 2261 / 1280 /24

Data: 24.06.2024 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji na „Zakup diagnostycznego sprzętu medycznego na potrzeby „Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o.” Znak Sprawy 2171/2024 w ramach realizacji projektu nr LTPL00022, pn. „Świadczenie wysokiej jakości usług medycznych na obszarze pogranicza polsko-litewskiego, ze szczególnym uwzględnieniem leczenia chirurgicznego i profilaktyki chorób zagrażających życiu” dofinansowanego w ramach programu Interreg Litwa-Polska 2021-2027.

Na podstawie art. 284 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytania dotyczącego zapisów specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęło następujące pytanie:

PYTANIE nr 1

Dot. projektu umowy par. 5 ust. 2 pkt. 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na:

W przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej tego samego elementu lub podzespołu a w przypadku konieczności czwartej naprawy Wykonawca dokona wymiany tego elementu lub podzespołu na nowy

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje Modyfikacji nr 1 z dn. 24.06.2024 r. Załącznika Nr 4 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy

PYTANIE nr 2

Dot. projektu umowy par. 5 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na gwarancję dostępności części zamiennych przez 8 lat?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje Modyfikacji nr 1 z dn. 24.06.2024 r. Załącznika Nr 4 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy

PYTANIE nr 3

Dot. projektu umowy par. 6 ust. 5



Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby łączna wysokość kar umownych naliczonych przez Zamawiającego w związku z realizacją umowy przez Wykonawcę nie mogła przekroczyć 20% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 2 ust. 6 umowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy bez zmian.

PYTANIE nr 4

Zwracamy się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści OPZ w zakresie wymagań zaferowania pojemnika do sterylizacji optyk. Czy Zamawiający wymaga zaferowania dodatkowego pojemnika, poza opisanym razem w komplecie z optyką 30st? Czy jest to omyłka i Zamawiający wymaga tylko zaferowania pojemnika opisanego w pozycji z optyką?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż jest to omyłka. Zamawiający dokonuje Modyfikacji nr 1 z dn. 24.06.2024 r. Załącznika Nr 3 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy.

Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w ofercie treści udzielonych odpowiedzi i dokonanych zmian, stanowią one bowiem integralną część SWZ.

Z poważaniem

