

Hajnówka dn. 20 maja 2025 r.

D/Kw.2232.4.2025

WYKONAWCY

Odpowiedź na pytanie dotyczące postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na dostawy – Dostawę aparatu RTG do Aresztu Śledczego w Hajnówce nr spr. **D/Kw.2232.4.2025**

Pytania:

Pytanie nr 1

1. Dotyczy formularza cenowego- Zestawienie ilościowo-wartościowe:

W związku z faktem, iż przedmiot zamówienia obejmuje dostawy sprzętu i usługi, które są opodatkowane różnej wysokości stawkami VAT, prosimy o potwierdzenie, iż wykonawca będzie miał możliwość modyfikacji tabeli cenowej i dokonania podziału pozycji w niej zawartych poprzez wyszczególnienie różnych stawek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pytanie nr 2

2. Dotyczy SWZ - 2025-05-07T130556.952, V. Opis przedmiotu zamówienia, 1. Kolumna z lampą rtg zintegrowana ze stołem

Czy Zamawiający przez „ruch teleskopowy kolumny z lampą RTG”, w przypadku oferowania aparatu w klasycznej konfiguracji stół - kolumna z lampą RTG – statyw do zdjęć płucnych, rozumie konieczność posiadania przez ramię lampy RTG wysuwu w osi poziomej ramienia lampy?

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nieposiadający możliwości takiego wysuwu? W przypadku posiadania przez aparat funkcjonalności pływającego blatu stołu, ruch wysuwu lampy nie ma dużego zastosowania.

Zapis w obecnym brzmieniu uniemożliwia nam złożenie ważnej, konkurencyjnej oferty na wysokiej klasy aparat RTG.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat posiadający generator wysokiej częstotliwości o wartości maksymalnej 70 kHz?

Częstotliwość pracy opisuje jedynie sposób wytwarzania wysokiego napięcia i nie jakość wytworzonego wysokiego napięcia. O jakości wytworzonego wysokiego napięcia decyduje wielkość tętnień która przekłada się na ilość niepożądanego promieniowania RTG.

Parametr ten jest ściśle związany ze specyfikacją techniczną generatora i nie ma wpływu na kliniczne działanie systemu. Obecny wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej, konkurencyjnej oferty.

Pytanie nr 4

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że uzna wymaganie za spełnione w przypadku zaoferowania aparatu w klasycznej konfiguracji stół - kolumna z lampą RTG – statyw do zdjęć płucnych wyposażonego w jeden, bezprzewodowy detektor cyfrowy (43cm x 43cm) do zastosowania naprzemiennie w szufladzie stołu i statywu.

Zwracamy uwagę Zamawiającego, że detektor cyfrowy jest kosztotwórczym elementem aparatu, a przy podanej planowanej ilości wykonywanych zdjęć, konfiguracja aparatu z jednym detektorem jest optymalna. Dodatkowo, umożliwia to Zamawiającemu uzyskanie porównywalnych cenowo ofert na aparaty typu ramie „Z” z jednym detektorem w obracanym stanowisku oraz aparaty w klasycznej, bardziej funkcjonalnej i wytrzymałej konfiguracji ze statywem płucnym oraz stołem kostnym.

Alternatywnie zwracamy się z prośbą o dopuszczenie aparatu wyposażonego w dwa detektory 43 x 43 cm, jeden bezprzewodowy w stole RTG oraz drugi zabudowany na stałe w statywie do zdjęć płucnych.

Pytania do wzoru umowy:

Pytanie nr 5

5. dot. §4 ust. 3 zdanie 2.

Zamawiający przewidział w przypadku każdej zwłoki Wykonawcy możliwość odstąpienia od Umowy. W ocenie Wykonawcy nie każda nieterminowa realizacja powinna skutkować uruchomieniem najdalej idących uprawnień, zwłaszcza w sytuacji, gdy równoległym zabezpieczeniem interesu Zamawiającego są kary umowne. W pierwszej kolejności należy dążyć do usunięcia ewentualnego naruszenia, zapobiegając potrzebie definitywnego zerwania umowy. Odstąpienie jest każdorazowo najdalej idącym, niekoniecznie korzystnym dla Zamawiającego rozwiązaniem. Skutkuje potrzebą poszukiwania innego wykonawcy, zawarcia nowej umowy, po zapewne wyższej cenie, niż obowiązująca w bieżącym kontrakcie. Wezwanie do prawidłowej realizacji umowy może zapobiec rozwiązaniu umowy, jednak Wykonawca powinien mieć zapewnioną możliwość realizacji określonych czynności, a wyznaczony termin powinien mu to umożliwiać. Dodatkowo, czas na odstąpienie przez Zamawiającego powinien być limitowany zgodnie z utrwalonymi praktykami, tak, aby Wykonawca nie pozostawał w niepewności co do losów umowy. W związku z powyższym prosimy o zmianę zdania 2. Oraz dodanie następujących zapisów:

Niezależnie od naliczanych kar umownych Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym, jeżeli wykonanie przedmiotu umowy nie zostanie zrealizowane w terminie wskazanym w § 1 ust. 1 a zwłoka Wykonawcy przekroczy 7 dni. Przed odstąpieniem, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Zamawiający wezwie Wykonawcę na piśmie pod rygorem nieważności do należytej realizacji umowy wyznaczając mu dodatkowy odpowiedni termin minimum 5 dni roboczych. Odstąpienie będzie możliwe w terminie 30 dni od bezskutecznego upływu dodatkowego terminu na prawidłową realizację umowy.

Pytanie nr 6

6. dot. §4 – brak limitu kar umownych

Zgodnie z art. 436 pkt 3) ustawy Pzp Zamawiający jest zobowiązany do określenia we wzorze umowy łącznej maksymalnej wysokości kar umownych. Limit kar w umowach w ramach postępowań dotyczących dostaw sprzętu medycznego oscyluje na rynku wokół 15-20% i jest powszechnie akceptowany przez zamawiających. Wykonawca proponuje zatem dodanie w §4 ust. 8 w brzmieniu: Wysokość kar umownych naliczonych na podstawie Umowy nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia brutto przysługującego Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy.

Pytanie nr 7

7. dot. §9

Działanie siły wyższej jest ogólną granicą odpowiedzialności stron za zobowiązania (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 31 maja 2019 r. IV CSK 129/18). Z uwagi na bardzo ogólne uregulowanie kwestii siły wyższej w projektowanych postanowieniach umowy, proponujemy doprecyzowanie §9 w poniższy sposób:

„1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej, tj. przez okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne lub też niemożliwe do uniknięcia mimo możliwości ich przewidzenia, w szczególności: okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, bądź też niemożliwe do uniknięcia mimo możliwości ich przewidzenia, w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, strajki, zamieszki, embarga, stany nadzwyczajne, zagrożenia epidemicznego lub epidemii, itp.

2. Terminy wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, w tym czasu reakcji, ulegają przedłużeniu o czas trwania siły wyższej.

3. W przypadku zaistnienia zdarzenia siły wyższej, Strona, która na skutek siły wyższej nie może należycie wykonać zobowiązań wynikających z Umowy, zawiadomi niezwłocznie drugą Stronę o zaistnieniu siły wyższej, jednocześnie określając jej wpływ na wykonanie zobowiązań. Po zawiadomieniu, Strony będą współdziałać w dobrej wierze w celu wywiązania się ze zobowiązań w stopniu, w jakim jest to praktycznie możliwe.”

Dot prac adaptacyjnych:**Pytanie nr 8**

Czy z Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie szkoleń aplikacyjnych z czasu na realizację Umowy i zgadza się na przeprowadzenie na fantomach jednodniowego szkolenia wstępnego z eksploatacji oraz bezpiecznego użytkowania? Z naszego doświadczenia wynika, że dostosowanie grafików lekarzy i techników do wspólnego terminu szkolenia, jak również (dodatkowo pożądane) umówienie pacjentów z konkretnymi schorzeniami na wybrany dzień, jest trudnym wyzwaniem wydłużającym czas realizacji szkolenia. Dodatkowo niezalecane jest wykonywanie badań na pacjentach bez przejścia własności systemu.

Pytanie nr 9

W przypadku zgody Zamawiającego na powyższe, prosimy o potwierdzenie, że przeprowadzenie szkoleń aplikacyjnych nie warunkuje podpisania protokołu odbioru końcowego.

Pytanie nr 10

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wydłuży odpowiednio czas realizacji w sytuacji, gdy nie będzie w stanie przekazać Wykonawcy: dokumentacji niezbędnej do procesowania projektu po stronie Zamawiającego; montażu urządzeń w wymaganym terminie lub gdy infrastruktura lub dokumenty nie będąca w zakresie Wykonawcy spowodują ewentualne przestoje w dostawie, adaptacji bądź instalacji i uruchomieniu.

Pytanie nr 11

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o przejęcie zakresu uzyskania wszelkich zgód administracyjnych, w szczególności na uruchomienie pracowni przez lokalną WSSE. Pragniemy zaznaczyć, że Wykonawca nie jest stroną dla WSSE, co dodatkowo może wydłużyć czas oczekiwania na uzyskanie przedmiotowej zgody. Wykonawca deklaruje pełne wsparcie w przygotowaniu i dostarczeniu dokumentów

Odpowiedzi na pytania:

1. W odpowiedzi na pytanie 1. Zamawiający nie jest płatnikiem VAT w związku z czym dokonuje zakupu w cenach brutto. Zamawiający dokonuje zakupu środka trwałego pod nazwą dostawa aparatu RTG.
2. W odpowiedzi na pytanie 2. Zamawiający nie zmienia wymagań.
3. W odpowiedzi na pytanie 3. Zamawiający nie zmienia wymagań.
4. W odpowiedzi na pytanie 4. Zamawiający nie zmienia wymagań.
5. W odpowiedzi na pytanie 5. Zamawiający nie zmienia wymagań.
6. W odpowiedzi na pytanie 6. Zamawiający informuję, iż dokonuje modyfikacji projektu umowy, tj. dodaje zapis w § 4 ust. 8, który otrzymuje brzmienie „Wysokość kar umownych naliczonych na podstawie Umowy nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia brutto przysługującego Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy”.
Zamawiający umieszcza zmodyfikowany załącznik nr 3 – Projekt umowy na stronie prowadzonego postępowania.
7. W odpowiedzi na pytanie 7. Zamawiający informuje, iż dokonuje modyfikacji tj. zmienia zapis § 9 „Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu działania siły wyższej..” na
„1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej, tj. przez okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne lub też niemożliwe do uniknięcia mimo możliwości ich przewidzenia, w szczególności: okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, bądź też niemożliwe do uniknięcia mimo możliwości ich przewidzenia, w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, strajki, zamieszki, embarga, stany nadzwyczajne, zagrożenia epidemicznego lub epidemii, itp.
2. Terminy wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, w tym czasu reakcji, ulegają przedłużeniu o czas trwania siły wyższej.
3. W przypadku zaistnienia zdarzenia siły wyższej, Strona, która na skutek siły wyższej nie może należycie wykonać zobowiązań wynikających z Umowy, zawiadomi niezwłocznie drugą

Stronę o zaistnieniu siły wyższej, jednocześnie określając jej wpływ na wykonanie zobowiązań. Po zawiadomieniu, Strony będą współdziałać w dobrej wierze w celu wywiązania się ze zobowiązań w stopniu, w jakim jest to praktycznie możliwe.”

Zamawiający umieszcza zmodyfikowany załącznik nr 3 – Projekt umowy na stronie prowadzonego postępowania.

8. W odpowiedzi na pytanie 8. Zamawiający nie zmienia wymagań.
9. W odpowiedzi na pytanie 9. Zamawiający nie zmienia wymagań.
10. W odpowiedzi na pytanie 10. Zamawiający nie zmienia wymagań.
11. W odpowiedzi na pytanie 11. Zamawiający nie zmienia wymagań.

*Dyrektor
Aresztu Śledczego w Hajnówce*

płk mgr Roman Paszko

Wykonano w 1 egz.

*1. egz. – a/a, wnioskodawca – wiadomość na platformie openNexus
– Zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania*