



Wrocław, dnia 03 marca 2022 r.

Strona postępowania

WWW

**Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego
Zakup wraz z dostawą przenośnego aparatu USG z Dopplerem oraz głowicą i torbą
transportową” Oznaczenie sprawy: Z.19.01/4/2022**

Zamawiający: **Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu** al. Ignacego
Jana Paderewskiego 35 51-612 Wrocław.

Tryb postępowania: zamówienie o udzielenie zamówienia w trybie zamówień
publicznych z wyłączeniem ustawy, zgodnie z art. 2 pkt. 1 Ustawy Prawo
Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
1129 z póź. zm.).

I. Do Zamawiającego, zostały skierowane pytania dotyczące treści zapytania
ofertowego w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, o następującej treści:

1. Pyt. do pkt. 2:

Zmawiający wskazuje na jednego konkretnego producenta oraz konkretną głowicę
od jednego producenta co narusza PZP, czy w związku z tym zamawiający dopuści
aparat USG renomowanego producenta wyposażony w głowicę obrazową, liniową o
częstotliwości pracy od 3 do 16 MHz o liczbie przetworników piezoelektrycznych
192?

Odpowiedź:

*Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest w trybie zamówień publicznych z
wyłączeniem ustawy, zgodnie z art. 2 pkt. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z
dnia 11 września 2019 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm). Niniejsze
zamówienie nie podlega przepisom tejże ustawy. Wartość zamówienia nie przekracza
kwoty 130 000 zł.*

Zamawiający dopuszcza produkt równoważny zgodnie z zasadami opisanymi
poniżej.

*Przedstawione parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne i
jakościowe oczekiwane przez Zamawiającego i będą stanowiły podstawę oceny
ewentualnych ofert równoważnych. Oferowany przez Wykonawców składających*

oferty równoważne przedmiot zamówienia musi mieć parametry nie gorsze (te same bądź lepsze) niż wskazane w Opisie przedmiotu zamówienia.

Obowiązek wykazania, że zaoferowane przez Wykonawcę rozwiązania równoważne spełniają wymagania Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy.

2. Pyt. do pkt. 3 „a” :

Czy zamawiający dopuszcza do postępowania przenośny aparat USG renomowanego producenta wyposażony w monitor LCD z powłoką antyodblaskową o przekątnej ekranu 15” posiadający możliwość wyświetlenia obrazu diagnostycznego na całym ekranie?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza produkt równoważny zgodnie z zasadami opisanymi poniżej.

*Przedstawione parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe oczekiwane przez Zamawiającego i będą stanowiły podstawę oceny ewentualnych ofert równoważnych. Oferowany przez Wykonawców składających oferty równoważne przedmiot zamówienia musi mieć parametry nie gorsze (te same bądź lepsze) niż wskazane w Opisie przedmiotu zamówienia. **Obowiązek wykazania, że zaoferowane przez Wykonawcę rozwiązania równoważne spełniają wymagania Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy.***

3. Pyt. do pkt. 3 „b” :

Czy zamawiający dopuszcza do postępowania aparat USG renomowanego producenta wyposażony w 4 porty USB umożliwiające transfer danych na zewnętrzne nośniki danych oraz dysk SSD o pojemności 256GB ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego produktu.

4. Pyt. do pkt. 3 „d” : Zamawiający wymaga dostarczenia jednej głowicy obrazowej.

Czy zamawiający dopuści do postępowania przenośny aparat USG wyposażony w jeden aktywny port głowicy obrazowej z opcją rozbudowy do trzech aktywnych portów głowic obrazowych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego produktu.

wyk. w 1 egz.
egz. nr 1 – a/a
Wyk. Aneta Baraniuk tel. 347-35-54
Wrocław 02.03.2022 r.
T:260