




SZPITAL KLINICZNY
IM. KAROLA JONSCHERA
Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego
W POZNANIU



Nasz znak ZP 54/24

Poznań, dnia 14.11 2024 roku

Szanowni Wykonawcy !

Dotyczy: postępowania przetargowego na dostawa jałowego sprzętu medycznego dla chirurgii, kardiologii, angiografii, intensywnej terapii -30 pakietów.

Informujemy, że do siedziby Zamawiającego wpłynęły w ustawowym terminie pytania, na które udzielono odpowiedzi o następującej treści:

Pytanie nr 1

Proszę o weryfikację poprawności kwoty wadium wskazanej dla pakietu nr 1. Obecna kwota jest nad wyraz duża, w stosunku do ewentualnej wartości pakietu.

Odpowiedź:

Zgodnie z wprowadzoną zmianą zamieszczona na stronie prowadzonego postępowania w dniu 22.10.2024r .

Pytanie nr 2 dot. Pakietu nr 10

Czy Zamawiający oczekuje, aby dreny z trokarem, tak jak dotychczas stosowane, były zakończone elastycznym łącznikiem w formie nasadki na łącznik schodkowy?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga .

Pytanie nr 3 dot. wzoru umowy § 10 ust. 1

Czy zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu umownego zawartego w § 10 ust. 1 w następujący sposób:

- a) 10 % netto niezrealizowanej części umowy, gdy Zamawiający odstąpi od całej umowy z winy Wykonawcy
- b) 10 % netto niezrealizowanej części/ pakietu którego dotyczy odstąpienie, gdy Zamawiający odstąpi od części pakietu umowy z winy Wykonawcy
- c) 0,1 % wartości netto zamówienia jednostkowego złożonego przez Zamawiającego stosownie do treści §2 ust 2 umowy - za każdy dzień zwłoki w dostawie towaru określonego w §2 ust 6 umowy.
- d) 0,1 % wartości netto zamówienia jednostkowego złożonego przez Zamawiającego stosownie do treści §2 ust 2 umowy - za każdy dzień zwłoki w wydaniu towaru bez wad w miejsce wadliwego towaru w terminie o którym mowa w §7 ust 3 umowy;
- e) 0,1 % wartości netto zamówienia jednostkowego złożonego przez Zamawiającego stosownie do treści §2 ust 2 umowy - za każdy dzień nienależytego wykonania zamówienia w sposób inny niż zwłoka tj. za nie wniesienie towaru do magazynu apteki , w tym do lokalizacji depozytu określonej w §2a ust 1 umowy nie poinformowania Zamawiającego o możliwości zaistnienia braku w dostawach wynikających bezpośrednio z winy producenta/wytwórcy, za nie przekazanie dokumentów, o których mowa w § 6 ust 1 umowy - na żądanie Zamawiającego;

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

Pytanie nr 4 dot. Pakietu nr 1 poz.27

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie nr 1, poz. 27 kanki doodbytniczej w rozmiarze 5,3mm x 200.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga .

Pytanie nr 5 dot. Pakietu nr 29

Zwracam się do Zamawiającego o dopuszczenie lat naczyniowych o następujących parametrach:

1. Łata biologiczna przechowana w roztworze soli fizjologicznej zawierającej 0,2% glutaraldehyd
 - wykonana z osierdzia wołowego do wewnątrzsercowych operacji naprawczych,
 - operacji naprawczych dużych naczyń, wzmocnienia linii szwu i zamknięcia osierdzia.
 - materiał odporny na infekcje, samouszczelniający się, łatwy do szycia i przycinania, gotowy do użycia, bez potrzeby przygotowywania.
 - dostarczany w sterylnym , niepirogennym, szczelnym pojemniku , wymaga przepłukania przed użyciem
- a. Rozmiar łaty - 6 cm x 8 cm (prostokąt) 10
 - b. Rozmiar łaty - 4 cm x 4cm (kwadrat) 240
 - c. Rozmiar łaty - 0.8cm x 8cm (stożkowy koniec) 5
 - d. Rozmiar łaty - 1cm x 6cm (zakończone końce) 10

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

Pytanie nr 6 dot. Pakietu nr 1 poz.13-14,24-26

Czy zamawiający wydzieli poz. 13-14,24-26 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

Pytanie nr 7 dot. Pakietu nr 1 poz.21-23

Czy zamawiający wydzieli poz. 21-23 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

Pytanie nr 8 dot. Pakietu nr 1 poz.13

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania z komorą kroplową wykonaną z bezpiecznego, medycznego PVC.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

Pytanie nr 9 dot. Pakietu nr 1 poz.13

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

Pytanie nr 10 dot. Pakietu nr 1 poz.13

Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ. (brak takiego wymogu w pakiecie nr 1 pkt.13)

Pytanie nr 11 dot. Pakietu nr 1 poz.13

Czy Zamawiający dopuści IS z komorą kroplową o standardowej elastyczności i twardości oraz klasycznej budowie, o wymiarach :całkowita długość 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm (w tym część całkowicie przezroczysta 42 mm)?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

Pytanie nr 12 dot. Pakietu nr 1 poz.13

Czy Zamawiający dopuści przyrządy z ostra igłą biorcza dwukanałową, trójplaszczynową – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

Pytanie nr 13 dot. Pakietu nr 1 poz.14

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania krwi z komorą kroplową wykonaną z bezpiecznego, medycznego PVC.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

Pytanie nr 14 dot. Pakietu nr 1 poz.14

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi z zaczepem na zacisku rolkowym, bez miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

Pytanie nr 15 dot. Pakietu nr 1 poz.14

Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS o dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przezroczystej, a całkowita długość komory ok. 8,5 cm ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

Pytanie nr 16 dot. Pakietu nr 1 poz.14

Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

Pytanie nr 17 dot. Pakietu nr 1 poz.14

Czy Zamawiający dopuści przyrządy z ostra igłą biorcza dwukanałową, trójplaszczynową – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

Pytanie nr 18 dot. Pakietu nr 1 poz.14

Czy zamawiający dopuści TS o objętości komory kropłowej – 12,37 cm³, powierzchnia komory 36,52 cm², powierzchnia filtrująca ok. 16,34 cm² (objętość 3,69 cm³)?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

Pytanie nr 19 dot. Pakietu nr 1 poz.24

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź:

Wykonawca może zaproponować opakowania wymienione w zapytaniu pod warunkiem , że wymagana ilość przez Zamawiającego nie ulegnie zmianie.

Pytanie nr 20 dot. Pakietu nr 1 poz.25-26

Czy zamawiający dopuści jednorazowy woreczek do pobierania próbki moczu dla niemowląt i małych dzieci o anatomicznym kształcie dla chłopców lub dla dziewczynek, bez gąbki, pojemność woreczka: 100 ml, pakowany indywidualnie w blister papier- folia, sterylny, o wymiarze 180 mm x 70 mm, skalowany co 10 ml?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

Pytanie nr 21 dot. Pakietu nr 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź:

Wykonawca może zaproponować opakowania wymienione w zapytaniu pod warunkiem , że wymagana ilość przez Zamawiającego nie ulegnie zmianie.

Pytanie nr 22 dot. Pakietu nr 14 poz. 1,2

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę o parametrach:

- Polecana przy trudnej intubacji
- Z kanałem wewnętrznym do podawania tlenu podczas intubacji lub wymiany rurki
- W komplecie dwa łączniki: 15 mm oraz luer-lock
- Powierzchnia zewnętrzna o wysokim połysku i niskim współczynniku tarcia poprawia poślizg rurki
- Wykonana z medycznego PE, pozbawiona lateksu, elastyczna.
- Zaokrąglona, gładka, wygięta końcówka
- Skalowana co 1 cm
- Rozmiar: 15Fr, długość: 70cm
- Jałowa, jednorazowego użytku
- Pakowana w opakowanie papier-folia?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

Pytanie nr 23 dot. Pakietu nr 1 poz. 12

Czy Zamawiający dopuści kranik z jednym przezroczystym portem bezigłowym?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

Pytanie nr 24 dot. Pakietu nr 1 poz. 13-15

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów z PCV?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

Pytanie nr 25 dot. Pakietu nr 1 poz. 13

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów z komorą kroplową o długości 55mm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

Pytanie nr 26 dot. Pakietu nr 1 pozycja 13-15, 17-20

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów wyłącznie z informacją o DEHP na opakowaniu jednostkowym?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

Pytanie nr 27 dot. Pakietu nr 1 pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów z igłą ściętą czteropłaszczyznowo?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

Pytanie nr 28 dot. Pakietu nr 1 pozycja 13-15

Czy Zamawiający dopuści dren bez opaski oraz gumki?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

Pytanie nr 29 dot. Pakietu nr 1 pozycja 13-15, 17-18

Czy Zamawiający dopuści jednowymiarowy kod kreskowy na opakowaniu jednostkowym?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

Pytanie nr 30 dot. Pakietu nr 1 pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowane a'250 sztuk?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

Pytanie nr 31 dot. Pakietu nr 1 pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści przyrząd z filtrem powietrza 0,1 mikrona?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

Pytanie nr 32 dot. Pakietu nr 1 pozycja 17-20

Czy Zamawiający dopuści oznaczenie cyfrowe pojemności zamiast oznaczenia „VOL”?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 33 dot. Pakietu nr 1 pozycja 18, 20

Czy Zamawiający dopuści przedłużacz do pomp infuzyjnych o długości 200cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

Pytanie nr 34 dot. Pakietu nr 1 pozycja 24

Czy Zamawiający dopuści worek do moczu z rozstawem otworów na wieszak +/- 0,5cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

Pytanie nr 35 dot. Pakietu nr 1 pozycja 27

Czy Zamawiający dopuści kanki doodbytnicze w rozmiarach CH14 do CH30?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

Pytanie nr 36 dot. Pakietu nr 7 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100 sztuk?

Odpowiedź:

Wykonawca może zaproponować opakowania wymienione w zapytaniu pod warunkiem, że wymagana ilość przez Zamawiającego nie ulegnie zmianie.

Pytanie nr 37 dot. Pakietu nr 10 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści dren z trokarem w następujących rozmiarach?

Ch 8	7 ± 0,5 cm
Ch 10	19 ± 1 cm
Ch 12	19 ± 1 cm
Ch 14	19 ± 1 cm
Ch 16	21 ± 1 cm
Ch 18	21 ± 1 cm
Ch 20	34 ± 1 cm
Ch 22	34 ± 1 cm
Ch 24	34 ± 1 cm
Ch 28	34 ± 1 cm
Ch 32	34 ± 1 cm
Ch 36	34 ± 1 cm
Ch 40	34 ± 1 cm
Ch 42	34 ± 1 cm

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

Pytanie nr 38 dot. Pakietu nr 13 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'40 sztuk?

Odpowiedź:

Wykonawca może zaproponować opakowania wymienione w zapytaniu pod warunkiem, że wymagana ilość przez Zamawiającego nie ulegnie zmianie.

Pytanie nr 39 dot. Pakietu nr 1 pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści kranik z dwoma przezroczystymi portami bezigłowymi. Zawory zapewniają przepływ min. 145 ml/min, posiadają przezroczystą obudowę, zawory w postaci bezbarwnej silikonowej, jednoczęściowej membrany z gładką powierzchnią do dezynfekcji (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer na drodze przepływu płynu), wewnątrz pozbawione części metalowych, prosty tor przepływu dzięki zastosowaniu wewnętrznej stożkowej kaniuli. Przestrzeń martwa zaworu max. 0,03 Objętość systemu poniżej 0,7 ml.?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

Pytanie nr 40 dot. Pakietu nr 1 pozycja 12,13,14,15

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie przyrządów z komorą kroplową wykonaną z bezpiecznego medycznego PVC pozbawionego ftalanów. PVC jest najbardziej uniwersalnym tworzywem do produkcji sprzętu medycznego dodatkowo pragniemy zauważyć, iż zamawiający dopuszcza aby dreny przyrządów były wykonane z PVC więc brak jest konsekwencji Zamawiającego w opisie. W razie odmowy wnosimy o wyjaśnienie dlaczego komora kroplowa ma być bez PVC a dren może być z PVC?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ. Zamawiający ponadto wyjaśnia, że oczekuje komory przeźrojonej i elastycznej z polimeru bez zawartości PCV, by łatwo można kontrolować poziom płynu w komorze kroplowej i obserwować intensywność kroplenia, co zapewnia wygodę personelu i bezpieczeństwo pacjenta.

Pytanie nr 41 dot. Pakietu nr 1 pozycja 13,14,15

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie o wyjaśnienie z jakiego tworzywa ma być komora kroplowa? Zapis Zamawiającego wskazuje, iż komora może być wykonana z wszystkiego innego tylko nie z PVC a zatem można rozumieć, iż komora może być wykonana ze szkła, lateksu?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ. Zamawiający ponadto wyjaśnia, że oczekuje komory wykonanej z miękkiego elastycznego tworzywa – polimeru – bez zawartości PCV

Pytanie nr 42 dot. Pakietu nr 1 pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści przyrządy pakowane w opakowanie handlowe 25szt?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

Pytanie nr 43 dot. Pakietu nr 1 pozycja 14,15

Czy Zamawiający dopuści przyrząd o poniższym opisie:

Przyrząd do przetaczania krwi i preparatów krwiopochodnych, komora kroplowa o długości min. 90mm (w części przezroczystej) wykonana z medycznego PVC bez ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), filtr krwi o wielkości oczek 200µm, dren o długości 150cm, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz z możliwością zabezpieczenia igły biorczej po użyciu dzięki dodatkowemu miejscu na boku zaciskacza. Oznaczenie producenta umieszczone trwale na zaciskaczu. Kolorystyczne opakowanie folia – papier, sterylny. Pakowany w opakowanie handlowe 20 szt?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

Pytanie nr 44 dot. Pakietu nr 1 pozycja 18,20

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie przedłużaczy o długości 200cm

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

Pytanie nr 45 dot. Pakietu nr 1 pozycja 17,20

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie co zamawiający rozumie pod pojęcie VOL i dlaczego to właśnie te 3 litery mają znajdować się na opakowaniu? Wnosimy o odstąpienie od tak irracjonalnego wymogu jakim jest wymóg posiadania słowa VOL na opakowaniu jednostkowym

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza oznaczenie cyfrowe pojemności jak również oznaczenie „VOL” .zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 32

Pytanie nr 46 dot. SWZ

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2022 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki i wynikającym z niego obowiązku kontroli przez Zamawiającego warunków w jakich odbywał się transport wyrobów medycznych prosimy o określenie w jaki sposób Zamawiający zamierza kontrolować warunki dostaw? Czy będzie to np. przez załączenie do oferty wykazu odpowiednio przystosowanych środków transportu przeznaczonych do realizacji umowy lub przedstawienia umowy ze specjalistyczną firmą kurierską realizującą dostawy pojazdami typu Izoterma z możliwością rejestracji i wydruku temperatury w przestrzeni ładunkowej ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ. Zob. załącznik nr 7 „Projekt umowy” paragraf 2 ust. 10 i 11

.....
Przewodnicząca Komisji Przetargowej

Z wyrazami szacunku

.....
Dyrektor Szpitala

opracowała: Beata Zoellner

Dział Zamówień Publicznych
tel : 061- 84913-75

ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań
Tel. centrala 61 8491200 Fax 61 8483362
szpital@skp.ump.edu.pl

www.skp.ump.edu.



PACJENT naszym priorytetem
JAKOŚĆ naszym wyzwaniem

