




SZPITAL KLINICZNY
IM. KAROLA JONSCHERA
Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego
W POZNANIU



Nasz znak ZP 04/25

Poznań, dnia 26.03.2025 r.

Szanowni Wykonawcy !

Dotyczy: postępowania przetargowego na dostawę drobnego sprzętu medycznego (typu: układy oddechowe, elektrody, materiały do sterylizacji, itp.) -18 pakietów

I. Zamawiający na podstawie art. 137 ust.1 ustawy pzp z dnia 11 września 2019 roku wprowadza zmiany do Specyfikacji Warunków Zamówienia w sposób jak poniżej :

Zmiany do projektu umowy załącznik nr 7 :

- § 6 ust. 2 zmiana polega na doprecyzowaniu zapisów umowy zmiana zaznaczona pogrubioną czcionką
- § 7 ust. 2 zmiana polega na dopisaniu słów o brzmieniu „ a dla Pakietu nr 14 nie może upływać wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy) zmiana zaznaczona pogrubioną czcionką
- § 8 zmiana polega na doprecyzowaniu zapisów umowy w ust. 3 lit.b i dopisaniu słów w ust.5 o brzmieniu „ fakturę każdorazowo za zrealizowaną dostawę (w sposób określony w ust 3 lit b powyżej).”

Po zmianach :

§ 6

Dokumenty – dopuszczenie do obrotu

1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy został dopuszczony do obrotu na rynku, zgodnie z obowiązującym prawem w zakresie przedmiotu umowy i posiada wymagane prawem ważne dokumenty dopuszczające przedmiot umowy do obrotu oraz może być stosowany na terytorium RP.
2. **Wykonawca prześle dokumenty o których mowa w ust 1 jednorazowo na cały przedmiot umowy w formie PDF na : zaopatrzenie@skp.ump.edu.pl**
3. Zamawiający może żądać dokumentów, o których mowa w ust 1 przez cały okres obowiązywania umowy
4. Wykonawca pokryje wszelkie szkody spowodowane nie dostarczeniem dokumentów, o których mowa w ust.1, a w przypadku niezrealizowania żądania Zamawiającego o którym mowa w ust 2 , w tym zapłaci karę umowną zgodnie z §11 umowy.

§ 7

Termin gwarancji i ważności

1. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony towar Zamawiającemu, której termin obowiązywania będzie zgodny z datą ważności na opakowaniu.
2. Termin ważności sprzedawanego towaru nie może upływać wcześniej niż w ciągu 12 miesięcy **(a dla Pakietu nr 14 nie może upływać wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy)** od dnia jego wydania, a dostawy produktów z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego.
3. W przypadku stwierdzenia wad lub uszkodzeń dostarczanego towaru Wykonawca na pisemny wniosek Zamawiającego, zobowiązuje się w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia, na własny koszt dokonać wymiany na towar wolny od wad i uszkodzeń.

§ 8

Cena i warunki płatności

1. Strony ustalają całkowite wynagrodzenie Wykonawcy na kwotę : **zł netto** (słownie:.....) po dodaniu podatku VAT cenę**zł brutto** (słownie:.....), zgodnie z wybraną ofertą przetargową.
2. Wynagrodzenie, płatne będzie w częściach, według cen jednostkowych podanych w załączniku (zgodnie z ofertą przetargową), wyłącznie za zrealizowany przedmiot umowy tj.: za faktyczną ilość dostarczonego Towaru, po zrealizowaniu
3. Wynagrodzenie o którym mowa w ust 1 zawiera wszystkie koszty wykonania umowy przez Wykonawcę.
3. Zapłata przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, **następować będzie w terminie do 30 dni**, licząc od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury oraz Towaru. Wykonawca, pod rygorem uznania doręczenia za nieprawidłowe, doręczy fakturę w jednym z poniższych sposobów:
 - a) w formie elektronicznej w trybie ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 roku poz. 2191) na adres: <https://integrator.lab.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/>
 - b) bezpośrednio wraz z zamawianym towarem do Działu Zaopatrzenia i Gospodarki Magazynowej (nie później niż w dniu dostawy towaru).
 - c) Zamawiający oświadcza, iż akceptuje przesyłanie przez Wykonawcę faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2017.1221). Faktury VAT będą przysyłane na : faktury@skp.ump.edu.pl (Fakturę należy wysłać w formacie pdf)
4. Rozliczenie należnego podatku VAT, w przypadku Wykonawcy, dla którego znajdują zastosowanie normy właściwe dla rozliczeń wewnątrzwspólnotowych UE w rozumieniu odpowiednich przepisów, stosuje się odpowiednio.
5. Zamawiający **zaleca**, by za zrealizowane dostawy asortymentu objętego przedmiotem umowy, Wykonawca wystawiał i dostarczał Zamawiającemu **fakturę każdorazowo za zrealizowaną dostawę (w sposób określony w ust 3 lit b powyżej)**. Wykonawca może również wystawić i dostarczyć jedną fakturę nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru.

II. Ponadto informujemy, że do siedziby Zamawiającego wpłynęły w ustawowym terminie pytania, na które udzielono odpowiedzi o następującej treści:

Pytanie nr 1 dot. pakietu nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawice o poziomie AQL 1,5 przy spełnieniu pozostałych wymagań?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ i nie wprowadza zmiany jak w pytaniu.

Pytanie nr 2 dot. pakietu nr 4 poz.5

Prosimy o podanie rozmiaru wymaganego papieru.

Odpowiedź:

Zamawiający podaje: szerokość 50 mm długość : 26-30 mm

Pytanie nr 3 dot. Projektu umowy §4 ust. 2 i §5 pkt 1d

Prosimy o uzależnienie możliwości przedłużenia czasu obowiązywania umowy, w przypadku niezrealizowania całości zamówienia, od wyrażenia zgody przez wykonawcę. W przypadku odpowiedzi odmownej na ww. pytanie, prosimy o ustalenie czasu, o który może zostać przedłużona umowa na maksymalnie 6 miesięcy. Byłby to termin wystarczający do przeprowadzenia niezbędnych procedur przetargowych przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ i nie wprowadza zmiany jak w pytaniu.

Każda zmiana umowy wymaga zgodnych oświadczeń woli stron umowy. Zwracamy uwagę na literalne brzmienie §4 ust 2 projektu umowy *Strony przewidują możliwość(...)*.

Pytanie nr 4 dot. pakietu nr 7 poz.1

Czy Zamawiający zgodzi się na obwód z dwoma rurami rozciągliwymi do 180 cm, spełniający pozostałe wymagania?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ i nie wprowadza zmiany jak w pytaniu.

Pytanie nr 5 dot. pakietu nr 7 poz.2

Czy Zamawiający zgodzi się na obwód z dwoma rurami rozciągliwymi do 150 cm, spełniający pozostałe wymagania?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ i nie wprowadza zmiany jak w pytaniu.

Pytanie nr 6 dot. pakietu nr 4 poz.2

Czy Zamawiający oczekuje papierów oryginalnych gwarantujących najwyższą jakość wydruku i pełną kompatybilność?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 7 dot. pakietu nr 4 poz.3

Czy Zamawiający oczekuje papierów oryginalnych gwarantujących najwyższą jakość wydruku i pełną kompatybilność?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 8 dot. pakietu nr 4 poz.5

Czy Zamawiający oczekuje papieru w rozmiarze 50 x30 z nadrukiem?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 9 dot. pakietu nr 7 poz.2


Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie jako równoważny układ oddechowy pediatryczny o minimalnej długości 180cm ? Pozostałe parametry zgodnie z SWIZ.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ i nie wprowadza zmiany jak w pytaniu.

Pytanie nr 10 dot. pakietu nr 7 poz.3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie jako równoważny układ oddechowy noworodkowy karbowany o stałej długości 180cm + rura do worka o dl. 150 cm? Pozostałe parametry zgodnie z SWIZ.



Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 11 dot. pakietu nr 7 poz.1

Czy Zamawiający dopuści układ anestetyczny z dwoma rurami o długości 1,8m i trzecią rurą o długości 1,2m?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ i nie wprowadza zmiany jak w pytaniu.

Pytanie nr 12 dot. pakietu nr 7 poz.2

Czy Zamawiający dopuści układ anestetyczny z dwoma rurami o długości 1,6m i trzecią rurą o długości 1m?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ i nie wprowadza zmiany jak w pytaniu.

Pytanie nr 13 dot. pakietu nr 7 poz.3

Czy Zamawiający dopuści układ anestetyczny z dwoma rurami o długości 1,6m i trzecią rurą o długości 1m?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ i nie wprowadza zmiany , o której mowa w pytaniu.

Pytanie nr 14 dot. pakietu nr 7 poz.3

Czy Zamawiający dopuści układ anestetyczny z workiem 1l?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ i nie wprowadza zmiany , o której mowa w pytaniu.

Pytanie nr 15 dot. pakietu nr 7 poz.3

Czy Zamawiający dopuści układ anestetyczny z rurami o przekroju 15mm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ i nie wprowadza zmiany , o której mowa w pytaniu.

Pytanie nr 16 dot. pakietu nr 7 poz.1-3

Czy Zamawiający dopuści układ anestetyczny, w którym rury karbowane, rozciągliwe, skompresowane, z portem luer lock są wykonane z PP i EVA?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ i nie wprowadza zmiany , o której mowa w pytaniu.

Pytanie nr 17 dot. pakietu nr 7 poz.1-3

Czy Zamawiający dopuści układ anestetyczny w którym wielkość worka oznaczona jest na opakowaniu jednostkowym?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 18 dot. pakietu nr 10 poz.1

Czy Zamawiający dopuści adapter o średnicy zewnętrznej (CO2) 2,5mm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ i nie wprowadza zmiany , o której mowa w pytaniu.

Pytanie nr 19 dot. pakietu nr 10 poz.2

Czy Zamawiający dopuści adapter o średnicy zewnętrznej (CO2) 2,5mm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ i nie wprowadza zmiany , o której mowa w pytaniu

Pytanie nr 20 dot. pakietu nr 10 poz.1-2

Czy Zamawiający dopuści adapter przeznaczony dla dorosłych/dzieci?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ i nie wprowadza zmiany , o której mowa w pytaniu

Pytanie nr 21 dot. pakietu nr 10 poz.1-2

Czy Zamawiający doprecyzuje, czy wymaga adapter przeznaczony do pacjenta zaintubowanego czy niezaintubowanego?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ i nie wprowadza zmiany , o której mowa w pytaniu

Pytanie nr 22 dot. pakietu nr 10 poz.3-4

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania wkładki redukującej parę wodną?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ i nie wprowadza zmiany , o której mowa w pytaniu

Pytanie nr 23 dot. pakietu nr 10 poz.3-4

Czy Zamawiający dopuści adapter przeznaczony dla dorosłych/dzieci?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ i nie wprowadza zmiany , o której mowa w pytaniu

Pytanie nr 24 dot. pakietu nr 10 poz.1-4

Czy Zamawiający doprecyzuje, czy wymaga adapter do krótkotrwałej czy długotrwałej intubacji?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ i nie wprowadza zmiany , o której mowa w pytaniu

Pytanie nr 25 dot. pakietu nr 17 poz.1

Czy Zamawiający dopuści żel do USG z korkiem typu TIP, który zapewnia łatwe i wygodne dozowanie żelu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 26 dot. pakietu nr 17 poz.1

Czy Zamawiający dopuści żel do USG zawierający w składzie alkohol benzylowy?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ i nie wprowadza zmiany , o której mowa w pytaniu

Pytanie nr 27 dot. pakietu nr 17 poz.2

Czy Zamawiający dopuści żel do USG 500 ml wraz z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ i nie wprowadza zmiany , o której mowa w pytaniu

Pytanie nr 28 dot. pakietu nr 13

Prosimy o dopuszczenie ostrzy uniwersalnych innych niż opisanych przez Zamawiającego w przypadku bezpłatnego użyczenia strzygarki na czas trwania umowy.

Zaproponowane ostrza o szerokości ostrza 36 mm pasują do strzygarki, która posiada trzyczakresową obrotową głowicę: 45°w lewo,45° w prawo. Pozwala to na bezpieczne operowanie strzygarką w trudno dostępnych miejscach na ciele. Konstrukcja ostrza wyklucza jakiegolwiek uszkodzenie skóry, ostrza są wolne od lateksu; pakowane: 1szt / blister; 50 blistrów/ pudełko

W przypadku dopuszczenia powyższego rozwiązania prosimy o podanie potrzebnej ilości strzygarek, które użyczymy bezpłatnie na czas trwania umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ i nie wprowadza zmiany , o której mowa w pytaniu

Pytanie nr 29 dot. pakietu nr 4 poz.1

Proszę o dopuszczenie czepków typu beret wykonanych z włókniny polipropylenowej. Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ i nie wprowadza zmiany, o której mowa w pytaniu.

Ponadto Zamawiający informuje, że pytanie nie dotyczy postępowania prowadzonego po nazwą „dostawa drobnego sprzętu medycznego (typu: układy oddechowe, elektrody, materiały do sterylizacji, itp.) -18 pakietów.”

Pytanie nr 30 dot. pakietu nr 4 poz.2

Proszę o dopuszczenie czepków typu furażerka zgodnych z opisem:

- Czepek w kształcie furażerka z gumką w tylnej części
- Na bokach wykonana z chłonnego, przewodnego materiału z włókniny typu Spunlace o gramaturze 45g/m2 w kolorze niebieskim
- Górna część wykonana z PP o gramaturze 26 g/m2 w kolorze białym
- Część przednia wydłużona z możliwością wywiniecia
- Opakowanie kartonik 100 sztuk umożliwiające wyjmowanie pojedynczych sztuk

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ i nie wprowadza zmiany, o której mowa w pytaniu.

Ponadto Zamawiający informuje, że pytanie nie dotyczy postępowania prowadzonego po nazwą „dostawa drobnego sprzętu medycznego (typu: układy oddechowe, elektrody, materiały do sterylizacji, itp.) -18 pakietów.”

Pytanie nr 31 dot. pakietu nr 4 poz.3

Proszę o dopuszczenie czepków typu furażerka zgodnych z opisem:

- Czepek w kształcie furażerki, wiązany w tylnej części na troki
- Na bokach wykonana z chłonnego, przewodnego materiału z włókniny typu Spunlace o gramaturze 45g/m2 w kolorze niebieskim
- Górna część wykonana z PP o gramaturze 26 g/m2 w kolorze białym
- Łatwo dopasowuje się do rozmiaru głowy
- Część przednia wydłużona z możliwością wywiniecia
- Wysokość czepka w części czołowej 13 cm
- Opakowanie kartonik 100 sztuk umożliwiające wyjmowanie pojedynczych sztuk

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ i nie wprowadza zmiany, o której mowa w pytaniu.

Ponadto Zamawiający informuje, że pytanie nie dotyczy postępowania prowadzonego po nazwą „dostawa drobnego sprzętu medycznego (typu: układy oddechowe, elektrody, materiały do sterylizacji, itp.) -18 pakietów.”

Pytanie nr 32 dot. pakietu nr 4 poz.3

Proszę o dopuszczenie czepków typu furażerka tylko w jednym kolorze niebiesko-białym.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ i nie wprowadza zmiany, o której mowa w pytaniu.

Ponadto Zamawiający informuje, że pytanie nie dotyczy postępowania prowadzonego po nazwą „dostawa drobnego sprzętu medycznego (typu: układy oddechowe, elektrody, materiały do sterylizacji, itp.) -18 pakietów.”

Pytanie nr 33 dot. pakietu nr 4 poz.4

Proszę o dopuszczenie czepków typu furażerka zgodnych z opisem:

- Czepek w kształcie furażerki z gumką w tylnej części, gwarantującej nieprzesuwanie się
- Na bokach wykonana z chłonnego, przewodnego materiału z włókniny typu Spunlace o gramaturze 45g/m2 w kolorze niebieskim
- Górna część wykonana z PP o gramaturze 26 g/m2 w kolorze białym
- W części przedniej (czołowej) posiada wstawkę pochłaniającą pot z włókniny spunlace o gramaturze 52g/m2 i wysokości 6 cm
- Wysokość czepka w części czołowej 13 cm

- Opakowanie kartonik 100 sztuk umożliwiające wyjmowanie pojedynczych sztuk

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ i nie wprowadza zmiany, o której mowa w pytaniu.

Ponadto Zamawiający informuje, że pytanie nie dotyczy postępowania prowadzonego po nazwą „dostawa drobnego sprzętu medycznego (typu: układy oddechowe, elektrody, materiały do sterylizacji, itp.) -18 pakietów.”

Pytanie nr 34 dot. pakietu nr 13 poz.1

Proszę o dopuszczenie maski FFP2 zgodnej z opisem:

- chroni przed stałymi i nielotnymi cząsteczkami cieczy.
- składana, idealnie wyprofilowana
- bez zaworu wydechowego,
- mocowana na gumki zakładane na uszy
- sztywnik na nos zapewniający dopasowanie i wygodne użytkowanie,
- 5-warstwowa
- filtracja powyżej 94%,
- opakowanie – 25 szt.
- spełnia wymagania normy EN 149: 2001 + A1: 2009

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ i nie wprowadza zmiany, o której mowa w pytaniu.

Ponadto Zamawiający informuje, że pytanie nie dotyczy postępowania prowadzonego po nazwą „dostawa drobnego sprzętu medycznego (typu: układy oddechowe, elektrody, materiały do sterylizacji, itp.) -18 pakietów

Pytanie nr 35 dot. pakietu nr 12 poz.1

Czy Zamawiający poda numer referencyjny aktualnie stosowanej pułapki wodnej lub w inny sposób sprecyzuje opis przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że stosuje aktualnie pułapkę wodną „Waterlock 2-6872130”

Pytanie nr 36 dot. pakietu nr 15 poz.3

Czy Zamawiający wymaga, aby testy kontroli dezynfekcji termicznej były samoklejące? Samoklejące zdecydowanie ułatwiają archiwizację testów

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 37 dot. pakietu nr 11 poz.1

Upzejmie informujemy, że dostarczane przez Producenta wkłady do ssaka, pakowane są po 25 sztuk i nie ma możliwości ich podzielenia. Dlatego też zwracamy się z prośbą o dopuszczenie dostaw w opakowaniach zbiorczych. Takie rozwiązanie pozwala realizować dostawy bezpośrednie, tym samym przekłada się na niższe koszty dla Zamawiającego.

Odpowiedź:

Wykonawca może zaproponować opakowanie wymienione w zapytaniu pod warunkiem , że wymagana ilość przez Zamawiającego nie ulegnie zmianie.

Pytanie nr 38 dot. pakietu nr 12 poz.1

Upzejmie informujemy, że dostarczane przez Producenta pułapki wodne, pakowane są po 12 sztuk i nie ma możliwości ich podzielenia. Dlatego też zwracamy się z prośbą o dopuszczenie dostaw w opakowaniach zbiorczych. Takie rozwiązanie pozwala realizować dostawy bezpośrednie, tym samym przekłada się na niższe koszty dla Zamawiającego.

Odpowiedź:

Wykonawca może zaproponować opakowanie wymienione w zapytaniu pod warunkiem , że wymagana ilość przez Zamawiającego nie ulegnie zmianie.

Pytanie nr 39 dot. pakietu nr 14 poz.1

Czy Zamawiający dopuści wskaźnik biologiczny o odczycie po 5 minutach, kompatybilny z innym autoczytnikiem niż posiadany przez Zamawiającego w przypadku bezpłatnego użyczenia sprzętu na czas trwania umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ i nie wprowadza zmiany, o której mowa w pytaniu

Pytanie nr 40 dot. pakietu nr 14 umowa § 7 pkt. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie wskaźników biologicznych z 6 miesięcznym terminem ważności od daty dostawy?

Odpowiedź:

Zgodnie z wprowadzona zmianą jak na wstępie pisma część I .

Pytanie nr 41 dot. pakietu nr 7 poz.3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 7 poz. 3 noworodkowego układu okrężnego z rur karbowanych elastycznych o średnicy 10 mm, nieskompresowanych, z łącznikiem Y z portem luer lock, z łącznikiem łączącym rurę z workiem oddechowym i oznaczonym wielkością workiem oddechowym o pojemności 0,5 L, spełniającym wymogi SWZ w zakresie długości rur, z wszystkimi elementami układu w jednym opakowaniu zbiorczym?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 42 dot. pakietu nr 17 poz.1

Czy Zamawiający dopuści żel na bazie alkoholu benzyłowegoi glikolu monopropylowego?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ i nie wprowadza zmiany, o której mowa w pytaniu.

Pytanie nr 43 dot. pakietu nr 17 poz.2 i 3

Czy Zamawiający dopuści żel wpojemnikach o pojemności 500 ml?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ i nie wprowadza zmiany, o której mowa w pytaniu

Pytanie nr 44 dot. pakietu nr 17

Czy Zamawiający dopuści żel bez właściwości bakteriobójczych?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ i nie wprowadza zmiany, o której mowa w pytaniu

Pytanie nr 45 dot. pakietu nr 2 poz. 3

Czy zamawiający dopuści koszulę, która posiada wycięcie w kształcie półokrągłym pod szyją – lamówka w kolorze ubrania, dwie kieszenie w przedniej części, spodnie wiązane na trok w psie, nogawki proste, spodnie posiadają tylną kieszeń?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ i nie wprowadza zmiany, o której mowa w pytaniu

Pytanie nr 46 dot. pakietu nr 1 poz.1

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,11mm+/-0,02?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ i nie wprowadza zmiany, o której mowa w pytaniu

Pytanie nr 47 dot. pakietu nr 3 poz.2

Czy Zamawiający dopuści pojemniki o wysokości 120mm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ i nie wprowadza zmiany, o której mowa w pytaniu

Pytanie nr 48 dot. pakietu nr 17 poz.1

Czy Zamawiający dopuści żel do USG, który jest hypoalergiczny, bakteriostatyczny, niewywołujący podrażnień, niezawierający aldehydu mrówkowego, rekomendowany przez czołowych producentów medycznego sprzętu ultrasonograficznego?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ i nie wprowadza zmiany, o której mowa w pytaniu

Pytanie nr 49 dot. pakietu nr 7 poz.3

Czy w Pakiecie nr 7, poz. 3 Zamawiający dopuści układ karbowany o stałej długości mieszczącej się w wymaganym zakresie tj. 2 x 160cm + 1 x 120 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga .

Pytanie nr 50 dot. pakietu nr 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic lateksowych bezpudrowych o nieznacznej różnicy w grubościach wynoszących na palcach 0,12 +/- 0,02 mm i na dłoni 0,10 +/- 0,02 mm, pozostałe wymogi zgodnie z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ i nie wprowadza zmiany, o której mowa w pytaniu

Pytanie nr 51 dot. pakietu nr 1

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje aby na opakowaniu znajdowała się informacja o geograficznym miejscu pochodzenia (kraju pochodzenia) rękawic?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ i nie wprowadza zmiany, o której mowa w pytaniu

Pytanie nr 52 dot. pakietu nr 1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje, aby dispenser oraz otwór dozujący rękawic zabezpieczony był dodatkową folią chroniącą zawartość przed kontaminacją oraz posiadał instrukcję zakładania i zdejmowania rękawic umieszczona bezpośrednio na opakowaniu?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ i nie wprowadza zmiany, o której mowa w pytaniu

Pytanie nr 53 dot. pakietu nr 5 poz.1 i 2

Prosimy o doprecyzowanie czy strzykawki doustne mają posiadać tłok w kolorze purpurowym, co pozwala na szybką i łatwą identyfikację produktu przeznaczonego do karmienia, żywienia?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ i nie wprowadza zmiany, o której mowa w pytaniu

Pytanie nr 54 dot. pakietu nr 5 poz.1 i 2

Prosimy o doprecyzowanie czy strzykawki mają być sterylne ,pakowane pojedynczo w komplecie z koreczkiem , co gwarantuje wyższy poziom bezpieczeństwa w warunkach zabiegowych i jałowych?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ i nie wprowadza zmiany, o której mowa w pytaniu

Pytanie nr 55

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu płatności z 30 na 60 dni?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ i nie wprowadza zmiany, o której mowa w pytaniu

Pytanie nr 56 dot. projektu umowy par. 8 ust. 5

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu wystawiania jednej faktury w miesiącu i zezwoli na wystawianie jej po każdym zamówieniu?

Odpowiedź:

Zgodnie z wprowadzona zmianą jak na wstępie pisma część I .

Pytanie nr 57 dot. projektu umowy par. 6 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesłanie certyfikatów wraz z umową a nie dostawą?

Odpowiedź:

Zgodnie z wprowadzona zmianą jak na wstępie pisma część I .

.....
Przewodniczący Komisji przetargowej

.....
Dyrektor Szpitala

Opracowała: Beata Zoellner

Dział Zamówień Publicznych
tel : 061- 84913-75

ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań
Tel. centrala 61 8491200 Fax 61 8483362
szpital@skp.ump.edu.pl

www.skp.ump.edu.pl



PACJENT naszym priorytetem
JAKOŚĆ naszym wyzwaniem