



Zielona Góra 14.10.2021 r.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym, którego przedmiotem zamówienia jest *Zakup, dostawa, zainstalowanie i przeszkolenie personelu w zakresie obsługi i serwisowania dwóch pralnic-wirówek z barierą higieny nr sprawy: TZ.280.53.2021.*

**ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU WYJAŚNIEŃ TREŚCI SWZ,
ZMIANIE TREŚCI SWZ ORAZ ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

Zamawiający Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o. o. niniejszym informuje zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), niniejszym udostępnia treść złożonych przez Wykonawców zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuszcza w pralnic-wirówce 100-110 kg komunikację za pomocą wewnętrznego portu komunikacyjnego innego niż USB (jak w obecnie użytkowanych maszynach)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w pralnic-wirówce 100-110 kg komunikację za pomocą wewnętrznego portu komunikacyjnego innego niż USB.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuszcza maszyny z obudową galwanizowaną, malowaną proszkowo (gwarantujących solidne zabezpieczenie antykorozyjne, jak w obecnie użytkowanych maszynach)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza maszyny z obudową galwanizowaną, malowaną proszkowo.

Pytanie 3

Czy Zamawiający ze względu na sytuację związaną z Covid-19 i występującymi opóźnieniami w dostawach komponentów do produkcji przemysłowej może przedłużyć termin dostawy do końca lutego 2022 roku?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu dostawy do 28 lutego 2022 roku, tym samym zmienia zapisy SWZ w niniejszym zakresie.

W konsekwencji udzielonych wyjaśnień Zamawiający w miejsce dotychczasowego załącznika:

Załącznik nr 1 do SWZ Formularz oferty

wprowadza załącznik:

Załącznik nr 1 do SWZ po modyfikacji z dnia 14.10.2021 r. Formularz oferty



Dodatkowo Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) dokonuje zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia, w następującym zakresie:

1. W rozdziale IV SWZ pkt 1 otrzymuje brzmienie:

1. Zamówienie należy zrealizować w terminie: **do 28.02.2022 r.**

2. W rozdziale VIII SWZ pkt 1 otrzymuje brzmienie:

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: **5 000,00 zł**

Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: **19.10.2021 r. o godzinie 10:00.**

3. W rozdziale IX SWZ pkt 1 otrzymuje brzmienie:

1. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. do **dnia 17.11.2021r.**

3. W rozdziale XII SWZ:

1) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia **19.10.2021 r. do godziny 10:00**

2) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

10. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **19.10.2021 r. o godzinie 10:15** w siedzibie Zamawiającego za pomocą systemu teleinformatycznego – Platformy poprzez ich odszyfrowanie

Prezes Zarządu

Marek Działoszyński

podpis na oryginale

Załączniki:

- Załącznik nr 1 do SWZ po modyfikacji z dnia 14.10.2021 Formularz cenowy

UWAGA

Udzielone odpowiedzi i dokonane zmiany mają zastosowanie we wszystkich miejscach SWZ, nawet tam, gdzie w niniejszym piśmie nie zostały wymienione.

Publikacja:

www.bip.szpital.zgo.pl

a/a TZ.280.53.2021