

Poznań 20 października 2022

Wyjaśnienia zamawiającego:

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na „Dostawę wyrobów medycznych dla laboratorium”. Znak sprawy WSPL Zam. Publ. Nr 43/22.

Informujemy, że pobraliśmy SWZ do w/w postępowania i zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiedź na następujące pytania:

Pakiet nr 4- Dostawa odczynników do koagulometru:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chlorku wapnia 0,025 M, wielkość opakowania jednostkowego 6ml, ilość zaproponowanych opakowań 8?

**Odp.**

**Zamawiający wyraża zgodę.**

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kuwet reakcyjnych wielkość opakowania 500 szt. z odpowiednim przeliczeniem na ilości wymagane?

**Odp.**

**Zamawiający wyraża zgodę.**

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pozostawienie w formularzu ofertowym i formularzu cenowym wycenę tych pakietów, na które Wykonawca będzie składał ofertę? Pozostałe części zostaną usunięte.

**Odp.**

**Zamawiający wyraża zgodę.**

4. Czy Zamawiający zezwoli na rozszerzenie formularza cenowego o jedną kolumnę aby można było wycenić opakowanie jednostkowe?

**Odp.**

**Zamawiający wyraża zgodę.**