

Sochaczew, dnia 21.01.2025 r.

Nr Sprawy: EK-ZZ/ZP.261.01.D.2025

Na podstawie Art. 284 ust. 2 Prawa Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r w nawiązaniu do SWZ dotyczącej postępowania w trybie podstawowych na „**Dostawa materiałów opatrunkowych**” odpowiadamy na zapytania Wykonawców:

Pytanie 1: Zadanie 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=100m z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 2: Zadanie 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zmniejszenie ilości wymaganych próbek do 10 metrów gazy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 3: Zadanie 2, pozycja 6

Czy Zamawiający wymaga aby opaska o szerokości 15cm zawierała 2 zapinki?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie 4: Zadanie 6, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści tupfer gazowy jałowy w opakowaniu a'5szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 5: Zadanie 6, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści tupfer gazowy jałowy w opakowaniu a'10szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 6: Zadanie 8, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści serwety operacyjne niejałowe w opakowaniu a'20szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 7: Zadanie 8, pozycja 1, 2, 4

Czy Zamawiający podając w opisie przedmiotu zamówienia „Kontrolka oznaczenia sterylności (do dokumentacji)” ma na myśli etykietę typu TAG do wklejenia do dokumentacji medycznej zawierającą takie dane jak: numer katalogowy, oznaczenie producenta, LOT i datę ważności.

Odpowiedź: TAK

Pytanie 8: Zadanie 8, pozycja 1, 2, 4

Czy Zamawiający dopuści serwety operacyjne z kontrolką oznaczenia sterylności w formie piktogramu umieszczonego na opakowaniu?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 9: Zadanie 11, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=5kg z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 10: Zadanie 11, pozycja 2

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania ligniny w rozmiarze arkusza 40x60cm czy 15x20cm?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje zaoferowania ligniny w rozmiarze arkusza 40x60cm

Pytanie 11: Zadanie 11, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zmniejszenie ilości wymaganych próbek do 0,5kg lub 1kg ligniny?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 12: Zadanie 14, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści plastry do mocowania kaniul w rozmiarze 76mm x 51mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 13: Zadanie 16, pozycja 1-3

Czy Zamawiający dopuści zmniejszenie ilości wymaganych próbek do 1 sztuki plastra?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 14: Zadanie 19, pozycja 1, 2

Czy Zamawiający dopuści kompresy jałowe impregnowane białą parafiną?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 15: Zadanie 19, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści kompres w rozmiarze 15cm x 20cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 16: Pytania dot. wyrobów gazowych jałowych:

1. Czy Zamawiający wymaga aby produkty gazowe jałowe były sterylizowane w parze wodnej – metodzie najbezpieczniejszej dla pacjenta i personelu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

2. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobów gazowych jałowych o dacie przydatności do użycia min. 3 lata od daty produkcji?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 17: Pytania dot. wyrobów gazowych: Czy Zamawiający wymaga wyrobów zarejestrowanych w klasie IIa reguła 7 jako chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne do krótkotrwałego użytku? Tylko tak zakwalifikowane wyroby gwarantują odpowiedni poziom bezpieczeństwa dla pacjenta

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 18: Zadanie 7. Czy Zamawiający wymaga siatek zawierających w swoim składzie 15% przędzy poliuretanowej i 85% przędzy poliamidowej? Zastosowanie w rękawie tylko włókien sztucznych w znacznym stopniu poprawia jego zdolność powracania do stanu pierwotnego, zwłaszcza po procesie sterylizacji, a także eliminuje ryzyko rozwijania się bakterii, w porównaniu do naturalnych włókien bawełnianych w większym stopniu wchłaniających płyny ustrojowe, przez co stanowi pożywkę dla rozwijania się bakterii.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 19: Zadanie 11. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania ligniny bielonej, zarejestrowanej jako wyrób medyczny, pakowanej w opakowanie foliowe, które zapobiega zwilgoceniu produktu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 20: Pytania dotyczące terminu składania ofert: Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty dużej ilości próbek, których jakość stanowi 50% kryterium oceny oferty. Zbyt krótki termin na przygotowanie oferty uniemożliwia nam skompletowanie pełnego asortymentu, co jest niezbędne aby uzyskać maksymalną ilość punktów w kryterium jakości. Prosimy o przychylne rozpatrzenie prośby.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 21: Zwracamy się o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia poprzez udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

§2 ust.3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu dostawy do godziny 15:00? Pozwoli to na realizację dostaw zgodną z terminem dostaw wyznaczonym przez Zamawiającego w dniach.

§7 ust.1 3) „Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 1 pkt 3. wzoru umowy wyrażenie „30 % wartości niezrealizowanej części umowy.” zostało zastąpione wyrażeniem „15 % wartości niezrealizowanej części umowy.”?

§7 ust.5: Czy Zamawiający zgodzi się przyjąć § 7 ust. 5 umowy w następującym brzmieniu: „Całkowita suma kar umownych naliczonych na podstawie umowy nie może przekroczyć 20% wartości łącznego wynagrodzenia brutto określonego w Umowie?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Z poważaniem