



Sulęcinek, 2 maja 2024 r.

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Nazwa zamawiającego:	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie
Numer publikacji ogłoszenia:	202339-2024
Nazwa postępowania:	Dostawa i montaż sprzętu medycznego
Numer referencyjny:	SPZOZ/869/14/DT/2024

Na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 poz.1605 ze zm.) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia postępowania o numerze referencyjnym SPZOZ/869/14/DT/2024:

Pytanie 1. Dotyczy wzoru umowy § 7 ust. 5 podpunkt 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący: „..., gwarantowany czas reakcji serwisu (przyjęcie zgłoszenia i podjęcie naprawy) wynosi: 72 godzin od zgłoszenia awarii. Zgłoszenie awarii zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy”?

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu umowy.

Pytanie 2. Dotyczy wzoru umowy § 7 ust. 6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący: „Każdy dzień przestoju przedmiotu umowy, w okresie gwarancji powoduje odpowiednie wydłużenie okresu gwarancji, obliczanego w oparciu o faktyczny czas przestoju, w stosunku, o ile postój trwał dłużej niż 5 dni roboczych”?

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę powyższego zapisu. W związku z powyższym zmienia treść załączników nr 12, 13, 14, 15 i 16 Specyfikacji Warunków Zamówienia. Informacje o zmianach zostały opublikowane na stronie prowadzonego postępowania.

Pytanie 3. Dotyczy zapisów umowy § 7 ust. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący: „W przypadku braku naprawy w terminie do 9 dni roboczych, Wykonawca na swój koszt, dostarczy Zamawiającemu urządzenie zastępcze (skonfigurowane i gotowe do pracy u Zamawiającego) o parametrach porównywalnych ze sprzętem objętym przedmiotem umowy na czas naprawy, w ostatnim dniu terminu naprawy”?

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu umowy.

Pytanie 4. Dotyczy wzoru umowy § 11 ust. 1 podpunkt 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący: „..., 7 % netto wartości umowy, o której mowa w § 9 ust 1 umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z winy Wykonawcy”?

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu umowy.

Pytanie 5. Dotyczy wzoru umowy § 11 ust. 1 podpunkt 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący: „..., 0,3 % wartości netto niedostarczonego sprzętu, za każdy dzień zwłoki w terminie realizacji umowy określonym w §5 ust 1 umowy”?

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę powyższego zapisu. W związku z powyższym zmienia treść załączników nr 12, 13, 14, 15 i 16 Specyfikacji Warunków Zamówienia. Informacje o zmianach zostały opublikowane na stronie prowadzonego postępowania.

Pytanie 6. Dotyczy wzoru umowy § 11 ust. 1 podpunkt 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący: „..., 0,3 % wartości netto reklamowanego sprzętu, za każdy przypadek nienależytego wykonania umowy w sposób inny niż zwłoka w realizacji przedmiotu umowy tj.: za nie wykonanie obowiązków wynikających z udzielonej gwarancji takich jak bezpłatna wymiana części oraz za nie wykonywanie przeglądów przedmiotu umowy według wskazań producenta w okresie gwarancji, za niedostarczenie wymaganych dokumentów, w tym na żądanie Zamawiającego ważnych dokumenty dopuszczające przedmiot umowy do obrotu, za nie wniesienie przedmiotu umowy, za nie poinformowanie Zamawiającego o możliwości zaistnienia braku w dostawach wynikających bezpośrednio z winy producenta/wytwórcy”?

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę powyższego zapisu. W związku z powyższym zmienia treść załączników nr 12, 13, 14, 15 i 16 Specyfikacji Warunków Zamówienia. Informacje o zmianach zostały opublikowane na stronie prowadzonego postępowania.

Pytanie 7. Dotyczy wzoru umowy § 11 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący: „Strony ustalają maksymalną wysokość kar jakie mogą dochodzić w zw. z realizacją umowy do 20% wartości netto umowy, o której mowa w §9 ust 2 umowy”?

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę powyższego zapisu. W związku z powyższym zmienia treść załączników nr 12, 13, 14, 15 i 16 Specyfikacji Warunków Zamówienia. Informacje o zmianach zostały opublikowane na stronie prowadzonego postępowania.

Pytanie 8. Dotyczy załącznik nr 3, punkt 7h. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący: „Wymagany czas naprawy gwarancyjnej nie może przekroczyć

10 dni roboczych od chwili dostarczenia sprzętu do serwisu (w okresie gwarancji kurierem na koszt Wykonawcy, a w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy do 14 dni roboczych od chwili dostarczenia sprzętu do serwisu (w okresie gwarancji kurierem na koszt Wykonawcy. Po upływie 9 dni roboczych Wykonawca dostarczy urządzenie zastępcze o tych samych parametrach na czas konieczny do naprawy. Dostarczenie, wstawienie, podłączenie oraz przeszkolenie w zakresie obsługi urządzenia zastępczego nastąpi na koszt Wykonawcy.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu umowy.

Pytanie 9. Dotyczy załącznik nr 3, punkt 7I. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący: „Okres gwarancji w przypadku wymiany przedmiotu zamówienia na nowy lub elementu podzespołu na nowy wynosi 6 miesięcy i będzie liczony od momentu wymiany Przedmiotu Umowy lub elementu podzespołu na nowy’?

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu umowy.

Pytanie 10. Dotyczy wzoru umowy § 11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do § 11 zapisu o poniższej treści: „Fakt dostarczenia urządzenia zastępczego na czas przedłużającej się realizacji umowy wyłącza możliwość naliczania kar umownych.”

Zamawiający wyraża zgodę na ww. zmianę jednakże do zapisu umowy w zakres kara umowny dodaje nowy zapis w § 11 ust. 1.: „4) 0,3% wartości netto reklamowanego urządzenia za każdy przypadek nie dostarczenia w terminie 7 dni sprzętu zastępczego.”. W związku z powyższym zmienia treść załączników nr 12, 13, 14, 15 i 16 Specyfikacji Warunków Zamówienia. Informacje o zmianach zostały opublikowane na stronie prowadzonego postępowania.

Zatwierdził:
podpis na oryginale