



Słupsk, dnia 13.03.2025 r.

Numer sprawy nr: SE-407/6/25

Wszyscy wykonawcy w postępowaniu

Odpowiedzi na zadane pytania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji (art. 275 pkt 2) na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku. Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, poniżej przedstawia treść pytań wraz z odpowiedzią do przedmiotowego postępowania:

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania przesyłam pytania do Zamawiającego:

Dotyczy zadania 2

1. "Rura oddechowa pacjenta do respiratora MEDUMAT - jednorazowa" - Prosimy o doprecyzowanie, do jakiego modelu respiratora Medumat Zamawiający wymaga rury oddechowej? Czy jest to Medumat Standard 2, Medumat Standard A lub inny?

Odp.

Zamawiający w swoich zasobach posiada respiratory: Medumat Standard, Medumat Standard A.

Dotyczy zadania 1

1. Czy Zamawiający wymaga dla jednorazowych wkłuc doszpikowych min. 40 miesięcy ważności na dzień dostawy, w celu zachowania jak najdłuższej przydatności na produkt?

Odp.

Zgodnie ze specyfikacją w zamówieniu, czyli min. 12 miesięcy.

PYTANIE 1 – dotyczy pakietu 1, pozycji 9

Czy Zamawiający w pozycji 9 dopuści wycenę strzykawek w opakowaniach po 50 sztuki z odpowiednim przeliczeniem na 80 opakowań?

Odp.

Zamawiający dopuszcza wycenę strzykawek w opakowaniach po 50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem na 80 opakowań, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Zamawiający:

