

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa wagi laboratoryjnej dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego.

Wymagane minimalne parametry techniczne:

1. Obciążenie maksymalne [Max] 200g.
2. Dokładność odczytu [d] co najmniej 0,01g.
3. Zakres tary -200g.
4. Czas stabilizacji max. 4 sekundy.
5. Szalka wykonana ze stali nierdzewnej.