



**POGOTOWIE RATUNKOWE
WE WROCŁAWIU**
ul. Ziębicka 34-38 50-507
Wrocław



**UNIA
EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ
ROZWOJU
REGIONALNEGO**



**INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO
Narodowa
Strategia
Spójności**

sekretariat@pogotowie-ratunkowe.pl	tel. 71 77 31 400 fax. 71 367 66 18	NIP: 899-23-54-460
www.pogotowie-ratunkowe.pl	tel. kom. 506 374 965 , 506 734 979, wew. 400, 500	REGON: 932207142 KRS: 0000207618

Wrocław, dnia 29.08.2023 r.

Nr sprawy: **ZP/PR/16/2023**

INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO nr 2

Dot. postępowania w trybie podstawowym na dostawy pn.:

„Zakup krzeseł kardiologicznych z systemem płozowym dla Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu”

(2023/BZP 00360231/01 z dnia 2023-08-21)

Zamawiający, Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 1710 t.j.) - dalej ustawa Pzp., przekazuje treść zapytań, które napłynęły na przedmiotowe postępowanie wraz z wyjaśnieniami bez podawania źródła zapytania:

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania krzeselka kardiologicznego o wymiarach 940x490x250mm?

Odpowiedź nr 5:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 6:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania krzeselka kardiologicznego wyposażonego w rączki teleskopowe z przodu z regulacją góra-dół?

Odpowiedź nr 6:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 7:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania krzeselka kardiologicznego z dopuszczalnym obciążeniem 180 kg?

Odpowiedź nr 7:

Zamawiający nie dopuszcza.

Powyższe odpowiedzi na pytania są wiążące i stanowią **integralną część SWZ**.

Anna Koniec
Zastępca Dyrektora ds.
Administracyjno- organizacyjnych

.....
podpis Kierownika Zamawiającego (w oryginale)