



WOJEWÓDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY

34 -120 Andrychów; ul. J. Dąbrowskiego 19

tel.(33) 875-75-76; 875-24-46 (47); 875-45-41; fax (33) 875-45-59; www.szpital.info.pl; e-mail:szpital@szpital.info.pl

NIP- 551-21-23-091
PKD- 8610Z
REGON- 000805666
KONTO – Bank Pekao S.A.
06 1240 4748 1111
0000 4872 7945

Nasz znak:

IZP/2503/11/2014/2024

Andrychów dn., 24.05.2024 r.

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania prowadzonego zgodnie z zasadami Regulaminu Zamawiającego na zadanie pn.: „Dostawa testów diagnostycznych i pasków do oznaczania poziomu glukozy we krwi dla Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie” – znak sprawy: IZP/2503/11/2024

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego z siedzibą w Andrychowie 34-120 przy ul. J. Dąbrowskiego 19, dalej „Zamawiający”, zawiadamia o wyniku postępowania:

Część 1:

Zamawiający unieważnia postępowanie.

Uzasadnienie: wartość oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty.

Nazwy i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert i punktacja:

Numer oferty	Firma (nazwa), nazwisko, adres wykonawcy	Wartość brutto [zł]	Ilość uzyskanych punktów kryterium Cena całkowita brutto- waga 100%	Łączna ilość przyznanych punktów
1	BioMaxima S.A., ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin	298,08 zł	100,00	100,00 pkt
2	Diather Petruszewicz Sp.k., ul. Ku Ujściu 19, 80-701 Gdańsk	648,00 zł	Oferta odrzucona	
3	Hydrex Diagnostics Sp. z o.o., Al. Stanów Zjednoczonych 61a, 04-028 Warszawa	604,80 zł	49,29	49,29 pkt

Zamawiający odrzuca ofertę nr 2: Diather Petruszewicz Sp.k., ul. Ku Ujściu 19, 80-701 Gdańsk

Uzasadnienie: Zamawiający po otwarciu ofert przystąpił do ich badania. Wykonawca składając ofertę w postępowaniu, nie złożył pełnomocnictwa uprawniającego do reprezentowania Wykonawcy, w związku z czym Zamawiający wezwał do jego uzupełnienia. W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Wykonawca nie odpowiedział na wezwanie, tym samym uznać należy, że nie zostało złożone skuteczne oświadczenie woli przez Wykonawcę, tj. nie została złożona oferta. Mając na uwadze powyższe, oferta nr 2 Wykonawcy Diather Petruszewicz Sp. k. podlega odrzuceniu.



WOJEWÓDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY

34 -120 Andrychów; ul. J. Dąbrowskiego 19

tel.(33) 875-75-76; 875-24-46 (47); 875-45-41; fax (33) 875-45-59; www.szpital.info.pl; e-mail:szpital@szpital.info.pl

Część 2:

Zamawiający unieważnia postępowanie.

Uzasadnienie: wartość oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty.

Nazwy i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert i punktacja:

Numer oferty	Firma (nazwa), nazwisko, adres wykonawcy	Wartość brutto [zł]	Ilość uzyskanych punktów kryterium Cena całkowita brutto- waga 100%	łącznie ilość przyznanych punktów
2	Diather Petruszewicz Sp.k., ul. Ku Ujściu 19, 80-701 Gdańsk	20 412,00 zł	Oferta odrzucona	
3	Hydrex Diagnostics Sp. z o.o., Al. Stanów Zjednoczonych 61a, 04-028 Warszawa	12 096,00 zł	100,00	100,00 pkt

Zamawiający odrzuca ofertę nr 2: Diather Petruszewicz Sp.k., ul. Ku Ujściu 19, 80-701 Gdańsk

Uzasadnienie: Zamawiający po otwarciu ofert przystąpił do ich badania. Wykonawca składając ofertę w postępowaniu, nie złożył pełnomocnictwa uprawniającego do reprezentowania Wykonawcy, w związku z czym Zamawiający wezwał do jego uzupełnienia. W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Wykonawca nie odpowiedział na wezwanie, tym samym uznać należy, że nie zostało złożone skuteczne oświadczenie woli przez Wykonawcę, tj. nie została złożona oferta. Mając na uwadze powyższe, oferta nr 2 Wykonawcy Diather Petruszewicz Sp. k. podlega odrzuceniu.

Część 3:

Zamawiający unieważnia postępowanie.

Uzasadnienie: wszystkie złożone w postępowaniu oferty zostały odrzucone.

Nazwy i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert i punktacja:

Numer oferty	Firma (nazwa), nazwisko, adres wykonawcy	Wartość brutto [zł]	Ilość uzyskanych punktów kryterium Cena całkowita brutto- waga 100%	łącznie ilość przyznanych punktów
2	Diather Petruszewicz Sp.k., ul. Ku Ujściu 19, 80-701 Gdańsk	9 444,60 zł	Oferta odrzucona	
4	Centrum Diabetologii Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 29b, 02-737 Warszawa	14 580,00 zł	Oferta odrzucona	



WOJEWÓDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY

34 -120 Andrychów; ul. J. Dąbrowskiego 19

tel.(33) 875-75-76; 875-24-46 (47); 875-45-41; fax (33) 875-45-59; www.szpital.info.pl; e-mail:szpital@szpital.info.pl

Zamawiający odrzuca ofertę nr 2: Diather Petruszewicz Sp.k., ul. Ku Ujściu 19, 80-701 Gdańsk

Uzasadnienie: Zamawiający po otwarciu ofert przystąpił do ich badania. Wykonawca składając ofertę w postępowaniu, nie złożył pełnomocnictwa uprawniającego do reprezentowania Wykonawcy, w związku z czym Zamawiający wezwał do jego uzupełnienia. W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Wykonawca nie odpowiedział na wezwanie, tym samym uznać należy, że nie zostało złożone skuteczne oświadczenie woli przez Wykonawcę, tj. nie została złożona oferta. W tym samym piśmie, Zamawiający wezwał do złożone karty katalogowej, ulotki, materiału informacyjnego dla zaoferowanego przedmiotu zamówienia na potwierdzenie spełnienia wszystkich parametrów określonych w Zaproszeniu do złożenia oferty cenowej. W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Wykonawca nie odpowiedział na wezwanie. Mając na uwadze powyższe, oferta nr 2 Wykonawcy Diather Petruszewicz Sp. k. podlega odrzuceniu.

Zamawiający odrzuca ofertę nr 4: Centrum Diabetologii Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 29b, 02-737 Warszawa

Uzasadnienie: Zamawiający po otwarciu ofert przystąpił do ich badania. Na etapie badania ofert, Zamawiający na podstawie R. X pkt. 3 Zaproszenia do złożenia oferty cenowej, wezwał Wykonawcę do złożenia karty katalogowej, ulotki, materiału informacyjnego dla zaoferowanego przedmiotu zamówienia na potwierdzenie spełnienia wszystkich parametrów określonych w Zaproszeniu do złożenia oferty cenowej. Wykonawca zaoferował przedmiot zamówienia niezgodny z wymaganiami, tj. Zamawiający wymagał aby „temperatura przechowywania pasków testowych dla dostarczanego glukometru wynosiła 2-32 st. C”, Wykonawca zaoferował przedmiot zamówienia, dla którego temperatura przechowywania pasków testowych wynosi 2-30 st. C, co czyni ofertę niezgodną z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego i podlega odrzuceniu jako niezgodna z warunkami zamówienia.

Dziękujemy za udział w postępowaniu!

*Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala
Psychiatrycznego w Andrychowie*

Piotr Kopijasz

Otrzymują:

1 x https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_andrychow

1 x Wykonawcy (email)

1 x a/a