



BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

ul. Kuźnicza 35
50-138 Wrocław
tel. +48 71 375 22 34 | +48 71 375 28 22 | +48 71 375 20 88

bzp@uwr.edu.pl | www.uwr.edu.pl



Wrocław, dnia 12.05.2025 r.

Nr postępowania: **BZP.272.4.2025.AW**

Wykonawcy

(informacja zamieszczona na stronie
internetowej prowadzonego postępowania)

INFORMACJA NR 2
wyjaśnienia i zmiana treści SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn.: **„Dostawa materiałów zużywalnych na potrzeby realizacji projektu ABM nr 2021/ABM/05/00002-00 – 6 Zadań”**

Na podstawie art. 284 ust. 1, 2 i 6 oraz art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) Zamawiający – Uniwersytet Wrocławski, przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

I. Wyjaśnienia treści SWZ:

Zadanie nr 2:

Pytanie nr 6:

Dotyczy pozycji 1,2,3,4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wielkość porów membrany filtracyjnej 0,22um?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną wielkość porów membrany filtracyjnej. Wielkość porów ma wynosić 0,20 µm.

Pytanie nr 7:

Dotyczy pozycji 1,2

Prosimy o usunięcie zapisu dotyczącego butelek odbieralnikowych. Butelki odbieralnikowe i zakrętki do nich są dostarczane w całych zestawach, a nie samych lejkach.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie usunie zapisu dotyczącego butelek odbieralnikowych.

W OPZ do Zadania nr 2 i pozycji 2.1, 2.2, tj. samych lejków filtracyjnych o objętości odpowiednio: 500 ml i 250 ml, sporządzonym przez Zamawiającego, widnieje zapis: „duże bruzdy na jasnozielonej zakrętce do butelki odbieralnikowej” i dotyczy on dolnej części lejka filtracyjnego, a nie samej butelki odbieralnikowej (użyto przyimka 'DO', a nie 'OD' butelki odbieralnikowej). Dolna część lejka o kolorze jasnozielonym, wraz z bruzdami, umożliwia szczelne przykręcenie kielicha filtracyjnego do którejś z butelek posiadanych przez Zamawiającego, stając się - na czas filtrowania płynów - zakrętką danej butelki.

Zamawiający potrzebuje zarówno samych kielichów/lejków filtracyjnych, których może używać wraz z posiadanymi przez siebie butelkami, jak i całych sterylnych zestawów kielich + butelka odbieralnikowa, co zawarto w opisie pozycji 2.3 i 2.4.

Pytanie nr 8:

Dotyczy pozycji 10

Czy Zamawiający dopuści próbówki o wymiarach 28x115 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza próbek o wymiarach 28x115 mm.

Pytanie nr 9:

Dotyczy pozycji 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wymiary 16x120 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na próbki o wymiarach 16x120 mm.

Pytanie nr 10:

Pozycja nr 1 - 4: Czy Zamawiający dopuści produkty z rozmiarem porów 0,22µm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną wielkość porów membrany filtracyjnej. Wielkość porów ma wynosić 0,20 µm.

Pytanie nr 11:

Pozycja nr 1 oraz 3: Czy Zamawiający dopuści produkty z średnicą membrany PES 90 mm? Motywujemy nasze pytanie tym, iż większa średnica membrany wpłynie na jeszcze dokładniejszą filtrację.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuści produktów z średnicą membrany PES 90 mm, gdyż potrzebuje kielicha/lejkow filtracyjnych o takich samych parametrach, jakich zespół naukowy używał do tej pory (tj. 75 mm) - dla dobra kontynuacji badań. Według najlepszej wiedzy Zamawiającego, większa średnica membrany wpływa jedynie na samą szybkość filtracji, a niekoniecznie na jej dokładność i jakość.

Pytanie nr 12:

Pozycja nr 5: Czy Zamawiający dopuści pipety pakowane indywidualnie, w opakowaniu zbiorczym pakowane po 125 sztuk (5 worków po 25 sztuk) oraz wycenę 4 takich opakowań?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę.

Pytanie nr 13:

Pozycja nr 6: Czy Zamawiający dopuści pipety pakowane indywidualnie, w opakowaniu zbiorczym pakowane po 200 sztuk (4 worki po 50 sztuk) oraz wycenę 22,5 takich opakowań?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania zaproponowanego przez Wykonawcę.

Pytanie nr 14:

Pozycja nr 9: Czy Zamawiający dopuści pipety pakowane indywidualnie, w opakowaniu zbiorczym pakowane po 400 sztuk oraz wycenę 10 takich opakowań?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę.

Zadanie nr 1:

Pytanie nr 15:

Dotyczy pozycji 8,9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naczynka o wymiarach 46 x 8 x 46 mm i pojemności 10 ml przy zachowaniu reszty parametrów?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na takie wymiary oraz zwiększoną pojemność naczynek pod warunkiem, że reszta parametrów oraz kolory (biały - poz.1.8 oraz czarny - poz.1.9) zostaną zachowane.

II. Zmiana treści SWZ:

W związku z odpowiedzią Zamawiającego na pytanie nr 15 powodujące modyfikację treści SWZ, zmianie ulega treść **Zał. nr 3.1 do SWZ - OPZ Zadanie nr 1**. Zmiany oznaczone są kolorem zielonym.

Integralnymi załącznikami do niniejszej Informacji jest:

1. Zał. nr 3.1 do SWZ - OPZ Zadanie nr 1 po zmianach z dn. 12.05.2025 r.

Zgodnie z rozdz. VIII pkt 2.8 SWZ jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającą późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

Ponadto Zamawiający informuje, że wszelkie informacje przekazywane Wykonawcom stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w ww. postępowaniu. Wykonawca jest zobowiązany złożyć ofertę uwzględniającą wszelkie zmiany i wyjaśnienia zawarte w Informacjach dla Wykonawców.

DYREKTOR GENERALNY
mgr Elżbieta Solarewicz