



SZPITAL POWIATOWY
W JAROCINIE

Jarocin, 07.09.2023 r.

INFORMACJA

Dotyczy :

Postępowanie na „Dostawy obłożeń operacyjnych” 22/2023.

Działając na podstawie art. 284 oraz 286 ustawy Prawo zamówień publicznych udzielamy wyjaśnień treści SWZ oraz wprowadzamy zmiany jej treści.

A.

Pakiet nr 4 poz. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania serwety na stolik Mayo wykonanej z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze materiału w obszarze wzmocnionym 85 g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

B.

Pakiet 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm
 - 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm
 - 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm
 - 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30cm x 30cm
 - 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10cm x 50cm
 - 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80cm x145 cm, wykonana z folii PE oraz włókninowej warstwy chłonnej, złożona teleskopowo
 - 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150cm x190 cm, wykonana z folii PE oraz włókninowej warstwy chłonnej
- Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m², chłonności warstwy zewnętrznej 304%?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 1, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm
 - 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm
 - 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm
 - 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30cm x 30cm
 - 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10cm x 50cm
 - 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80cm x145 cm, wykonana z folii PE oraz włókninowej warstwy chłonnej, złożona teleskopowo
 - 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150cm x190 cm, wykonana z folii PE oraz włókninowej warstwy chłonnej
- Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m², chłonności warstwy zewnętrznej 304%?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 1, pozycja 1-5

Czy Zamawiający dopuści etykietę główną na której znajduje się : nazwa wyrobu, skład zestawu, dodatkowa informacja, indeks wyrobu oraz 4 naklejek TAG na których znajduje się: indeks wyrobu, numer lot, data ważności, informacja producenta?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pakiet 1, pozycja 3



SZPITAL POWIATOWY
W JAROCINIE

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 8 cm x 85 cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 180cm wzmocnienie o wymiarze 50cm x 80cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150 cm x 180 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m²
- 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 30 cm x 60 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm, wykonana z włókniny typu spunlance
- 2 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80cm x145 cm, wykonana z folii PE oraz włókninowej warstwy chłonnej, złożona teleskopowo
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150cm x190 cm, wykonana z folii PE oraz włókninowej warstwy chłonnej

Serwety wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowane z organizatorami przewodów, chłonności wzmocnienia min. 680% ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 1, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 1 x serweta o wymiarach 200 cm x 300 cm z otworem samouszczelniającym się o średnicy 3,5 cm, wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowane z organizatorami przewodów, chłonności wzmocnienia min. 680%.
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 160 cm x 180 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m²
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm, wykonane z włókniny typu spunlance
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80cm x145 cm, wykonana z folii PE oraz włókninowej warstwy chłonnej, złożona teleskopowo
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150cm x190 cm, wykonana z folii PE oraz włókninowej warstwy chłonnej

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 1, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem o wymiarach 25 cm x 30 cm wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 80 cm x 90 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm

Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², wytrzymałości na wypychanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa, wytrzymałości na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N. Odporności na penetrację płynów w obszarze krytycznym 41.7 cm H₂O, chłonności wzmocnienia min. 680% ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 1, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuszcza strzykawkę o pojemności 2 ml z przedłużoną skalą o 10% z zakończeniem stożkowym typu Luer?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 1, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuszcza strzykawkę o pojemności 5 ml z przedłużoną skalą o 10% z zakończeniem stożkowym typu Luer?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.



SZPITAL POWIATOWY
W JAROCINIE

Pakiet 1, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuszcza strzykawki oraz igły bez opakowania jednostkowego, co pozwoli na redukcję powstawania odpadów opakowaniowych podczas zabiegu?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 1, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę o odporności na przenikanie cieczy 196 H₂O, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 1, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę o odporności na przenikanie cieczy 196 H₂O, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 1, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuszcza zestaw zapakowany w rękaw papierowo-foliowy, opakowanie ze zgrzewem prostym oraz marginesem ułatwiającym otwieranie?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.

Pakiet 1, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuszcza podkład chłonny o chłonności 789ml?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 1, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuszcza zestaw o poniższym składzie, zapakowany w rękaw papierowo-foliowy, opakowanie ze zgrzewem prostym oraz marginesem ułatwiającym otwieranie:

1 x Podkład chłonny 60cm x 60cm

2 x Serweta chłonna dla noworodka 60cm x 80cm

1 x Czapeczka dla noworodka, biała

1 x Kocyk flanelowy 160cm x 75cm

1 x Miarka papierowa 1m?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 1, pozycja 8, 9

Czy Zamawiający dopuści na potwierdzenie gramatury kartę techniczną wystawioną przez producenta?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 1, pozycja 8, 9

Czy Zamawiający dopuści mankiet o długości 7,5cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 1, pozycja 8, 9

Czy Zamawiający dopuści szwy ultradźwiękowe, 3 ścieżkowe ciągłe?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie

Pakiet 1, pozycja 8, 9

Czy Zamawiający dopuści troki o szerokości 1,5cm, zewnętrzne 75cm i 50cm, wewnętrzne 45cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie

Pakiet 1, pozycja 8, 9

Czy Zamawiający dopuści zapięcie przy szyi na rzep o szerokości 3cm i długości 13cm i 7cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie

Pakiet 1, pozycja 8, 9

Czy Zamawiający dopuści fartuchy o następujących długościach: M – 124cm, L – 128cm, XL – 138cm, XXL - 157cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie



SZPITAL POWIATOWY
W JAROCINIE

Pakiet 1, pozycja 8, 9

Czy Zamawiający dopuści ręczniki w rozmiarze 30x30cm, włókniny typu spunlance?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie

Pakiet 1, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści wytrzymałość na rozciąganie na sucho 45,35N CD / 83,17N MD, log 10 2,2, odporności na przenikanie cieczy 35cm H₂O, wytrzymałości na wypychanie na sucho 80,60kpa, paroprzepuszczalności 4389 g/m²/24h?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 1, pozycja 8, 9

Czy Zamawiający dopuści owinięcie w serwetę włókninową?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie

Pakiet 1, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści wzmocnienie w części przedniej kończące się na wysokości 25-32cm od dolnej krawędzi fartucha, w zależności od rozmiaru fartucha, na rękawach 32cm (M), 34cm (L), 34cm (XL), 34cm (XXL), wzmocnienie umieszczone od wewnątrz?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 1, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści log 10 2,9 w strefie krytycznej, odporności na przenikanie cieczy 102cm H₂O w strefie krytycznej i 35cm H₂O w strefie mniej krytycznej, wytrzymałości na wypychanie na mokro 110,8 kpa?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 1, pozycja 10

Czy Zamawiający ubranie wykonane z włókniny SMS gr. 35g, nieprześwitujące, antystatyczne, oddychające. Bluza z krótkim rękawem, posiada wycięcie "V" zakończone obszyciem w kolorze ubrania, 3 kieszenie (2 w dolnej części oraz jedna mniejsza w części górnej). Spodnie z trokami w pasie. Dostępne w trzech kolorach: zielonym, niebieskim. Zgodne z EN 13795-2:2019 Odzież i obłożenia chirurgiczne Wymagania i metody badań Część 2: Odzież dla bloków operacyjnych (przenikanie bakterii na sucho maksymalnie 37 CFU zgodnie z EN ISO 22612, pylenie 1,15 log 10 zgodnie z EN ISO 9073-10, wypychanie na sucho 48 kPa zgodnie z EN ISO 13938-1 siła zrywająca 43,7N kierunek wzdłużny/66,3N kierunek poprzeczny zgodnie z EN 29073-3?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 1, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści przedni wykonany z folii o grubości 0,03mm, w rozmiarze 71x116cm, pakowany a'100szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 2, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw który spełnia wymagania wg normy EN 13795-1 na wysokim poziomie.

Wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 106,5/89,9kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro 97,8/95,5N. Odporność na penetrację płynów 197 cm H₂O. Współczynnik pylenia < 2,01log¹⁰.

Chłonność wraz ze wzmocnieniem 420% ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 2, pozycja 1, 2

Czy Zamawiający dopuści serwetę na stół instrumentariuszki wykonaną z warstwy nieprzemakalnej folii PE o gramaturze 40 g/m², wzmocnioną hydrofilową włókniną wiskozowo-poliestrową o wymiarach 65 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 70 g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie

Pakiet 2, pozycja 1, 2

Czy Zamawiający dopuści serwetę na stół Mayo wykonaną z folii PE o gramaturze 50 g/m² oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m². Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie



SZPITAL POWIATOWY
W JAROCINIE

Pakiet 2, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści koc ogrzewający wykonany z włókniny polipropylenowej 25g/m² z poliestrowym wypełnieniem o gramaturze 80g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie

Pakiet nr 2, poz. 3

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu zgodności z normą EN 13795:2011.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet nr 3, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu w rozmiarze 80x220cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet nr 3, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu pakowanego a'10 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie

Pakiet nr 3, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu pakowanego a'20 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie

Pakiet nr 3, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu w rozmiarze 90x200cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pakiet 4, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści serwetę wykonaną z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 40g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie

Pakiet 4, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 45x75cm z otworem o średnicy 6x8cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie

Pakiet 4, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50x75cm z otworem o średnicy 7cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie

Pakiet 4, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50x75cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie

Pakiet 4, poz. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwetki wzmocnionej osłony na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonanej z folii PE o gramaturze 50 g/m² oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, o łącznej gramaturze w strefie wzmocnionej 80 g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie

Pakiet 4, poz. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie taśmy medycznej o wymiarach 10cm x 50cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie

Pakiet 4, poz. 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony na kończyne o wymiarach 35cm x 120cm wyposażonej w jedną taśmę samoprzylepną o wymiarach 10cm x 50cm?



SZPITAL POWIATOWY
W JAROCINIE

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 4, poz. 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony na kończynę z 2 taśmami samoprzylepnymi (jedna w zestawie z osłoną, a druga dołączona do zestawu)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie

Pakiet nr 5, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompletu pościeli medycznej jednorazowego użytku wykonanego z włókniny polipropylenowej 25 g/m², niejałowego, w kolorze zielonym, paroprzepuszczalność min 10 000 g/m²/24h, zawierającego:

- prześcieradło: 150 cm x 210 cm
- poszwę na kołdrę 160 cm x 210 cm
- poszewkę na poduszkę: 70 cm x 80 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie

Pakiet nr 6, poz. 2,3,6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Tak.

Pakiet nr 6, poz. 4-5,7-10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Tak.

Pakiet nr 6, poz. 5

Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie spodenek wykonanych z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40g/m² w kolorze granatowym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie

Pakiet nr 6, poz. 9-10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów o gramaturze 25g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie

Pakiet nr 9, poz. 1

Czy w miejsce opisanej maseczki w SWZ Zamawiający dopuści maseczkę o poniższym opisie:

Maska medyczna wiązana na troki, wykonana z trzech warstw niepyłającej włókniny (25g/m²+ 25g/m² + 25g/m²), wymiary maski 17,5cm x 9,5cm. Długość troków 40 cm. Długość sztywnika do formowania maski na nosie 10,5cm. W kolorze zielonym?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

C.

1.Pakiet 3

Czy Zamawiający dopuści Prześcieradło ochronne na stół operacyjny. Wykonane z 2 scalonych powłok: mocnego laminatu zabezpieczającego przed przesuwaniem się i ślizganiem podkładu po powierzchni i chłonnego wkładu.

Rozmiar podkładu 101cm x 225cm, Rozmiar rdzenia chłonnego: 50cm x 200cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie

2.Pakiet 3

Czy Zamawiający dopuści

Jednorazowy podkład na stół operacyjny, gładki o jednorodnej powierzchni niepowodujący uszkodzeń skóry pacjenta.



SZPITAL POWIATOWY
W JAROCINIE

Spodnia warstwa antybakteryjna, antypoślizgowa zapobiegająca przesuwaniu się podkładu wykonana z folii polietylenowej.

Rozmiar: 101cm x 225cm ±2cm

Rozmiar rdzenia chłonnego: 50cm x 225cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie

3.Pakiet 3

Czy Zamawiający dopuści katon 20 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie

4.Pakiet 4 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści Serweta 45x75cm z otworem przylepnym 5x6cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie

5.Pakiet 4 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 75 x 90 cm lub 75 cm x 75 cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

6.Pakiet 4 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści gramaturę min. 57,5 g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie

7.Pakiet 4 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści Serweta 50x60cm z otworem przylepnym. 6x8cm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie

8.Pakiet 4 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 10 x 50 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie

9.Pakiet 4 poz. 10

•Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę:

Materiał dwuwarstwowy (lamiant) o gramaturze 62g/m², chłonny na całej powierzchni + OP taśma 10 x 50cm

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

10.Pakiet 6 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści maski Gramatura masek medycznych:

1.warstwa środkowa 25g/m²,

2.warstwa zewnętrzna 23g/m²,

3.wewnętrzna do twarzy 15g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

11.Pakiet 6 poz. 1,2

Czy Zamawiający dopuści czepki pakowane w folię a 100 sztuk ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

12.Pakiet 6 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści gramaturę 15 g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie

13.Pakiet 6 poz. 2


Czy Zamawiający dopuści gramaturę 25 g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

14.Pakiet 6 poz. 2,3

Czy Zamawiający dopuści tylko jeden kolor ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza



SZPITAL POWIATOWY
W JAROCINIE

15. Pakiet 6 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści rozmiar L- długość 115 cm szerokość 140 cm toki szyja min. 35 cm, troki pas min. 170 cm ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

16. Pakiet 6 poz. 8 Czy Zamawiający dopuści długość 120 cm szerokość 150 cm troki szyja min. 35 cm, troki pas. Min 180 cm ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

17. Pakiet 6 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści rozmiar L- długość 115 cm szerokość 140 cm toki szyja min. 35 cm, troki pas min. 17 cm ??

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

18. Pakiet 6 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści długość 120 cm szerokość 150 cm troki szyja min. 35 cm, troki pas. Min 180 cm ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

19. Pakiet 6 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści Czepek medyczny typu furażerka

- wykonany z przewiewnej włókniny polipropylenowej ze wstawką przeciwpotną
- o gramaturze 20g/m²
- w kształcie furażerki, z trokami w części tylnej
- przeciwpotny
- lekki i dobrze przepuszczający powietrze
- zapewniający komfort w trakcie noszenia
- jednorazowego użytku
- zapewnia doskonałą ochronę przed przenoszeniem bakterii i zanieczyszczeń
- produkt opatrzony znakiem CE - spełnia zasadnicze wymagania

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

20. Pakiet 6 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

D.

Pakiet 6 pozycja 1:

Czy zamawiający dopuści maskę medyczną typu II?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 6 pozycja 1:

Czy zamawiający dopuści maseczki medyczne, które mają poziom filtracji bakterii 98%?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 6 pozycja 1:

Czy zamawiający dopuści maseczkę medyczną, której ciśnienie różnicowe wynosi 40 Pa/cm²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie

Pakiet 6 pozycja 2:

Czy zamawiający dopuści czepek w kształcie beretu pakowane w opakowanie zbiorcze w folię?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 6 pozycja 2:

Czy zamawiający dopuści czepek w kształcie beretu wyłącznie w kolorze niebieskim?



**SZPITAL POWIATOWY
W JAROCINIE**

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pakiet 6 pozycja 2:

Czy zamawiający dopuści:

Furażerka z gumką w tylnej części

Na bokach wykonana z chłonnego, przewodnego materiału z włókniny typu Spunlace o gramaturze 45g/m² w kolorze niebieskim

Górna część wykonana z PP o gramaturze 26 g/m² w kolorze białym

Część przednia wydłużona z możliwością wywinięcia

Opakowanie kartonik 100 sztuk umożliwiające wyjmowanie pojedynczych sztuk

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 6 pozycja 3:

Czy zamawiający dopuści:

Czepek w kształcie furażerki, wiązany w tylnej części na troki

Na bokach wykonana z chłonnego, przewodnego materiału z włókniny typu Spunlace o gramaturze 45g/m² w kolorze niebieskim

Górna część wykonana z PP o gramaturze 26 g/m² w kolorze białym

Część przednia wydłużona z możliwością wywinięcia

Wysokość czepka w części czołowej 13 cm

Opakowanie kartonik 100 sztuk umożliwiające wyjmowanie pojedynczych sztuk

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 6 pozycja 3:

Czy zamawiający dopuści czepek w kształcie furażerki wyłącznie w kolorze niebieskim?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie

Pakiet 6 pozycja 4:

Czy zamawiający dopuści koszule dla pacjenta wykonane z włókniny SMMS o gramaturze 35g, w kolorze niebieskim i wiązane na troki?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie

Pakiet 6 pozycja 4:

Czy zamawiający dopuści koszulę dla pacjenta o gramaturze 30g/m² wykonany z włókniny SMS?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 6 pozycja 6:

Czy zamawiający dopuści ochraniacze na obuwiu o grubości 35 mikronów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie

Pakiet 6 pozycja 7:

Czy zamawiający dopuści fartuch o gramaturze 20g?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie

Pakiet 6 pozycja 7,8,9,10:

Czy zamawiający dopuści fartuch, którego troki przy szyi mają 33cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie

Pakiet 6 pozycja 7,8,9,10:

Czy zamawiający dopuści fartuch medyczny w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pakiet 6 pozycja 7,8,9,10:

1. W związku z wyrokiem KIO 1122/23 oraz aktualnym stanowiskiem URPLWMI PB wydanym na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie wyrobów medycznych (MDR - Medical Device Regulation), z których wynika, że tylko fartuchy chirurgiczne sterylne lub przeznaczone do sterylizacji, do stosowania na bloku operacyjnym podczas operacji przez personel medyczny, spełniające normę EN 13795-1 mogą być wyrobami medycznymi, prosimy o informację czy Zamawiający wymaga wyrobu medycznego?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga zaoferowania wyrobu medycznego

2. Jeżeli Zamawiający nie oczekuje fartuchów chirurgicznych przeznaczonych do stosowania na bloku operacyjnym podczas operacji przez personel medyczny spełniających normę EN 13795-1, to czy dobrze rozumiemy, że Zamawiający oczekuje fartuchów będących Środkiem Ochrony Indywidualnej kat. I?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający oczekuje fartuchów będących Środkiem Ochrony Indywidualnej kat. I

3. Przez kogo i do czego będą używane fartuchy w pakiecie 6. Poz. 7,8,9,10?

Odpowiedź : Wskazane fartuchy stosowane będą przez personel medyczny oraz osoby odwiedzające chorych w celu zapobiegania chorobom poprzez ochronę przez zanieczyszczeniami fizycznymi, jak na przykład: płynami pochodzącymi z ciała, lekarstwami, chemikaliami, wodą używaną do mycia pacjentów, i innymi płynami i zanieczyszczeniami.

Pakiet 6 pozycja 7,8,9,10:

Czy zamawiający dopuści fartuchy w kolorze niebieskim?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

E.

Pytania do SWZ

Część 4, poz. 3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie serwety o otworze 7cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie

Część 4, poz. 6

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie serwety o otworze 7cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie

Część 4, poz. 8

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie osłony na stół Mayo w rozmiarze 80x145cm, wykonanej z folii polietylenowej o grubości min. 0,065 mm, ze wzmocnieniem włókninowym 60x145cm o gram. 40 g/m².

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Część 4, poz. 10

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie osłony w rozmiarze 35x125cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie

Część 4, poz. 10

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie osłony w rozmiarze 35x125cm, z taśmami pakowanymi oddzielnie

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie

F

Dotyczy Pakiet nr 3, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści podkład o wymiarach 80 cm x 220 cm? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Dotyczy Pakiet nr 3, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści podkład pakowany w opakowanie foliowe po 10 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?

Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie

Dotyczy Pakiet nr 3, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści podkład pakowany w opakowanie foliowe po 20 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?

Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie

Prezes Zarządu

Henryk Szymczak

Jarocin dnia 07.09.2023