

**Defibrylacja**

Pkt. 7 Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje łyżek twardych do defibrylacji dla pacjentów dorosłych i zewnętrznych nakładek pediatrycznych które w razie potrzeby wsuwa się na łyżki twarde dla dorosłych ?

**Odpowiedz pkt 7**

Zamawiający oczekuje zaoferowania rozwiązania, w którym będą akcesoria wielorazowego użytku umożliwiające defibrylację pacjentów dorosłych i pediatrycznych

Czy Zamawiający będzie wymagać aby defibrylator był wyposażony we wspomaganie RKO w postaci funkcji metronomu działającego w trybie manualnym i półautomatycznym pracującego w czterech trybach:

- pacjent dorosły zaintubowany
- pacjent dorosły niezaintubowany
- pacjent pediatryczny zaintubowany
- pacjent pediatryczny niezaintubowany

Bezpośredni dostęp do zmian ustawień(niezabezpieczony hasłem) ? Jest to bardzo pomocna funkcja dla skutecznego prowadzenia RKO.

**Odpowiedz**

**Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga**