

Jarocin, 27.03.2023 r.

„Szpital Powiatowy w Jarocinie”

Sp. z o.o.

ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin

INFORMACJA

Dotyczy : Dostawa, montaż i uruchomienie sterylizatorów parowych przelotowych w łącznej ilości 2 szt.

Nr postępowania 1/2023.

Zgodnie z rt. 253 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z uzyskana punktacją . Wybrany został następujący wykonawca :

Wielkopolskie Centrum Zaopatrzenia Lecznictwa, ANMED Maria Przychodzka, 62-035 Błażewo os. Gruszkowe 3/5

I. Uzyskana punktacją w kryterium ceny 70 pkt

II. Uzyskana punktacją dla parametrów jakościowych:

1) Parametr jakościowy nr 1 – 10 pkt

Grzałki wytwornicy pary wykonane z wytrzymałego stopu INCOLOY, który gwarantuje wydłużoną żywotność tego elementu.

2) Parametr jakościowy nr 2 – 10 pkt

Presostaty na zasilaniu wody zmiękczonej i demineralizowanej monitorujące jej ciśnienie, w przypadku wykrycia niskiego ciśnienia sygnalizacja na wyświetlaczu sterylizatora.

3) Parametr jakościowy nr 3 - 10 pkt

Interfejs urządzenia wyposażony w czytnik kart SD ze slotem umieszczonym na przednim panelu obudowy sterylizatora.

III. Łączna uzyskana punktacją 100 pkt.

Prezes Zarządu

Henryk Szymczak