

Pytania i odpowiedzi

Dot.: przetargu na: Dostawy sprzętu specjalistycznego na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Bloku Operacyjnego i Intensywnej Terapii Kardiochirurgicznej
Centralnego Szpitala Klinicznego UM w Łodzi.

Znak sprawy: ZP/38/2025,

zad. 21, 26.

1. Czy Zamawiający potwierdza, że w przypadku wyboru oferty wykonawcy na więcej, niż jeden pakiet, dla każdego pakietu zostaną zawarte osobne umowy.

W sytuacji zawarcia jednej umowy na kilka pakietów, prosimy o składanie osobnych zamówień dla każdego z pakietów.

Odpowiedź : zamawiający nie potwierdza.

2. Dot. par. 4 ust. 6 wzoru umowy

Prosimy o odstąpienie od wymogu podawania daty produkcji na opakowaniu jednostkowym;

Uzasadnienie: na każdym opakowaniu podana jest data ważności, w związku z tym data produkcji nie jest istotną informacją.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet 6

Poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli do dostępu tętniczego z zatraskiem typu FloSwitch - 20G, 1,1 mm x 45 mm, wycięcie za zawór FloSwitch, z równoważnym włókninowym obrzeżem i dodatkowym paskiem z perforacją stanowiącym zabezpieczenie przeciwległe do umocowania linii, cewnik z PTFE

Odpowiedź:Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 2 poz.2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody z zintegrowanym odprowadzeniem długości 100-cm.W pozostałych parametrach bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.