



Poznań, dnia 25.11.2024 roku

Oznaczenie sprawy: PN-97/24

**Uczestnicy postępowania  
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  
na dostawę 165 elektrycznych łóżek szpitalnych**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

W związku z otrzymanymi zapytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r - Prawo zamówień publicznych poniżej zamieszcza treść zapytań wraz z odpowiedziami:

**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu na zasadzie równoważności, wysokiej jakości łóżko szpitalne/pobytowe, fabrycznie nowe o następujących parametrach techniczno-użytkowych:

Ad 41, 44, 45, 46. Materac z pianki poliuretanowej, dwuwarstwowy, z pokrowcem nie przepuszczającym płynów, przepuszczającym powietrze, o wysokości 14 cm, pokrowiec bez lateksu, długość i szerokość materaca o kształcie dostosowanym do wymiarów leża łóżka. Materac spełniający obowiązujące normy niepalności PN EN 597-1 oraz PN EN 597-2. Wyposażony w kaptur chroniący zamek, kolor pokrowca niebieski. Materac przetestowany zgodnie z następującymi kryteriami testowymi: Podrażnienie (DIN EN ISO 10993-10), Cytotoksyczność (DIN EN ISO 10993-5), Podrażnienie skóry (DIN EN ISO 10993-10:2014).

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu odporności na środki do mycia i dezynfekcji.

