



Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie
20 - 708 Lublin, ul. Pielęgniarek 6
skr. poczt. 119 tel. 81 743-46-96 fax 81 743-46-86
email: wsse.lublin@sanepid.gov.pl <https://www.gov.pl/web/wsse-lublin>

ADM-ZP.272.1.2.2023

Lublin, dnia 17.03.2023 r.

Uczestnicy postępowania

Pytania i odpowiedzi nr 1

Zamawiający działając w oparciu o art. 284 ust. 1 i 2 oraz 286 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 poz.1710 z późn. zm.) zwanej dalej Pzp, w związku z pytaniami skierowanymi w postępowaniu pn. „**Dostawa szkła, drobnego sprzętu laboratoryjnego i akcesoriów do chromatografii**” przekazuje poniżej treść pytań i wyjaśnienia Zamawiającego oraz dokonuje zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 1.

Grupa II, PAKIET XIX, POZ. 2: Czy Zamawiający dopuści produkt o tych samych parametrach, pakowany po 15 sztuk w rękawie z odpowiednim przeliczeniem ilości wymaganych przez Zamawiającego? Dotyczy: Grupa II, PAKIET XIX, POZ. 4: Czy Zamawiający dopuści produkt o tych samych parametrach, pakowany po 50 szt. w opakowaniu jednostkowym z odpowiednim przeliczeniem ilości wymaganych przez Zamawiającego?

Odpowiedź Nr 1: Zamawiający w Pakiecie XIX, Poz.2 – dopuszcza płytki pakowane po 15 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Zamawiający dokonuje zmiany w opisie w formularzu asortymentowo cenowym w Pakiecie XIX, poz. 2 - ilość 3 opakowania po 15 szt. Łącznie 45 szt.

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia / wymagania techniczne i jakościowe | Jednostka miary | Ilość | Lp |
|----|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|
| 2 | Płytki Petriego | z żeberkami wentylacyjnymi, śr.60mm, z bezbarwnego polistyrenu produkowane w warunkach Systemu Zarządzania Jakością zgodnymi z normami PN-EN ISO 9001:2000 oraz PN-EN ISO 13485:2003, jałowe, niepyrogenne, nietoksyczne, sterylne, pakowane po 10sztuk w rękawie z datą ważności min.2 lata. Certyfikat jakości dla każdej serii produkcyjnej. np GENOPLAST GP504 | op/15 szt | 3 |

Zamawiający wyjaśnia W Poz. 4 dopuszcza pipety serologicznych o poj. 25ml, sterylnych, pakowanych pojedynczo: produkt o tych samych parametrach, pakowany po 50 szt. w opakowaniu jednostkowym z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeniesienie pozycji 3 i 4 z pakietu VIII do innego pakietu?

Odpowiedź Nr 2: Zamawiający dokonuje zmiany w Formularzu asortymentowo cenowym w Pakiecie VIII poprzez wyłączenie z pakietu pozycji poz. 3 i 4. Wykonawcy nie są zobowiązani do wyceny poz. 3 i 4 to jest:

| | | |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3 | Filtry polipropylenowe z włókniny pneumotermicznej o średnicy 37mm, FIPRO 37, producent Instytut Włókiennictwa Łódź | op/20 szt |
| 4 | Filtry polipropylenowe z włókniny pneumotermicznej o średnicy 25mm, FIPRO 25, producent Instytut Włókiennictwa Łódź | op/20 szt |

Zamawiający dołącza nowe wzory Formularza asortymentowo cenowego. Pliki o nazwach:

NOWY Załącznik nr 2 Formularz asort-cen GRUPA I pak. I-XIII szkło i drobny sprzęt lab,
NOWY Załącznik nr 2 Formularz asort-cen GRUPA II pak. XIV-XXI szkło i drobny sprzęt lab.

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 2 ustawy pzp dokonuje zmiany w Specyfikacji Warunków Zamówienia w Rozdziale VI. PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE, dotyczące potwierdzenie, że oferta spełnia określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria, wykreśla się pkt. lit d): ~~d) Pakiet VIII Do poz. 3,4 – świadectwo jakości.~~

Powyższe zmiany prowadzą do zmiany ogłoszenia o zamówieniu. W Sekcji V – Kwalifikacja Wykonawców 5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: GRUPA I: wykreśla się lit d) Pakiet VIII do poz. 3,4 - świadectwo jakość.

Z-CA LUBELSKIEGO PAŃSTWOWEGO
WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA
SANITARNIEGO
Jolanta Dobrzańska