

Kraków, dn. 15.04.2025 r.

*dot. przetargu ZP-17/25
na dostawę sprzętu i urządzeń medycznych dla SP ZOZ MSWiA w Krakowie*

W związku z zapytaniem o wyjaśnienie treści SWZ, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), zwaną dalej ustawą PZP, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Krakowie udziela odpowiedzi na następujące pytania:

Pytanie nr 1

Prosimy o wskazanie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia §5 ust. 1 projektu umowy poprzez nadanie mu następującego brzmienie:

1. W razie nieterminowego wykonania umowy Zamawiający może naliczyć karę umowną z tego tytułu w wysokości 2% kwoty dostawy za każdy dzień kalendarzowy zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie wskazanym w §1 ust. 4.

Pragniemy nadmienić, że kara umowna w głównej mierze powinna realizować funkcję stymulacyjną i prewencyjną. Należy jednak pamiętać, żeby Zamawiający nie nadużył środka motywującego wykonawcę, bowiem jak stwierdziła KIO w wyroku z dnia 19 lutego 2010 r., sygn. akt: 1839/09: „Z karą rażąco wygórowaną mamy do czynienia, gdy jej wysokość przekracza granice motywacji wykonawcy do realizacji zamówienia i stanowi przyczynek dla zamawiającego do wzbogacenia się.”

[Odp.: Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje zapis §5 ust. 1 projektu umowy.](#)

Pytanie nr 2

Prosimy o wskazanie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia §5 ust. 2 projektu umowy poprzez nadanie mu następującego brzmienie:

W przypadku zwłoki w realizacji umowy o 30 dni od daty, której mowa w §1 ust. 4, Zamawiający może od umowy odstąpić, naliczając z tego tytułu karę umowną w wysokości 10% niewykorzystanej kwoty określonej w §2 ust. 1, niezależnie od kary umownej naliczonej na podstawie ust. 1.

Pragniemy nadmienić, że kara umowna w głównej mierze powinna realizować funkcję stymulacyjną i prewencyjną. Należy jednak pamiętać, żeby Zamawiający nie nadużył środka motywującego wykonawcę, bowiem jak stwierdziła KIO w wyroku z dnia 19 lutego 2010 r., sygn. akt: 1839/09: „Z karą rażąco wygórowaną mamy do czynienia, gdy jej wysokość przekracza granice motywacji wykonawcy do realizacji zamówienia i stanowi przyczynek dla zamawiającego do wzbogacenia się.”

[Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.](#)

Pytanie nr 3

Prosimy o wskazanie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia postanowienia projektu umowy dotyczącego limitu kar umownych, poprzez obniżenie limitu kar umownych do 20%.

Pragniemy nadmienić, że kara umowna w głównej mierze powinna realizować funkcję stymulacyjną i prewencyjną. Należy jednak pamiętać, żeby Zamawiający nie nadużył środka motywującego wykonawcę, bowiem jak stwierdziła KIO w wyroku z dnia 19 lutego 2010 r., sygn. akt: 1839/09: „Z karą rażąco wygórowaną mamy do czynienia, gdy jej wysokość przekracza granice motywacji wykonawcy do realizacji zamówienia i stanowi przyczynek dla zamawiającego do wzbogacenia się.”

[Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.](#)

Pytanie nr 4

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający akceptuje, że Wykonawca będzie przekazywał faktury VAT za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, co będzie równoznaczne z realizacją przez Wykonawcę wszystkich wskazanych w projekcie umowy obowiązków w zakresie przekazania faktury VAT (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym)?

Powyższe postulaty zgodne są z art. 4 ust. 1 wspomnianej powyżej ustawy, na jego podstawie Zamawiający jest obowiązany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesłanych za pośrednictwem platformy.

Odp.: Zamawiający w formularzu ofertowym w pkt. 13 przewidział możliwość doręczenia faktury VAT za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania.

Pytanie nr 5

Zgodnie z SWZ Zamawiający wymaga „Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć wraz z dostarczonym przedmiotem zamówienia:

a) informację pozwalającą na identyfikację wyrobu, w tym nazwę wyrobu, numer seryjny, numer serii, kod UDI, model wyrobu, a także imię i nazwisko lub nazwę, adres i adres strony internetowej producenta”.

Nadmieniamy, że zgodnie z obecnie obowiązującą Ustawą o wyrobach medycznych („Ustawa”) i Rozporządzeniem MDR 2017/745 („MDR”) wyroby medyczne, które nie są w pełni dostosowane do wymogów zawartych w MDR, ale posiadają certyfikat zgodności wydany zgodnie z aktem prawnym poprzedzającym MDR, tj. Dyrektywą Rady 93/342/EWG („MDD”) mogą być wprowadzane do obrotu i używania odpowiednio do 2027 lub 2028 r. (w zależności od klasy wyrobu medycznego). Podstawą do takiego działania są tzw. „przepisy przejściowe” – tj. art. 120 ust. 3, 3a, 3b i 3c MDR oraz art. 142 Ustawy.

Wykonawca pragnie zauważyć, że oznaczanie wyrobów medycznych kodami UDI (w tym UDI-DI i UDI -PI) stanowi nowy obowiązek występujący wyłącznie na gruncie MDR oraz niewystępujący na gruncie wcześniej obowiązującej MDD. Tym samym przepisy nie obligują do zamieszczenia kodu UDI przy wyrobie medycznym posiadającym certyfikat zgodności z MDD i wprowadzanym do obrotu lub używania w ramach tzw. przepisów przejściowych (tj. art. 120 ust. 3-3c MDR oraz art. 142 Ustawy).

Wobec powyższego Zamawiający zwraca się z wnioskiem o wskazanie, czy Zamawiający zmieni brzmienie zastrzeżonego wymogu z obowiązku „dostarczenia kodów UDI (UDI-DI+UDI-PI) dla każdego wyrobu medycznego, którego dotyczą przepisy Rozporządzenia MDR 2017/745 na dzień zawarcia umowy” na obowiązek „dostarczenia kodów UDI (UDI-DI+UDI-PI) dla każdego wyrobu medycznego, którego dotyczą przepisy Rozporządzenia MDR 2017/745 na dzień zawarcia umowy – nie dotyczy wyrobów medycznych udostępnianych na podstawie art. 120 ust. 3-3c MDR”.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający zgodzi się na wyłączenie z pakietu 5, pozycje 26, 27 oraz 40, 41 elementów zapasowych?

Wymienione w tych punktach elementy są uwzględnione w narzędziach w pozycjach 24,25, oraz 38,39.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 7

Pakiet 4

Przedmiot zamówienia: Kolumna anestezjologiczna 1 szt. wraz z montażem

Czy Zamawiający dopuszcza kolumnę anestezjologiczną mocowaną do stropu za pomocą zawieszenia modułowego, wyposażonego w płytę interfejsową zainstalowaną na wysokości sufitu podwieszanego, na której wykonane będą połączenia instalacji wewnętrznych kolumny ze szpitalnymi instalacjami elektrycznymi, niskoprądowymi oraz rurociągami gazów medycznych, bez zaworów serwisowych?

Odp.: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 8

Pakiet 4

Przedmiot zamówienia: Kolumna anestezjologiczna 1 szt. wraz z montażem

Czy Zamawiający dopuszcza kolumnę anestezjologiczną wyposażoną w oświetlenie nocne LED umieszczone w górnej części obydwu ramion o mocy 600 lm każde?

Odp.: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 9

Pakiet 4

Przedmiot zamówienia: Kolumna anestesjologiczna 1 szt. wraz z montażem

Czy Zamawiający dopuszcza kolumnę anestesjologiczną wyposażoną w pionowe prowadnice montażowe na każdej krawędzi głowicy co daje możliwość mocowania wyposażenia dodatkowego na każdej z czterech stron kolumny?

Odp.: Zamawiający dopuszcza ale wymaga też standardową szynę 10 x 25 mm.

Pytanie nr 10

Pakiet 4

Przedmiot zamówienia: Kolumna anestesjologiczna 1 szt. wraz z montażem

Czy Zamawiający dopuszcza kolumnę anestesjologiczną której panele instalacyjne wykonane są z aluminium anodowanego, a na każdej z krawędzi głowicy zasilającej zainstalowane są pionowe prowadnice montażowe z możliwością wyboru ich kolorystyki z palety 12 kolorów?

Odp.: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 11

Pakiet 4

Przedmiot zamówienia: Kolumna anestesjologiczna 1 szt. wraz z montażem

Czy Zamawiający dopuszcza kolumnę anestesjologiczną wyposażoną po stronie infuzji w głowicę w kształcie prostokąta o wymiarach 302 mm (szer.) x 268 mm (gł.)?

Odp.: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 12

Pakiet 4

Przedmiot zamówienia: Kolumna anestesjologiczna 1 szt. wraz z montażem

Czy Zamawiający dopuszcza kolumnę anestesjologiczną wyposażoną w szyny medyczne zamontowane do konsoli o dł. 180 mm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 13

Załącznik nr 4 projekt umowy

§ 5 ust. 1 i ust. 3

Czy Zamawiający obniży karę umowną do 0,5 %?

Odp.: Zamawiający obniży karę umowną do 1%.

Pytanie nr 14

Załącznik nr 4 projekt umowy

§ 5 ust. 6

Czy Zamawiający obniży łączną wysokość kar umownych do 20%?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 15

Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ, Pakiet nr 1, punkt 6:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z płynną regulacją oświetlenia, którego źródłem jest żarówka LED o mocy 5W?

Odp.: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 16

Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ, Pakiet nr 1, punkt 7:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie, które posiada filtry: przezroczysty, ND (12,5%), zielony, niebieski?

Odp.: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 17

Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ, Pakiet nr 1, punkt 10:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie zapisujące filmy w formacie MPEG4 (rozszerzenie: AVI) i zdjęcia w formacie .JPG?

Odp.: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 18

Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ, Pakiet nr 1, punkt 13:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z regulacją PD w zakresie 55-80 mm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 19

Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ, Pakiet nr 1, punkt 14:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z kątem obrotu szczeliny 90° w prawo lub w lewo?

Odp.: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 20

Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ, Pakiet nr 1, punkt 21:

Czy Zamawiający dopuści stół elektryczny na kółkach o wymiarach blatu 850 mm x 420 mm i zakresem regulacji wysokości stołu od 650 mm do 950 mm, z dopuszczalnym maksymalnym obciążeniem 70 kg?

Odp.: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 21

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie z ofertą specyfikacji technicznych przedmiotu zamówienia (dotyczy produktów wymienionych w pakiecie 2 i 3) jako uzupełnienia informacji zawartych w folderach producenta (w przypadku gdy foldery nie zawierają wszystkich wymaganych informacji _ parametrów technicznych).

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 22

do pakietu nr 3 A

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie terminu dostawy histeroskopu wymienionego w pakiecie 3, poz. A maksymalnie do 31.07.2025 ?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 23

Czy w Pakiecie nr 1 Zamawiający dopuści lampę szczelinową Haag Streit z torem wizyjnym o parametrach:

Szczelina, system projekcji i podstawa
dane ogólne

Cyfrowa lampa szczelinowa SL-100

Szerokość szczeliny (regulowana bezstopniowo) 0 - 16 mm

Maksymalna szerokość szczeliny 16 mm

Długość szczeliny (regulowana bezstopniowo) 1,1 - 16 mm z płynną regulacją

Skala projekcji szczeliny 1,2 x

Przysłona szczelinowa 0,3/ 1/ 3/ 5/ 9/ 16 mm

Filtry przezroczyste, niebieskie, o naturalnej gęstości, żółty, dyfuzor, beczcerwienny

Obrót szczeliny 0° - 180° ze skalą odniesienia

Kąty nachylenia szczeliny pionowej 0°/ 5°/ 10°/ 15°/ 20°

Kąt projekcji szczeliny 90° - 0° - 90° ze skalą odniesienia
Odległość robocza
- oko pacjenta/powierzchnia pryzmatu
85 mm
Lampa mocująca zielona
Regulacja wysokości podbródka 59 mm
Skok podstawy 103 mm oś X, 100 mm oś Y, 35 mm oś Z
Mikroskop stereoskopowy
Typ mikroskopu Konwergentny dwuokularowy mikroskop optyczny @ 8°
System wyboru mocy powiększenia Pięciopozycyjny obrotowy bęben
Okular 12,5 x
Moc powiększenia 6x 10x 16x 25x 40x
Pole widzenia [mm] 36 22 14 9 5.6
Odległość między źrenicami 48,5 - 80 mm
Odległość robocza obiektywu 111 mm
Kąt roboczy obiektywu 12°
Regulacja dioptrii okularu od -5D do +5D
Kamera
Ekran AMOLED 5' ekran dotykowy
Czujnik Czujniki obrazu CMOS z pikselem 3,45 µm
Pamięć 128 GB wewnętrzna pamięć flash o wysokiej wytrzymałości
Technologia przetwarzania obrazu HDR, funkcja globalnej migawki
Rozdzielczość zdjęć 2048x1536 px
Rozdzielczość filmów 960x720 px
Komunikacja Bluetooth 4.2, Wi-Fi AC
Głębia kolorów do 12 BPP
Inne funkcje Strumieniowanie wideo do wielu urządzeń
Przechwytywanie zdjęć i wideo
Automatyczne wykrywanie oczu L/R
W zestawie tonometr aplanacyjny
Stolik elektryczny – wymiary 460 x 660 mm, Zakres pracy góra/dół: 250 mm, min 661 mm max. 911mm
Max obciążenie 65 kg
[Odp.: Zgodnie z SWZ.](#)

Pytanie nr 24

dotyczy pakietu nr 1

Prosimy o dopuszczenie lampy szczelinowej o parametrach technicznych jak poniżej:

1. Lampa w układzie Haag-Streit (oświetlenie od góry)
2. Powiększenia 6,3x, 10x, 16x, 25x, 40x,
3. Korekcja wady wzroku od -8D do +8D
4. Długość szczeliny: Płynna regulacja od 1 mm do 14 mm
5. Kąt szczeliny: 0-180°(regulowany w pionie i poziomie)
6. Oświetlenie lampą LED 3V
7. Filtry: pochłaniający ciepło, neutralnej gęstości, beczzerwienny, kobaltowy niebieski, wbudowany filtr żółty
8. Lampa z torem wizyjnym – moduł cyfrowy rozdzielczość 5.0MP
9. Rozdzielczość foto, video: 2592x1944 pikseli, 25fps
10. Zapisywanie filmów w formacie MP4 H.264, format zdjęć JPEG
11. Tryb automatycznej ekspozycji

12. Wyzwalanie migawki kamery cyfrowej przez naciśnięcie przycisku na urządzeniu
13. Regulacja rozstawu źrenic w zakresie: 52-80 mm
14. Kąt szczeliny: 0-180°
15. Dyfuzor
16. Płynna regulacja oświetlenia szczelinowego
17. W zestawie z każdą lampą tonometr aplanacyjny kompatybilny
18. Regulowany podbródek w zakresie 80mm
19. Śruba blokująca podstawę jezdnią lampy
20. Stolik elektryczny na kółkach wymiary blatu 430x 860 mm, zakres regulacji wysokości 835-585 mm, maksymalne obciążenie stolika 130 kg
21. Powiększenie okularów: 12,5x

Odp.: W pozycjach od numeru 1 do numeru 20 Zamawiający dopuszcza. Brak odniesienia w załączniku nr 2 do pozycji 21.

Pytanie nr 25

dotyczy pakietu nr 1

Prosimy o informację czy Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z lampą szczelinową również komputera.

Odp.: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 26

Pakiet nr 2 - Morcelator - 2 szt.

Czy Zamawiający dopuści produkt równoważny o zbliżonych parametrach? Pełny opis urządzenia przesyłam w załączeniu.

Odp.: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 27

Prosimy o potwierdzenie, że oświetlenie nocne LED ma znaleźć się w spodzie głowicy a włącznik ma znaleźć się na głowicy. Jednocześnie prosimy o rezygnację z punktu nr 9.

Odp.: Zamawiający potwierdza, iż oświetlenie nocne LED ma znaleźć się w spodzie głowicy. Zamawiający nie rezygnuje z punktu nr 9.

Pytanie nr 28

Czy Zamawiający potwierdza, że dopuszcza półkę o wymiarach 500/450mm +/- 6%, ze względu na różnicę tylko 0,5 cm w każdym wymiarze, co nie jest wartością zauważalną przy użytkowaniu?

Odp.: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 29

Czy w punkcie 33 Zamawiający miał na myśli stronę infuzji?

Odp.: Tak, Zamawiający ma na myśli stronę infuzji.

Przesłane informacje prosimy uwzględnić przy tworzeniu oferty przetargowej, traktując je jako ważne i wiążące.