



Profesjonalna opieka nad kobietą i dzieckiem w zdrowiu i chorobie

DAG.230.2.31.2024.JK

Opole, dnia 25 września 2024

Dotyczy: Przeglądu aparatu do znieczuleń GE Carestation 650.

Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1, dotyczy zapisów SWZ: Czy Zamawiający będzie wymagał od wszystkich Wykonawców do przeprowadzenia przeglądów i napraw użycia tylko oryginalnych i nowych części zamiennych?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w przypadku, gdy producent wymaga, aby podczas przeglądu dokonać wymiany określonych części winny one być oryginalne i nowe. Postępowanie nie obejmuje naprawy urządzenia.

Pytanie 2: Prosimy Zamawiającego o informacje czy aparat do znieczulania posiada kardiomonitor, które należy uwzględnić w wycenie, jeżeli tak prosimy o podanie typu i producenta kardiomonitora. Czy jeśli posiada monitor to czy też posiada moduł gazowy, który należy wkalkulować w cenę?

Odpowiedź: Aparat posiada kardiomonitor GE Carescope B650 S/N: SNS20070082HA. Moduł gazowy E-SCAiON S/N: SGV20053038HA znajduje się na aparacie do znieczulania (nie na kardiomonitorze). Oba te elementy podlegają przeglądowi i należy je uwzględnić w wycenie.

Z poważaniem

Marek Władysław Chowaniec

Z-ca dyrektora ds.lecznictwa

sprawę prowadzi Dział Administracyjno-Gospodarczy: Joanna Kotwica, tel.: 536 738 546



ul. W. Reymonta 8
45-066 OPOLE
NIP: 754-24-80-425
REGON: 000640136
KRS: 0000005533
BDO: 000076622

Tel. 77 454 54 01 lub 531 069 634
Fax: 77 453 61 06 lub wew. 444

www.ginekologia.opole.pl
e-mail: centrum@ginekologia.opole.pl