



REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W KRAKOWIE

ul. Rzeźnicza 11, 31-540 Kraków

Sekretariat tel. 12 261 88 20, fax. 12 261 88 22, email: sekretariat@rckik.krakow.pl

Kraków, 15.12.2023 r.

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ nr 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podst. ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej „Ustawa Pzp” na „Sukcesywna dostawa zestawów pojemników poczwórnych na krew i jej składniki do pobierania krwi i preparatyki KKCz, góra-dół z filtrem in-line” – znak sprawy ZP-37/23

Stosując się do dyspozycji przepisu art. 137 ustawy Pzp, Zamawiający – Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie zawiadamia, że w postępowaniu wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Treść pytań wraz z odpowiedziami poniżej:

Pytanie nr 1:

Uprzejmie prosimy o odpowiedź na poniższe pytania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia.

1.

Dot. Opisu przedmiotu zamówienia, pkt. 2

Czy Zamawiający dopuści zestawy pojemników zawierające następujący pojemniki o następujących pojemnościach:

-

pojemnik górny pusty na osocze o pojemności min. 400 ml (oznakowanie na etykiecie pojemnika 400 ml)

-

pojemnik odbiorczy na UKKCZ ze 100 ml płynu wzbogacającego SAGM o pojemności min. 500 ml (oznakowanie na etykiecie pojemnika 500 ml)

2.

Dot. Opisu przedmiotu zamówienia, pkt. 8

Czy Zamawiający dopuści zestawy pojemników, w których dren biegnący od drenu czerpalnego do pojemnika próbkowego posiada długość 18cm ± 10%?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający modyfikuje jak poniżej treść SWZ. Oferowane w zestawach pojemniki muszą być zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Zamawiający informuje, że modyfikuje treść SWZ w roz. IV pkt 2 (opis przedmiotu zamówienia) i nadaje brzmienie:

- roz. IV pkt 2 ppkt 2** - Zestaw powinien zawierać: pojemnik na 450 ml krwi pełnej z 63 ml CPD, pojemnik o pojemności 500 do 600 ml ze 100 ml płynu wzbogacającego, pojemnik pusty na osocze o pojemności 400 do 600 ml, pojemnik o pojemności 500 do 600 ml połączony z filtrem in-line do uzyskania ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek czerwonych oraz dodatkowy pojemnik do pobierania próbek krwi.

2. **roz. IV pkt 2 ppkt 8** - Dren czerpalny: długość od 120 do 145 cm (od pojemnika do nasady igły), zabezpieczony klipsem lub kaniulą, suchy na odcinku pomiędzy igłą a pojemniczkiem na krew do badań pobieranych przeddonacyjnie. Grubość drenu ma umożliwić wykorzystanie urządzeń typu: wagiomieszarka, zgrzewarka drenów, roller. Dreny łączące pojemniki zestawu dostosowane do technik sterylnych połączeń. Dren biegnący od drenu czerpalnego do pojemnika próbkowego ma mieć długość minimum 18 cm ± 10% do 30 cm ± 10%

Zmiana treści SWZ nie jest istotna dla sporządzenia oferty i nie wymaga od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie ofert, dlatego też Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

