

Poznań, 08.05.2024r.

**Wykonawcy zainteresowani postępowaniem /  
strona internetowa prowadzonego postępowania**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy PZP pod nazwą: **Zakup sprzętu medycznego jedno- i wielorazowego użytku oraz akcesoriów do aparatury medycznej wykorzystywanej przez zespoły ratownictwa medycznego**

Zamawiający informuje, że zostały złożone pytania do treści SWZ dot. ww. postępowania.

W związku z tym, zgodnie z art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający przedstawia poniżej treść zapytań wraz z odpowiedziami i informuje, że są one wiążące dla Wykonawców składających ofertę:

**Pytanie 1:**

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie z części nr 2 pozycji 11,12,13 oraz dołączenie tych pozycji do części nr 4. Pozostałe pozycje w części nr 2 stanowią drobny sprzęt medyczny, Natomiast w części nr 4 jest sprzęt taktyczny, pozycje 11,12,13 z zadania 2 są również opatrunkami taktycznymi.


**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji z pakietu i dołączenie do innego pakietu.**

**Pytanie 2:**

**Część nr 1, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści czujnik mocowany za pomocą włókniny samoprzylepnej, w kształcie „8” (zdjęcie poglądowe poniżej), pozostałe parametry zgodnie z SWZ?



**Odpowiedź:**


**Zamawiający wymaga zaoferowania czujnika SpO2 zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w Załączniku 1.1**

**Pytanie 3:**

**Część nr 1, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści czujnik mocowany za pomocą włókniny samoprzylepnej, w kształcie „8” (zdjęcie poglądowe poniżej), pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

**Zakup sprzętu medycznego jedno- i wielorazowego użytku oraz akcesoriów do aparatury medycznej wykorzystywanej przez zespoły ratownictwa medycznego  
DZP.TP.3.2024**



**Odpowiedź:**

**Zamawiający wymaga zaoferowania czujnika SpO2 zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w Załączniku 1.1**

**Pytanie 4:**

**Część 4:** Czy Zamawiający dopuści taktyczną opaskę zaciskową przeznaczoną do ćwiczeń przez personel medyczny koloru czarnego?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza zaoferowanie taktycznej opaski zaciskowej do ćwiczeń w kolorze czarnym, pod warunkiem, że pozostałe parametry określone w Załączniku 1.4 poz. 6 pozostaną bez zmian.**

**Pytanie 5:**

**Część 5:** Czy Zamawiający dopuści specjalistyczne opatrunki hydrożelowe o poniższych rozmiarach, prosimy też o zaznaczenie przez Zamawiającego ile sztuk i jakiego rodzaju będzie wymagał Zamawiający?

Hydrożel - opatrunek przeciwoparzeniowy 20x20 cm,

Hydrożel - opatrunek przeciwoparzeniowy 20x45 cm,

Hydrożel - opatrunek przeciwoparzeniowy 60x40 cm,

Hydrożel - opatrunek przeciwoparzeniowy 10x10 cm,

Hydrożel - opatrunek przeciwoparzeniowy 25 mm x 0,5 m,

Hydrożel - opatrunek przeciwoparzeniowy 50mm x 1 m,

Hydrożel - opatrunek przeciwoparzeniowy na twarz 20x45 cm

Hydrożel - opatrunek przeciwoparzeniowy na twarz 60 x 40 cm.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający określił wymagane rozmiary opatrunków w Załączniku 1.5 do SWZ. Zamawiający dopuszcza zmianę rozmiaru w zakresie +/- 1 cm. 1 opakowanie = 1 sztuka.**

**Pytanie 6:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do odrębnego pakietu następujących produktów: z zadania 2 pozycja 11, z zadania 4 pozycja 1 i 5. Takie rozwiązanie pozwoli na złożenie ofert większej liczbie Wykonawców, a co za tym idzie zwiększy konkurencyjność.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji z pakietów.**

**UWAGA:**

**W załączeniu znajduje się aktualna wersja Załącznika 1 – Formularz ofertowy.**

Główny specjalista ds. zamówień publicznych  
/-/ Anna Szymańska