

Kielce, dn. 20.07.2023 r.

Znak sprawy: ZP.272.6.2023

Wojewódzka Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
w Kielcach

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Do wszystkich zainteresowanych

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), dalej jako ustawy Pzp, Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania dotyczące Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym pn. „Dostawa odczynników laboratoryjnych i testów diagnostycznych”, znak sprawy: ZP.272.6.2023.

Dotyczy: Pakiet 3

Pytanie: 1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 2 odczynnika zgodnie z załączoną specyfikacją (załącznik nr 1 do pytań)?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie: 2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 2 odczynnika z terminem ważności 6 miesięcy od daty produkcji i minimum 5 miesięcy od daty dostawy?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie: 3) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 3 podłoża gotowego na płytkach Petriego? Podłoże na płytkach posiada 3-miesięczny termin ważności od daty produkcji i minimum 11 tygodni od daty dostawy. Jeśli tak, to jaką ilość Zamawiający wymaga?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy: Pakiet 5

Pytanie: 1)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów z terminem ważności minimum 10 miesięcy od daty dostawy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy: Pakiet 6

Pytanie: 1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 2 testów z terminem ważności minimum 6 miesięcy od daty dostawy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Szanowni Państwo,

W związku z toczącym się postępowaniem zwracamy się z następującymi zapytaniami w zakresie pakietu nr 8:

Pytanie: 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 8 zestawu ELISA do oznaczania przeciwciał przeciwko glikoproteinie wirusa różyczki w klasie IgM?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie: 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 5 testu do oznaczania przeciwciał przeciwko wirusowi KZM w klasie IgG, będącego w trakcie procesu certyfikacji IVDR?
Oferowany test aktualnie jest przeznaczony wyłącznie do badań naukowych (RUO), a jego sprzedaż obciążona jest podatkiem VAT 23%.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie: 3. Czy Zamawiający może doprecyzować czy wymaga dostarczenia Instrukcji w języku polskim, Certyfikatów CE do sprzętu oraz odczynników na etapie składania ofert, czy wymienione dokumenty należy dostarczyć wraz z dostawą?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia wymienionych w załączniku nr 2 do SWZ dokumentów wraz z dostawą.

Pytanie: 4. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie materiałów zużywalnych (setupclean), nie będących wyrobami medycznymi w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Zamawiający informuje, że pytania oraz wyjaśnienia na nie stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Zgodnie z art. 284 ust. 6 uPzp treść pytań wraz z wyjaśnieniami zostaje udostępniona na stronie internetowej prowadzonego postępowania.