



**POGOTOWIE RATUNKOWE  
WE WROCŁAWIU**  
ul. Ziębicka 34-38 50-507  
Wrocław



**UNIA  
EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ  
ROZWOJU  
REGIONALNEGO**



**INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO  
Narodowa  
Strategia  
Spójności**

<a href="mailto:sekretariat@pogotowie-ratunkowe.pl">sekretariat@pogotowie-ratunkowe.pl</a>	tel. 71 77 31 400 fax. 71 367 66 18	NIP: 899-23-54-460
<a href="http://www.pogotowie-ratunkowe.pl">www.pogotowie-ratunkowe.pl</a>	tel. kom. 506 374 965 , 506 734 979, wew. 400, 500	REGON: 932207142 KRS: 0000207618

Wrocław, dnia 06.10.2023 r.

Nr sprawy: **ZP/PR/17/2023**

### **INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO nr 1**

Dot. postępowania w trybie podstawowym na dostawy pn.:

**„Zakup krzeseł kardiologicznych z systemem płozowym dla Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu”**

(2023/BZP 00421349/01 z dnia 2023-09-29)

Zamawiający, Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 1605) - dalej ustawa Pzp., przekazuje treść zapytań, które napłynęły na przedmiotowe postępowanie wraz z wyjaśnieniami bez podawania źródła zapytania:

#### **Pytanie nr 1:**

Czy Zamawiający dopuści na zasadach równoważności krzeselko posiadające 4 kółka jezdne, w tym dwa przednie o średnicy 10 cm skrętne w zakresie 360 stopni, 2 tylne o średnicy 12 cm wyposażone w hamulce.

#### **Odpowiedź nr 1:**

Zamawiający dopuszcza.

#### **Pytanie nr 2:**

Czy Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy w formie elektronicznej? Jeśli tak proszę o dodanie postanowienia do umowy, określającego, iż za datę podpisania umowy uznaje się złożenie kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez ostatnią ze stron.

#### **Odpowiedź nr 2:**

Zamawiający dopuszcza zawarcie w formie elektronicznej. Dodanie proponowanego zapisu do umowy nie jest konieczne, gdyż wynika to z przepisów Kodeksu Cywilnego (art. 61 § 2 KC).

#### **Pytanie nr 3:**

Czy w przypadku zawarcia umowy w formie papierowej, Zamawiający akceptuje, iż za dzień zawarcia umowy uznaje się datę doręczenia umowy do siedziby Wykonawcy? Z uwagi na fakt, iż zawarcie umowy w formie tradycyjnej w większości przypadków odbywa się poprzez wysyłanie podpisanych egzemplarzy umowy, Wykonawca nie ma wpływu na okres doręczenia przez pocztę lub firmę kurierską. Takie zastrzeżenie nie spowoduje opóźnienia w podpisaniu umowy, ponieważ obiektywnym dowodem na skuteczne przekazanie umowy wykonawcy, może być potwierdzenie generowane przez pocztę lub firmę kurierską.

#### **Odpowiedź nr 3:**

Zamawiający akceptuje i wskazuje, iż powyższe wynika z przepisów Kodeksu Cywilnego (art. 70 § 1 KC).

#### **Pytanie nr 4:**

Dotyczy projekt umowy załącznik §8 ust 9.

Czy zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie limitu naliczania kar umownych do 20%? W aktualnym brzmieniu zapis prowadzi do sytuacji, gdzie Wykonawca przy realizacji zamówienia może utracić nie tylko cały zysk z wykonania zamówienia, ale też i spora część poniesionych przez niego kosztów z tytułu realizacji, co powodowałoby, że wykonawca zapłaciłby Zamawiającemu za możliwość realizacji zamówienia. Prowadzi to do całkowitego wynaturzenia stosunku prawnego, co stoi w sprzeczności z art. 3531 k.c. w zw. z art. 8 ust. 1 Pzp. Celem zamówienia publicznego jest należyte wykonanie usługi przez Wykonawcę i uzyskanie zapłaty umówionego wynagrodzenia, a nie oferowanie Zamawiającemu darmowego świadczenia oderwanego od szkody poniesionej przez Zamawiającego. Tak wysoki limit kar umownych traci swój dyscyplinujący charakter i może stać się dodatkowym źródłem dochodu dla Zamawiającego. Zamawiający konstruuując postanowienia dotyczące kar umownych wypaczył ich rzeczywisty cel jakim jest naprawienie szkody wyrządzonej mu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania świadczenia niepieniężnego, czym naruszył przepisy k.c. Uprawnienie Zamawiającego do konstruowania postanowień umowy sprawie zamówienia publicznego nie może być nadużywane i prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia po jego stronie.

Ponadto możliwość nałożenia kar umownych w łącznej wysokości 50% wartości przedmiotu umowy jest tym bardziej niezasadna, że Zamawiający przewidział możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych.

**Odpowiedź nr 4:**

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ – cz. II Wzór umowy.

**Pytanie nr 5:**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenia postanowienia umowy : Jeżeli wartość kar umownych, o których mowa w ust. niniejszego paragrafu, osiągnie wartość 20% wartości brutto umowy, o której mowa w § ust. niniejszej umowy, Zamawiający może zaprzestać naliczania ww. kar umownych i odstąpić od umowy, naliczając wyłącznie karę umowną przysługującą mu z tytułu odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności leżących po stronie Dostawcy, Zamawiający naliczy karę umowną wyłącznie za odstąpienie od umowy.

**Odpowiedź nr 5:**

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ – cz. II Wzór umowy.

**Pytanie nr 6:**

Czy zamawiający wyrazi zgodę za naliczenie kar umownych od wartości netto wynagrodzenia należnemu wykonawcy? Z uwagi na to, że wynagrodzenie brutto zawiera w sobie należy podatek VAT, naliczenie kary umownej powinno być oparte na art. 32 pzp. Przepis ten wskazuje na podstawę oznaczania wartości zamówienia, od której zależy, czy zamówienia należy udzielić zgodnie z przepisami pzp. Zgodnie z tym przepisem podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług.

**Odpowiedź nr 6:**

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ – cz. II Wzór umowy.

**Pytanie nr 7:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikacje umowy poprzez ustalenie, iż czasy reakcji serwisu określone w § 6 umowy, będą liczone w godzinach roboczych, tak aby postanowienia korelowały z postanowieniami dotyczącymi dni roboczych?

**Odpowiedź nr 7:**

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ – cz. II Wzór umowy.

**Pytanie nr 8:**

Czy zamawiający dookreśli, iż za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku w godz. 8-16, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy?

**Odpowiedź nr 8:**

Zamawiający wskazuje, że za dni robocze uznaje dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

**Pytanie nr 9:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu „w przypadku wysłania zgłoszenia po godz. 16.00 lub w dniu nie będącym dniem roboczym, uznane jest ono za doręczone w następnym dniu roboczym.

**Odpowiedź nr 9:**

Zamawiający wskazuje, że z uwagi na obowiązujące u Zamawiającego godziny pracy, zgłoszenia nie będą wysyłane po godz. 16:00 lub dni nie będące dniami roboczymi, w związku z powyższym proponowany zapis nie jest konieczny.

**Pytanie nr 10:**

Dotyczy: Krzesioko transportowe

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego, czy dopuści krzesioko kardiologiczne firmy Mediroi model Rolman z systemem płozowym o poniższych parametrach:

- Przeznaczone do transportu pacjentów w pozycji siedzącej po schodach,
- Składany system trakcyjny umożliwiający zjazd po schodach zamontowany na stałe
- Siedzisko i oparcie wykonane z mocnego miękkiego materiału winylowo-nylonowego, odporne na bakterie, grzyby, zmywalnego, dezynfekowanego, siedzisko i oparcie szybko demontowane
- Nośność krzesioka 180 kg
- Wymiary po złożeniu 113x52x22 cm (wysokość, szerokość, głębokość)
- Wymiar kół przednich 75 mm, tylne 175 mm
- Przednie koła skrętnie
- Hamulec na kołach przednich,
- Tylne uchwyty regulowane na 3 poziomach
- Kąt pochylenia płóz 26°
- Tylne uchwyty górne krzesioka stałe, zintegrowane w jeden uchwyt z ramą krzesioka
- Przednie uchwyty teleskopowe regulowane na jednym poziomie
- 3 pasy bezpieczeństwa
- Powłoka ochronna łatwe do czyszczenia i odporne na środki dezynfekcyjne
- Blokada zabezpieczająca przed złożeniem w trakcie transportu
- Możliwość umieszczenia nóg pacjenta na dolnej ramie krzesioka
- Bez instalacji dodatkowych akcesoriów
- Waga bez akcesoriów ok 13.5 kg

**Odpowiedź nr 10:**

Zamawiający nie dopuszcza, pozostaje przy zapisach OPZ.

Powyższe odpowiedzi na pytania są wiążące i stanowią **integralną część SWZ**.

Zbigniew Mładzki  
Dyrektor Pogotowia Ratunkowego  
we Wrocławiu

.....  
podpis Kierownika Zamawiającego (w oryginale)