

Jarocin, 02.01.2023 r.

## INFORMACJA

**Dotyczy : Dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku postępowanie 19/2022.**

Działając na podstawie art. 284 oraz 286 ustawy Prawo zamówień publicznych udzielamy wyjaśnień treści SWZ oraz wprowadzamy zmiany treści SWZ .

W wyjaśnieniach treści SWZ oraz zmianach SWZ z dnia 30.12.2022. na skutek omyłki wprowadzono na stronie 4 pisma w pakiecie 5 dla pozycji 54-60 modyfikacje treści SWZ w następujący sposób :

*„... jednocześnie Zamawiający modyfikuje zapisy SWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia i wprowadza wymóg aby cewniki wymienione w poz. 54-60 posiadały jedynie otwory boczne bez otworu centralnego.”*

**Uwaga : Zamawiający anuluje wprowadzony w dniu 02.01.2022. wskazany powyżej wymóg aby cewniki wymienione w poz. 54-60 posiadały jedynie otwory boczne bez otworu centralnego.**

Jednocześnie podtrzymujemy w mocy dopuszczanie cewników do odsysania z *dwoma naprzemianległymi otworami*.

Informujemy, iż przedłuża się termin składania oraz otwarcia ofert do dnia 05.01.2023 godzina składania oraz otwarcia ofert bez zmian.

Nowy termin związania ofertą: do 03.02.2023.

Prezes Zarządu

  
Henryk Szymczak