



„Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o.
19-300 Elk, ul. Baranki 24,
tel. 87 620-95-71 wew. 51 - Automatyczna Centrala
tel. 87 621-96-20 - Sekretariat, Zarząd Spółki

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych
tel. 87 620-95-93
tel. 87 620-95-76
tel. 87 620-96-26

e-mail: zaopatrzenie-pm@elk.com.pl
e-mail: przetargi@promedica.elk.pl
www.promedica.elk.com.pl

Odpowiedź na Zapytanie 2

Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/DZZP/ 682 / 1283 /24

Data: 03.04.2024r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji na „Dostawę odczynników do badań równowagi kwasowo-zasadowej i hematologicznych wraz z dzierżawą analizatorów oraz innych testów diagnostycznych na potrzeby „Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o.” Znak Sprawy: 1115 / 2024

Na podstawie art. 284 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

PYTANIE nr 1

Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie 4 w przedmiotowym postępowaniu:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pakiecie 4 poz.1 test o cut-off równym 10ng/ml? Jest to test przewyższający parametrami wymagany przez SIWZ test.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE nr 2

Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie 4 w przedmiotowym postępowaniu:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pakiecie 4 poz. 4 test o czułości równej 94% i swoistości równej 93% z wewnętrzną kontrolą jakości z postaci linii kontrolnej C, która informuje o prawidłowej technice wykonania testu oraz prawidłowej aplikacji próbek.

Odpowiedź: Dopuszcza test o czułości nie mniejszej niż 94% i swoistości nie mniejszej niż 93% z wewnętrzną kontrolą jakości z postaci linii kontrolnej C, z zastrzeżeniem, że test będzie posiadał oznaczenie na dwóch poziomach: 50 i 200 ug/g zgodnie z SWZ.

Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w ofercie treści udzielonych odpowiedzi i dokonanych zmian, stanowią one bowiem integralną część SWZ.

Z poważaniem

