

Adres: ul. Artwińskiego 3C, 25-734 Kielce, Dział Zamówień Publicznych  
tel. 41 36 74 280

strona www: <http://www.onkol.kielce.pl/>

e-mail: [zampubl@onkol.kielce.pl](mailto:zampubl@onkol.kielce.pl) / [justyna.magdziarz@onkol.kielce.pl](mailto:justyna.magdziarz@onkol.kielce.pl)

IZP.2411.287.2024.JM

Kielce, dn. 17.12.2024 r.

## WSZYSCY WYKONAWCY

### WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

*Dot. postępowania na Zakup wraz z dostawą igieł do portu dożylnego dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.*

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytania dotyczącego zapisów SWZ wraz z wyjaśnieniami:

#### **Pytanie 1**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu umownego zawartego w § 6 ust. 1 w następujący sposób:

- a) w razie odstąpienia od umowy z przyczyny leżącej po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy netto;
- b) w razie zwłoki w dostarczeniu towaru albo zwłoki w usunięciu stwierdzonych wad, braków lub niezgodności towaru z umową ponad terminy określone w umowie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości zamówionej dostawy netto, licząc za każdy dzień zwłoki.

#### **Odpowiedź:**

- a) Zamawiający nie wyraża zgody.
- b) Zamawiający wyraża zgodę.

#### **Pytanie 2**

Formularz asortymentowo-cenowy, pozycja nr 1-3 – Czy zamawiający dopuści zaoferowanie igieł o parametrach: Igła ze szlifem Hubera, do długich przetoczeń z przezroczystym drenem o długości 23 cm, z klipsem do przerw w infuzji, z ruchomymi skrzydełkami, z korpusem wykonanym z przejrzystego materiału, pozwalającego na ciągłą obserwację miejsca wkłucia, z miękką poduszką od strony kontaktu ze skórą pacjenta, z medycznej pianki, o grubości 2 mm, zespolona z korpusem igły, w rozmiarach 19G, 20G, 22G i długościach 15 mm, 19 mm, 25 mm, 38 mm do wyboru przez Zamawiającego, z kodowaniem rozmiarów za pomocą kolorowych skrzydełek, z mechanizmem zabezpieczającym przed samozakłuciem w postaci uchylnej dźwigni, sygnalizującej słyszalnym "klikaniem" bezpieczną pozycję igły podczas jej wyjmowania, z portem bocznym typu Y z łącznikiem Luer lock dający możliwość pracy z akcesoriami bezigłowymi, dreny z TPU bez PCV oraz bez DEHP, możliwość automatycznych iniekcji do 330 psi?



**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza w pozycji 1 i 2.

**Pytanie 3**

Czy Zamawiający dostosuje opis przedmiotu zamówienia w taki sposób, aby zapewnić nie tylko zgodność z wymaganiami prawnymi, ale także maksymalną konkurencyjność i efektywność procesu zakupowego poprzez dopuszczenie produktów równoważnych których nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień są zgodnie z art. 99 ust. 1 i 3 ustawy (ang. Common Procurement Vocabulary) i które spełniają te same funkcje lecznicze i użytkowe dla pacjenta i wyrazi zgodę na dopuszczenie:

W pozycji 1 i 3 Igła typu Hubera do portów naczyniowych, zakrzywiona pod kątem 90 st ze zintegrowanym drenem o długości 18cm, ze skrzydełkami, z zaciskiem i złączem luer-lock, z osłoną zabezpieczającą przeciw samozakłuciu. Produkt bez lateksu. Igły w rozmiarach 19G, 20G i 22G o długościach: 15, 20, 25mm



**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 4**

W pozycji 2 Czy Zamawiający dopuści igłę Hubera, niesilikonowaną, zakrzywioną o atraumatycznym szlifie, z karbowanymi, odpinanymi skrzydełkami, z drenem o dł. 18cm, z zaciskiem i złączem luer-lock, z osłoną zabezpieczającą przeciw samozakłuciu, z przezroczystą podstawą i miękką, nienasiąkliwą pianką o grubości 4mm, zapewniającą pacjentowi komfort użytkowania, stosowana do wstrzyknień ciśnieniowych – maksymalne ciśnienie do 325 Psi (oznaczenie na opakowaniu), do podawania kontrastu, do wlewów, możliwe w środowisku CT, nie zawiera lateksu i DEHP.



**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie 5**

Czy Zamawiający wymaga kodu UDI na opakowaniu zbiorczym?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga kodu UDI na opakowaniu zbiorczym.

### **Pytanie 6**

Pytanie 3 Czy Zamawiający w pakiecie Igły do portów dla Działów Medycznych ŚCO w Kielcach w pozycji 1,2,3 dopuści produkty równoważne, igły, które spełniają te same funkcje lecznicze i użytkowe Igła do portu posiadająca solidne mechanizmy bezpieczeństwa, które zapewniają ochronę przed zranieniem igłą, Wyraźnie słyszalny mechanizm sygnalizujący działanie mechanizmu bezpieczeństwa Bezproblemowa, prosta i jednoetapowa aktywacja zabezpieczenia. Przezroczysta podstawa z tworzywa sztucznego umożliwia niezakłóconą widoczność miejsca aplikacji, Dostosowanie do podwójnego portu, Łatwe, elastyczne założenie i dostęp, Dren PVC o długości 20cm z zaciskiem do przerw w infuzji, Do podawania kontrastu pod wysokim ciśnieniem Nie zawiera DEHP i lateksu. Zaprojektowany dla zapewniania komfortu pacjentom. Nienasiąkliwa miękka podkładka z pianki polietylenowej dla zapewnienia pacjentowi komfortu Ulepszony profil opatrywania. Mniejsza siła potrzebna do wkłucia i penetracji w porównaniu z niesilikonowanymi igłami do portów Kodowanie rozmiarów przy pomocy koloru zacisku.



Rozmiar do wyboru Zamawiającego: zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia

- 19 Ga. X 0.75" (19mm)
- 19 Ga. X 1" (25mm)
- 19 Ga. X 1.5" (38mm)
- 20 Ga. X 0.75" (19mm)
- 20 Ga. X 1" (25mm)
- 20 Ga. X 1.5" (38mm)
- 22 Ga. X 0.75" (19mm)
- 22 Ga. X 1" (25mm)
- 22 Ga. X 1.5" (38mm)

### **Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

### **Pytanie 7**

Czy Zamawiający jest otwarty na oferty od różnych producentów, które mogą w pełni zaspokoić potrzeby zadania, nawet jeśli ich rozwiązania nie są dokładnie zgodne z wcześniej opisanymi specyfikacjami? Czy taka elastyczność w opisie może sprzyjać większej konkurencyjności w postępowaniu zgodnie z art. 29 ust. 2 i 7 ust. 1 ustawy Pzp?

### **Odpowiedź:**

Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania postawione przez Zamawiającego.

Powyższe odpowiedzi są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania i należy je uwzględnić w składanej ofercie.

Z poważaniem  
Kierownik Działu Zamówień Publicznych  
Mariusz Klimczak