

Katowice, dn. 09.12.2022r.

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w przetargu nieograniczonym na dostawę dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku 26,
Nr sprawy: ZP-22-163UN**

W związku z pytaniami Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Pzp, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1, Pakiet nr 3 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie poniższych kaniul dożylnych :

Kaniula dożylna wykonana z wysoce termowrażliwego, biokompatybilnego PTFE. Kaniula wyposażona w zastawkę antyzwrotną hamującą wyptyw krwi, w 4 paski RTG inkorporowane w materiał cewnika, port boczny kodowany kolorystycznie, wyposażony w teflonowa zastawkę do wstrzyknień, samodomykający się korek portu bocznego typu "click", ścięcie igły typu "Back Cut". Bez zawartości lateksu i PVC. Logo producenta umieszczone bezpośrednio na kaniuli. Kaniula posiada następujące rozmiary i przepływy : 24G/19mm (0,4-0,7) 20ml/min, 22G/25mm (0,6-0,9) 36ml/min, 20G/32mm (0,8-1,1) 60ml/min, 18G/45mm/32mm (1,0-1,3) 90ml/min, 17G/45mm (1,2-1,5) 125ml/min, G16/45mm (1,4-1,7) 180ml/min, G14/45mm (1,6-2,1) 270ml/min

Odp.: Nie. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 2, Pakiet nr 3 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie poniższych kaniul dożylnych bezpiecznych :

Kaniula dożylna bezpieczna wykonana z wysoce termowrażliwego, biokompatybilnego PTFE. Zabezpieczenie przed zakłuciem zakrywające szczelnie całe światło igły, nie pozostawiające żadnych szczelin w celu ochrony przed zachlapaniem krwią. Kaniula wyposażona w filtr hydrofobowy hamujący wyptyw krwi, paski RTG inkorporowane w materiał cewnika, port boczny kodowany kolorystycznie, wyposażony w teflonowa zastawkę do wstrzyknień, samodomykający się korek portu bocznego typu "click", ścięcie igły typu "Back Cut". Bez zawartości lateksu i PVC. Logo producenta umieszczone bezpośrednio na kaniuli. Kaniula posiada następujące rozmiary i przepływy : 22G/25mm (0,6-0,9) 36ml/min, 20G/32mm (0,8-1,1) 60ml/min, 18G/45mm/32mm (1,0-1,3) 90ml/min, 17G/45mm (1,2-1,5) 125ml/min, G16/45mm (1,4-1,7) 180ml/min, G14/45mm (1,6-2,1) 270ml/min

Odp.: Nie. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 3, projektu umowy

Zgodnie z art. 44 i 48 ustawy z dnia 7 października 2022 r. opublikowanej w Dzienniku Ustaw w dniu 26 października 2022 r., pod poz. 2185 o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców prosimy o wprowadzenie do wzoru umowy postanowień waloryzacyjnych w oparciu o aktualny stan prawny tj. postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.

Pytanie 4, Pakiet nr 3 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli bezpiecznej z poliuretanu w poniższych rozmiarach:

24 G- 19 mm

22 G - 25 mm

20 G – 32 mm

18 G – 32 mm

18 G – 45 mm

17 G – 45 mm

16 G – 45 mm

14 G - 45 mm

Odp.: Nie. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 5, Pakiet nr 3 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli bezpiecznej z poliuretanu w poniższych rozmiarach:

- 24 G- 19 mm
- 22 G - 25 mm
- 20 G – 32 mm
- 18 G – 32 mm
- 18 G – 45 mm
- 17 G – 45 mm
- 16 G – 45 mm
- 14 G - 45 mm

Odp.: Nie. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 6, Pakiet nr 3 poz. 1 i 2

Czy Zamawiający celem uzyskania konkurencyjnej oferty dopuści w pakiecie nr 3 poz. 1 i 2 kaniule dostępne w następujących rozmiarach:

- 24G (0,74) - dł. 19mm; przepływ 42 ml/min
- 22G (0,90) - dł. 25mm; przepływ 42 ml/min
- 20G (1,00)- dł. 32mm; przepływ 59 ml/min
- 18G (1,30) - dł. 45mm; przepływ 96 ml/min
- 18G (1,30) - dł. 32mm; przepływ 103 ml/min
- 17G (1,50)- dł. 45mm; przepływ 155 ml/min
- 16G (1,75)- dł. 45mm; przepływ 225 ml/min
- 14G (2,00)- dł. 45mm; przepływ 290 ml/min?

Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odp.: Nie. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 7, Pakiet nr 3 poz. 1

Czy Zamawiający opisując „... zamykany koreczkiem.” – miał na myśli standardowy koreczek portu zamykany na zatrzask bez systemu samodomykającego?

Odp.: Zamawiający swoje wymagania określił w SWZ.

Pytanie 8, Pakiet nr 3 poz. 1

Czy Zamawiający oczekuje kaniuli posiadającej mechanizm ograniczający przypadkowe otwarcie koreczka po obrocie o 180°?

Odp.: Zamawiający swoje wymagania określił w SWZ.

Pytanie 9, Pakiet nr 3 poz. 1

Czy Zamawiający poprzez zapis: "Kaniula musi posiadać topione 3 paski widoczne w RTG (potwierdzone w karcie charakterystyki producenta)" ma na myśli minimalną ilość pasków, którą oferent może zaoferować? większa ilość wpływa jedynie na dokładność lokalizacji pod kontrolą RTG.

Odp.: Zamawiający swoje wymagania określił w SWZ.

Pytanie 10, Pakiet nr 3 poz. 2

Czy Zamawiający opisując „... zamykany koreczkiem.” – miał na myśli standardowy koreczek portu zamykany na zatrzask bez systemu samodomykającego?

Odp.: Zamawiający swoje wymagania określił w SWZ.

Pytanie 11, Pakiet nr 3 poz. 2

Czy Zamawiający oczekuje kaniuli posiadającej mechanizm ograniczający przypadkowe otwarcie koreczka po obrocie o 180°?

Odp.: Zamawiający swoje wymagania określił w SWZ.

Pytanie 12, Pakiet nr 3 poz. 2

Czy Zamawiający poprzez zapis: "Kaniula musi posiadać topione 3 paski widoczne w RTG (potwierdzone w karcie charakterystyki producenta)" ma na myśli minimalną ilość pasków, którą oferent może zaoferować? większa ilość wpływa jedynie na dokładność lokalizacji pod kontrolą RTG.

Odp.: Zamawiający swoje wymagania określił w SWZ.

Pytanie 13, projektu umowy § 4 ustęp 1

Wnosimy o obniżenie kary umownej na 1% wartości brutto niedostarczonego przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.

Pytanie 14, projektu umowy § 4 ustęp 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę zmianę wysokości kary umownej na 10%?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.

Pytanie 15, Pakiet nr 3 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kaniulę dożylną z FEP w rozmiarze:

24 G dł. 19 mm

22G dł 25 mm

20G dł 25 mm

20G dł 32 mm

18G dł 32 mm

18G dł 45 mm

17G dł 45 mm

16G dł 45 mm

14G dł 45 mm

z portem bocznym zamykanym korkiem, z kolorystyką identyfikacyjną rozmiaru kaniuli (kolorowy korek), posiadającą zastawkę zapobiegającą wyptywowi krwi w momencie wkłucia . Kaniula ma 2 wtopione paski widoczne w TRG (potwierdzone w karcie producenta), na opakowaniu jednostkowym fabrycznie nadrukowana informacja oznaczenia rozmiaru (średnica, długość oraz data ważności). Końcówka kaniuli dokładnie przylegająca do mandrynu igły w celu łatwego wprowadzenia do naczynia. Skrzydełka elastyczne, umożliwiające łatwe profilowanie w ciele pacjenta. Pakowana w opakowaniu typu folia-papier z mankietem ułatwiającym otwieranie. Wszystkie oferowane rozmiary od jednego producenta?

Odp.: Nie. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 16, Pakiet nr 3 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści kaniulę bezpieczną z poliuretanu w rozmiarze:

24 G dł. 19 mm

22G dł 25 mm

20G dł 25 mm

20G dł 32 mm

18G dł 32 mm

18G dł 45 mm

17G dł 45 mm

16G dł 45 mm

14G dł 45 mm

z portem bocznym zamykanym korkiem, z kolorystyką identyfikacyjną rozmiaru kaniuli (kolorowe skrzydełka i korek), kaniula z filtrem hydrofobowym pełniącym funkcję zastawki zapobiegającej wyptywowi krwi w momencie wkłucia. Kaniula posiada 6 wtopionych pasków widocznych w RTG (potwierdzone w karcie producenta), na opakowaniu jednostkowym fabrycznie nadrukowana informacja oznaczenia rozmiaru (średnica, długość oraz data ważności). Końcówka kaniuli dokładnie przylegająca do mandrynu igły w celu łatwego wprowadzenia do naczynia. Skrzydełka elastyczne, umożliwiające łatwe profilowanie w ciele pacjenta. Pakowana w opakowaniu typu Tyvec z mankietem ułatwiającym otwieranie. Wszystkie oferowane rozmiary od jednego producenta?

Odp.: Nie. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 17, do SWZ

Prosimy o modyfikację i dodanie do SWZ zapisu zgodnego z art. 107 ust. 2 ustawy PZP z dnia 11 września 2019:

Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

W nawiązaniu do brzmienia art. 106 ust. 3. Zamawiający zaakceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzą, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria.

Brak zgody na powyższe może spowodować liczne odrzucenia ofert, unieważnienie a w konsekwencji przedłużający się czas i koszt trwania postępowania.

Odp.: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 18, projekt umowy § 4 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do 1% wynagrodzenia brutto niezrealizowanej części umowy?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.

Pytanie 19, projekt umowy § 4 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.