

Lubań, dnia 06 maja 2025 r.

Wszyscy Wykonawcy

PYTANIA I WYJAŚNIENIA Nr 1

do treści SWZ na „Zakup wraz z dostawą wyrobów medycznych (odczynników) oraz dzierżawą analizatorów parametrów krytycznych dla NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu sp. z o.o.” nr postępowania ZP/05/2025

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie 1

Załącznik Nr 5b do SWZ. „Opis przedmiotu zamówienia/analizatora - dla Części 2 - „Analizator parametrów krytycznych z możliwością oznaczania gazometrii z oksymetrią oraz elektrolitów i metabolitów” pkt 2.

Czy Zamawiający dopuści analizator mierzący ctBil? Zakres pomiarowy w jakim analizator może fizycznie dokonać pomiaru bilirubiny całkowitej to -1,2 – 58.5 mg/dl lub -20 – 1000 µmol/l.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Zamawiający wyjaśnia, iż pod pojęciem Nbili oczekuje możliwość oznaczenia bilirubiny całkowitej w zakresie patologicznej żółtaczki noworodkowej.

Pytanie 2

Załącznik Nr 5b do SWZ. „Opis przedmiotu zamówienia/analizatora - dla Części 2 - „Analizator parametrów krytycznych z możliwością oznaczania gazometrii z oksymetrią oraz elektrolitów i metabolitów” pkt 5.

Czy Zamawiający wymaga, aby wszystkie materiały zużywalne były wymieniane niezależnie od siebie, w zależności od zużycia?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 3

Załącznik Nr 5b do SWZ. „Opis przedmiotu zamówienia/analizatora - dla Części 2 - „Analizator parametrów krytycznych z możliwością oznaczania gazometrii z oksymetrią oraz elektrolitów i metabolitów” pkt 6.

Czy Zamawiający wymaga jednakowego czasu stabilności na pokładzie wszystkich materiałów zużywalnych?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 4

Załącznik Nr 5b do SWZ. „Opis przedmiotu zamówienia/analizatora - dla Części 2 - „ Analizator parametrów krytycznych z możliwością oznaczania gazometrii z oksymetrią oraz elektrolitów i metabolitów” pkt 8.

Czy Zamawiający dopuści analizator z codzienną automatyczną kalibracją tHb, w którym min. raz na 6 miesięcy wymagana jest jednorazowa kalibracja hemoglobiny (kalibracja widma – nie czułości metody) za pomocą kalibratora zewnętrznego? Kalibracja ta nie jest uciążliwa dla użytkownika, ponieważ całkowity proces kalibracji trwa nie dłużej niż 1 minutę i wykonywana jest przez autoryzowany serwis producenta podczas rutynowego przeglądu okresowego raz na 6 miesięcy, tym samym w żaden sposób nie obciąża Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje, że wszelkie dodatkowe kalibracje będą po stronie Wykonawcy, bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego.

Pytanie 5

Załącznik Nr 5b do SWZ. „Opis przedmiotu zamówienia/analizatora - dla Części 2 - „ Analizator parametrów krytycznych z możliwością oznaczania gazometrii z oksymetrią oraz elektrolitów i metabolitów” pkt 11.

Czy Zamawiający wyrazi zgodą na zaoferowanie analizatora oznaczającego wyspecyfikowane parametry z próbki:

- Tętnicza
- Włośniczkowa
- Żylna
- Mieszana żylna
- Krew Pępowinowa Tętnicza
- Krew Pępowinowa Żylna
- Skalp płodu
- Nieokreślone (inne płyny)

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 6

Załącznik Nr 5b do SWZ. „Opis przedmiotu zamówienia/analizatora - dla Części 2 - „ Analizator parametrów krytycznych z możliwością oznaczania gazometrii z oksymetrią oraz elektrolitów i metabolitów” pkt 14.

Czy Zamawiający dopuści i oceni równoważnie analizator z igłą zabezpieczona uszczelką wlotu? Brak kontaktu operatora z igłą (materiałem potencjalnie zakaźnym) podczas wykonywania badań oraz minimalizacja niebezpieczeństwa zakłuć igłą, brak konieczności wyciągania oraz przesuwania opłuka z kapilary podczas podawania próbki.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 7: Załącznik Nr 5b do SWZ. „Opis przedmiotu zamówienia/analizatora - dla Części 2 - „ Analizator parametrów krytycznych z możliwością oznaczania gazometrii z oksymetrią oraz elektrolitów i metabolitów” pkt 20.

Czy Zamawiający wymaga możliwości reinstalacji wszystkich materiałów zużywalnych, w oparciu o które pracuje analizator, bez utraty testów?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 8: Zał. Nr 4 Projekt umowy - §3 pkt 7.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby jako jedną z alternatywnych form świadczenia usług serwisowych, dodatkowo do telefonicznych i stacjonarnych, był zdalny nadzór serwisowy nad analizatorem realizowany za pomocą usługi IoT i zdalnego dostępu zgodnie z podanymi poniżej wytycznymi. Jeśli nie, to czy Zamawiający wymaga aby Wykonawca dostarczył zewnętrzne łącze SafeConnect zapewniające bezpieczne podłączenie we własnym zakresie. Aplikacja aparatu zawiera zintegrowany VPN ProxyPro SSL. Ze względu na wbudowaną ochronę systemu operacyjnego, nie ma możliwości instalacji VPN innych dostawców.

Rodzaj rozwiązania	Nazwa usługi/serwera	Adresy URL (FQDN)	Porty	Adresy IP
Pomoc zdalna	Pomoc zdalna (globalna)	Remotedk.radiometer.net Remotedk4.radiometer.net Remotedk5.radiometer.net Remotedk6.radiometer.net Remotedk7.radiometer.net Remotedk8.radiometer.net Remotedk10.radiometer.net Remotedk11.radiometer.net Remotedk12.radiometer.net	TLS (https) TCP/443	195.41.216.184 195.41.216.193 195.41.216.196 195.41.216.195 195.41.216.197 195.41.216.194 195.41.216.188 195.41.216.131 195.41.216.210
Pomoc zdalna	Pomoc zdalna (CN)	Remotecn.radiometer.net	TLS (https) TCP/443	58.247.178.253
Analizy danych (RadCon)	Device Insights (RadCon/gen. 1)	heimdall.radiometer.net	TLS (https) TCP/443	195.41.216.173
Analizy danych	Device Insights (IoT gen. 2) Serwer udostępniania urządzeń	global.azure-devices-provisioning.net	TLS (https) TCP/443	Różne adresy IP
Analizy danych	Device Insights (IoT gen. 2) Microsoft Azure IOT Hub	lc-westeuropa-azure-devices.net	TLS (https) TCP/443	40.113.176.171

Analizy danych	Device Insights (IoT gen. 2) Usługi Microsoft Azure API Management	lc-westeurope-iotgw-apim.azure-api.net	TLS (https) TCP/443	52.142.194.244
Analizy danych	Device Insights (IoT gen. 2) Usługa analityczna Microsoft Cloud Log	185db0bb-4ac1-4449-9920-d85ee8b30bc2.ods.opinsights.azure.com	TLS (https) TCP/443	Różne adresy IP
Analizy danych	Device Insights (IoT gen. 2) Microsoft Device Code Authentication (MFA)	login.microsoftonline.com	TLS (https) TCP/443	Różne adresy IP

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 9: Zał. Nr 4 Projekt umowy - §3a pkt 2. (dla części nr 2)

Czy Zamawiający wyraz zgodę aby termin ważności odczynników wynosił 3 miesiące licząc od daty dostarczenia? Dostarczanie asortymentu z 6 miesięcznym terminem ważności nie jest możliwe ze względu na proces produkcji.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

PREZES ZARZĄDU

ANNA PŁOTNICKA-MIELOCH