



Wrocław, 22.10.2024r.


4. Wojskowy Szpital Kliniczny
z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

WYJAŚNIENIA i MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę jednorazowego sprzętu medycznego, cewników, przewodników, elektrod dla Pracowni Hemodynamiki wraz z najmem systemu do analizy IVUS i FFR, znak sprawy: 4WSzKzP.SZP.2612.101.2024


Zamawiający 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu działając na podstawie art. 135 ust.2 oraz art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r.poz. 1320) dalej Pzp informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w ww. postępowaniu przetargowym:

Pytanie nr 28 Dotyczy zadania 11: Ze względu na możliwość zaoferowania produktu konkurencyjnego, od producenta z Unii Europejskiej, stosowanego w kilkudziesięciu placówkach na terenie Polski, prosimy o dopuszczenie również w **pozycji 1** : elektrod w rozmiarach 4Fr, 5Fr oraz 6Fr aż o 4 kształtach końcówki dystalnej do wyboru (dodatkowa korzyść), kompatybilnych z urządzeniami Zamawiającego, o długości 125cm, pokrywanych materiałem Pebax (lepsze zachowanie kształtu elektrody i atraumatyczność), wolne od lateksu, z pierścieniami wykonanymi z medycznej stali nierdzewnej, z odległościami 2, 5 i 10mm do wyboru Zamawiającego (dodatkowa korzyść). Elektrody do czasowej stymulacji są przeznaczone do ciągłego używania przez okres powyżej 24 godzin i nie dłużej niż 30 dni), rezystancja < 3 Ohm:



Odpowiedź na pytanie nr 28: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 29 Dotyczy zadania 11: Ze względu na możliwość zaoferowania produktu konkurencyjnego, od producenta z Unii Europejskiej, stosowanego w kilkudziesięciu placówkach na terenie Polski, prosimy o dopuszczenie również w **pozycji 2**: elektrod spełniających kluczowe warunki SWZ, w rozmiarze 5Fr. Każda elektroda zabezpieczona w sztywnym opakowaniu podwójnym (w środku taca) gwarantującym zabezpieczenie przed uszkodzeniem mechanicznym.



Odpowiedź na pytanie nr 29: Zamawiający dopuszcza.

Na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia modyfikacji w treści oferty i odpowiedniego zmodyfikowania Załączników do SWZ w przedmiotowym postępowaniu.

W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowany a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku modyfikacji SWZ **Wykonawca zobowiązany jest do zaznaczenia źródła tej zmiany** (należy wskazać datę modyfikacji).

Z upoważnienia KOMENDANTA
4. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką
SP ZOZ we Wrocławiu
mgr Piotr STRĄK
Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych