



Zielona Góra 05.09.2023r.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) którego przedmiotem zamówienia są **Sukcesywne dostawy zestawów do litotrypsji w naczyniach wieńcowych i obwodowych wraz z dzierżawą generatora oraz cewników diagnostycznych do koronografii**, nr referencyjny: NZ.261.48.2023, TED: 2023/S 156-499923

Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Zamawiający Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o. o. niniejszym informuje, iż na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w postępowaniu o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania. Zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy Zamawiający udostępnił treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1

pytanie do pakietu 3

Zwracam się do Zamawiającego o dopuszczenie produktu konkurencyjnego o poniższych parametrach: - cewniki diagnostyczne do koronarografii: - dostępne rozmiary 4,5,6Fr, duże światło wewnętrzne (4Fr-1.07mm/5Fr-1.19mm,6Fr-1.40mm) Dostępne długości 100,110cm – dostępne cewniki z bocznymi otworami typu PIG - cewnik wykonany z nylonu - Zbrojony 16 włóknami, wytrzymałość do 1200psi - zapewniający dobre manewrowanie i obrót 1:1, miękka końcówka atraumatyczna widoczna pod kontrolą RTG, pokrycie wewnętrzne umożliwiające dobry przepływ kontrastu; - dostępne standardowe krzywizny JL, JR, AL, jak również krzywizny dające optymalne podparcie z dostępu promieniowego, w tym min. dwa cewniki zarówno do lewej i prawej tętnicy wieńcowej typu TIG I, TIG II, BLK

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza i pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

UWAGA

Udzielone odpowiedzi i dokonane zmiany mają zastosowanie we wszystkich miejscach SWZ, nawet tam, gdzie w niniejszym piśmie nie zostały wymienione.

Prezes Zarządu
dr Marek Działoszyński
(podpis na oryginale)

Publikacja:

www.bip.szpital.zgora.pl
a/a NZ.261.48.2023