

**BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**

ul. Kuźnicza 49/55, pok. 100
50-138 Wrocław

tel. +48 71 375 22 34
fax +48 71 375 24 72

bzp@uwr.edu.pl | www.uni.wroc.pl

Wrocław, 25.10.2023r.

BZP.2710.37.2023.WFP

Wykonawcy

*(informacja zamieszczona na stronie
internetowej prowadzonego postępowania)*

**Informacja dla Wykonawców nr 1
Odpowiedzi na pytania**

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym na realizację zadania pod nazwą:
„Dostawa wirówki laboratoryjnej z chłodzeniem, rotorem i adapterami”

Na podstawie art. 284 ust. 2 oraz 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że zmienia treść „Opisu Przedmiotu Zamówienia- Specyfikacja Techniczna- Wymagania minimalne” stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ w następującym zakresie:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuści rotor max 4 x 100 ml?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza. Zamawiający wprowadza stosowną modyfikację w dokumentacji.

Pytanie nr 2:

Czy w pozycji 8 specyfikacji wirówki Zamawiający wymaga rotor 4 x 400 ml czy wystarczy 4x 100 ml?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, iż dopuszcza rotor 4 x 100 ml. Zamawiający wprowadza stosowną modyfikację w dokumentacji.



Zmianie ulega treść punktu 8 Załącznika nr 2 do SWZ- poprzez nadanie mu nowego brzmienia:

- w kolumnie - minimalne parametry wymagane: „rotor max 4 x 100ml”
- w kolumnie - zgodność cech wymaganych z oferowanymi „rotor max x ... ml”

Ponadto Zamawiający informuje, że wszelkie informacje przekazywane Wykonawcom stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w ww. postępowaniu. Wykonawca jest zobowiązany złożyć ofertę uwzględniającą wszelkie zmiany i wyjaśnienia zawarte w Informacjach dla Wykonawców.

W związku z ww. zmianami Zamawiający jako Załącznik do Informacji nr 1 zamieszcza:

- 1) Opis Przedmiotu Zamówienia- Specyfikacja Techniczna- Wymagania minimalne (zmiany zaznaczono kolorem czerwonym)

**DYREKTOR GENERALNY
Uniwersytetu Wrocławskiego**

mgr Elżbieta Solarewicz