



Wrocław, 15 września 2022

Postępowanie nr: KZ-10/2022

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie art. 132 ustawy Pzp na: **Zakup wraz z dostawą i montażem aparatury i urządzeń medycznych dla Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu**

Zamawiający w oparciu o art. 284 ust. 2 oraz ust. 6/ o art. 135 ust. 2 oraz ust. 6 ustawy Pzp (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710, z późn. zm.), przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytania do części V: zakup wraz z dostawą elektrokardiografu impedancyjnego

Pytania dotyczące Rozdziału II SWZ - opisu przedmiotu zamówienia:

Pytanie nr 1

Czy zamawiający pod pojęciem elektrokardiograf impedancyjny rozumie kardiograf impedancyjny z funkcją rejestracji co najmniej 1 odprowadzenia EKG (co jest konieczne do detekcji załamka R w EKG i prawidłowej analizy sygnału impedancyjnego) i w związku z tym dopuści urządzenie będące kardiografem impedancyjnym posiadającym taką właśnie funkcję?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 1:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający może zweryfikować kod CPV podany dla tej części, tzn. 33112000-8 (sprzęt obrazujący pogłosowy, ultradźwiękowy i dopplerowski), który wydaje się nieodpowiedni dla elektrokardiografu lub kardiografu impedancyjnego, gdyż nie jest to urządzeniem obrazujące i nie wykorzystuje żadnej z metod wymienionych w opisie do tego kodu CPV?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 2:

Zamawiający informuje, że kod CPV został podany błędnie. Prawidłowy kod CPV to: 33123230-9 Kardiografy.

Pytanie dotyczące Rozdziału IV SWZ, części B - warunków udziału w postępowaniu:

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający zgodzi się, aby w przypadku Wykonawcy, który w maju 2022 r. przejął na wyłączność dystrybucję w Polsce urządzeń spełniających wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamówienia, rozszerzając jednocześnie zakres jednoosobowej działalności gospodarczej o sprzedaż urządzeń medycznych, za wystarczający dowód posiadania zdolności technicznej uzna wykazanie, że w okresie ostatnich trzech lat wykonał osobiście i samodzielnie, jako pracownik firmy będącej poprzednim dystrybutorem tych urządzeń, co najmniej 3 dostawy spełniające wymagania postawione w ramach tego postępowania w

zakresie doświadczenia? W przypadku zgody, Wykonawca jako dowód przedstawi wystawione na niego imiennie referencje lub inne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw, podpisane przez odbiorców tych dostaw, dotyczące co najmniej 3 dostaw urządzeń/aparatury badawczej lub medycznej, posiadającej certyfikat o spełnieniu wymagań dyrektywy MDD 93/42EEC, o wartości co najmniej 20.000,00 zł brutto każda.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 3:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie dotyczące opisu przedmiotu zamówienia (Zał. Nr 2 do SWZ)

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania urządzenia z oprogramowaniem, ale bez komputera, które będzie przeznaczone do instalacji na komputerze użytkownika?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 4:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania urządzenia pracującego w dwóch trybach do wyboru, w trybie telemetrycznym (on-line) i w trybie holterowskim, umożliwiającym rejestrację pojemności minutowej serca CO z zapisem danych pomiarowych w pamięci wewnętrznej?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 5:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania urządzenia, na którego wyposażeniu znajduje się zewnętrzny moduł do łączności telemetrycznej z dwiema wymiennymi antenami, z których dłuższa zapewnia zasięg do 50 m w otwartej przestrzeni?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 6:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania urządzenia, które jest wyposażone w oprogramowanie umożliwiające wyznaczenie nie tylko objętości wyrzutowej i pojemności minutowej serca, lecz również wyznaczenie parametru umożliwiające ocenę fazy wczesnego rozkurczu komory (ang. early diastolic), która ma wpływ na wydolność serca i parametry wyrzutowe?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 7:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytania dotyczące projektowanych postanowień umowy (Zał. Nr 3 do SWZ):

Pytanie nr 8

Pytanie dotyczące §8, punktu 1: Czy Zamawiający może potwierdzić, że gwarancja nie obejmuje części zużywalnych dostarczonej Aparatury?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 8:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający zgodzi się zmienić zapis zamieszczony w §8, w punkcie 8 na następujący: „Czas reakcji na zgłoszenie usterki (stawienie się serwisanta w miejscu zamontowania Aparatury i przystąpienie do niezwłocznego usunięcia usterki) nastąpi w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od zgłoszenia usterki. Warunek ten nie dotyczy przypadku, gdy usterkę uda się niezwłocznie usunąć w inny sposób bez konieczności przyjazdu, np. poprzez zdalne połączenie z komputerem, na którym jest zainstalowana Aparatura”?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 9:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 10

Pytanie dotyczące §8, punktu 9: Jak należy rozumieć zapis „w przypadku części V-zgodnie z terminami wskazanymi w ofercie”, tzn. w którym miejscu oferty należy podać te terminy?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 10:

Zamawiający informuje, że powyższy zapis został wprowadzony błędnie.

Pytanie nr 11

Czy Zamawiający zgodzi się zmienić zapis zamieszczony w §8, w punkcie 11 na następujący: „Liczba napraw gwarancyjnych uprawniających do wymiany elementu składającego się na przedmiot umowy na nowy wynosi 2 naprawy tego samego elementu i dotyczy sytuacji, gdy element ten ulegnie awarii po raz trzeci”?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 11:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 12

Pytanie – Dotyczy SWZ Rozdział II pkt 8 e) – Udzielenia gwarancji na wykonanie dostawy, materiały i urządzenia na okres minimum 24 miesięcy. Czy Zamawiający wyraża zgodę na okres gwarancji 12 miesięcy?

Uzasadnienie: W przypadku sprzętów objętych gwarancją producenta na okres 12 miesięcy, standardowa dopłata wynosi 10% wartości przedmiotu zamówienia.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 12:

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę.

Pytanie nr 13

Pytanie - Dotyczy SWZ Rozdział III pkt g) – Termin wykonania zamówienia.

Czy Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu do 90 dni?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 13:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody.

Pytanie nr 14

Pytanie – Dotyczy zał. nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia rozdział VII pkt 31. Czy Zamawiający dopuszcza skrócenie terminu gwarancji do 12 miesięcy.

Uzasadnienie: W przypadku sprzętów objętych gwarancją producenta na okres 12 miesięcy, standardowa dopłata wynosi 10% wartości przedmiotu zamówienia.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 14:

Zamawiający informuje, że nie jest w stanie udzielić odpowiedzi na pytanie Wykonawcy, ponieważ we wskazanym fragmencie OPZ nie ma odniesienia do terminu gwarancji.

Pytanie nr 15

Pytanie – Dotyczy zał. Nr 3 – Projektowe postanowienia umowy – §8 Gwarancja jakości / rękojmi pkt 7. Czy Zamawiający zgodzi się na 2 dni ale pod warunkiem, że zgłoszenie serwisowe wpłynie od poniedziałku do piątku w godzinach 8 – 16.

Uzasadnienie: Jeżeli zgłoszenie nastąpi w piątek po godzinach pracy serwisu (8:00 – 15:30) nie będziemy w stanie wywiązać się z umowy.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 15:

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na 2 dni robocze.

Pytanie nr 16

Pytanie – Dotyczy zał. Nr 3 – Projektowe postanowienia umowy – §8 Gwarancja jakości / rękojmi pkt 7. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu naprawy z 14 dni, na 21 dni roboczych dla produktów zagranicznych?

Uzasadnienie: Zachowanie terminu 14 dni może być niemożliwe do zachowania, zwłaszcza w przypadku sprowadzenia części zamiennych od producenta. Czas zdiagnozowania problemu na miejscu u Zamawiającego, ustalenie części zamiennych, zamówienie oraz sprowadzenie ich przy pomocy firm kurierskich już może grozić przekroczeniem podanych terminów.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 16:

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę.

Pytanie nr 17

Pytanie – Dotyczy zał. Nr 3 – Projektowe postanowienia umowy – §8 Gwarancja jakości / rękojmi pkt 8. Czy Zamawiający dopuści możliwość zdalnej diagnostyki usterki i próby jej naprawienia?

Uzasadnienie: Niektóre usterki/wady można wykryć oraz naprawić poprzez zdalną diagnostykę urządzenia, i nie ma wówczas konieczności osobistego stawiennictwa serwisu w siedzibie Zamawiającego.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 17:

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę.

Pytanie nr 18

Pytanie – Dotyczy zał. Nr 3 – Projektowe postanowienia umowy – §8 Gwarancja jakości / rękojmi pkt 9 i pkt 12. Czy Zamawiający dopuści wydłużenie terminów do 21 dni naprawy i nie więcej niż 60 dni, kiedy konieczne będzie odesłanie wadliwego sprzętu do producenta?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 18:

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę.

Pytanie nr 19

Pytanie – Dotyczy zał. Nr 3 – Projektowe postanowienia umowy – §8 Gwarancja jakości / rękojmi pkt 19. Czy Zamawiający wyraża zgodę na skrócenie trwania rękojmi do 12 miesięcy, wg warunków gwarancji oferowanej przez producenta?

Uzasadnienie: W przypadku sprzętów objętych gwarancją producenta na okres 12 miesięcy, standardowa dopłata wynosi 10% wartości przedmiotu zamówienia.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 19:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody.

Pytanie nr 20

Pytanie – Dotyczy zał. Nr 3 – Projektowe postanowienia umowy – §8 Gwarancja jakości / rękojmi pkt 20. Czy Zamawiający wyraża zgodę na skrócenie czasu odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi do 12 miesięcy od dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru?

Uzasadnienie: W przypadku sprzętów objętych gwarancją producenta na okres 12 miesięcy, standardowa dopłata wynosi 10% wartości przedmiotu zamówienia.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 20:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody.

Pytanie nr 21

Pytanie – Dotyczy zał. nr 2 – VII. Część VII Zakup wraz z dostawą systemu do analizy postawy ciała. – Specyfikacja.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na sprawdzenie sprzętu pod kątem technicznym oraz poprawności konfiguracji oprogramowania, uzupełnienie paszportu technicznego po okresie 12 miesięcy, oraz 24 miesięcy (jeśli wykonawca oferuje 24 miesięczny okres gwarancji)?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 21:

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę.

Pytanie nr 22

Dot. część II, pkt. 1 Czy Zamawiający dopuści laptop spełniający poniższe warunki:

Moduł sterujący: laptop + monitor 24" Laptop: - procesor Intel Core Processor - 8 GB RAM - dysk SSD - ekran 15" dotykowy - możliwość podłączenia platformy posturograficznej - możliwość podłączenia załączonego monitora 24" - system Windows 10Pro lub Windows 11Pro Monitor 24": - możliwość podłączenia do laptopa sterującego platformą



posturograficzną - ekran 23,8-24,0" IPS, LED - częstotliwość odświeżania: 75Hz - czas reakcji: 5ms - kąt widzenia (w pionie i poziomie): 178stopni.

Uzasadnienie: Producent dostarcza kompletne urządzenie wraz z laptopem i zainstalowanym na nim oprogramowaniem medyczno-naukowym. Nie ma możliwości zainstalowania oprogramowania obsługującego posturograf na innym laptopie.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 22:

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Sporządziła: Wioletta Seredyńska
Kierownik Biura Zamówień Publicznych
Sekretarz Komisji Przetargowej

Zatwierdził: Adam Roczek

Kanclerz