



Państwowy Instytut Geologiczny
Państwowy Instytut Badawczy
państwowa służba geologiczna
państwowa służba hydrogeologiczna

Oznaczenie sprawy: EZP.26.105.2023

Dot. wniosku nr: CRZP/26/00812/2023

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Zamawiający:

*Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000122099, NIP 5250008040, Regon: 000332133, przesyła zapytanie ofertowe o wartości równej lub nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych na **Dostawę, instalację i uruchomienie zmywarki laboratoryjnej wraz z wyposażeniem oraz szkolenie dla użytkowników.***

2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

3. Miejsce realizacji zamówienia: zgodnie z Opiszem Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.

4. Termin realizacji: **do 12 tygodni liczonych od dnia dokonania odbioru przyłączy.**

5. Wymagania dla Wykonawców:

1) doświadczenie:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie **co najmniej dwie (2) dostawy zmywarki laboratoryjnej o wartości co najmniej 40 000,00 PLN netto każda.**

2) wymagania dot. osób: nie dotyczy

3) wymagania dot. sprzętu: nie dotyczy

6. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

najniższa cena

1) **Kryterium Cena (C) - 100%** Sposób obliczenia wartości punktowej: Cena (C) = ----- x 100
pkt.

cena oferty badanej

Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 100 pkt.

7. Istotne postanowienia umowy: (gwarancja, terminy, warunki odbioru i płatności, przewidywane zmiany w umowie oraz warunki tych zmian) stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

8. Oferty na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem <https://platformazakupowa.pl/pn/pgi>.

9. Oferta wraz z załącznikami winna być opatrzona: **kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym, podpisem zaufanym lub złożona w formie skanu podpisanego własnoręcznie przez osobę umocowaną.**

10. **Do oferty należy dołączyć:**

pgi.gov.pl

ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa
tel. (+48) 22 45 92 000, biuro@pgi.gov.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000122099
NIP 525-000-80-40

- 1) dokumenty formalne Wykonawcy, takie jak: **aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w formie wydruku ze strony internetowej CEIDG** (w odniesieniu do przedsiębiorców będących osobami fizycznymi) **lub odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego** (w odniesieniu do podmiotów, na które przepisy nakładają obowiązek uzyskania wpisu do tego rejestru), umowa konsorcjum (w przypadku Wykonawców zamierzających wspólnie realizować zlecenie). Zamawiający zastrzega sobie prawo samodzielnego pobrania ww. dokumentu, jeżeli może go uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 57, z późn. zm.). *Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania wraz z tłumaczeniem na język polski;*
 - 2) **w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.** Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony (zakres umocowania);
 - 3) Wypełniony i podpisany załącznik „**Wykaz dostaw**” stanowiący Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego wraz z dokumentami potwierdzającymi, że wskazane dostawy zostały wykonane należycie (wystawionymi przez podmiot na rzecz którego dostawy były wykonane).
11. Termin składania ofert upływa dnia **21.07.2023** roku o godzinie 10:00.
 12. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 13. Zamówienia realizowane przez Zamawiającego za pośrednictwem platformy zakupowej odbywają się przy wykorzystaniu strony internetowej <https://platformazakupowa.pl/pn/pgi> to znaczy, że nie są przyjmowane oferty składane w inny sposób niż za pośrednictwem platformy. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje Wykonawców, podając imię i nazwisko Wykonawcy, którego ofertę wybrano. Wiadomość ta zostanie opublikowana na platformie zakupowej w sekcji „Komunikaty”.
 14. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się za pośrednictwem Platformy - formularz „Wyślij wiadomość do zamawiającego”, dostępny na stronie Platformy dotyczącej danego postępowania. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji dokumentu przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.
 15. Zamawiający informuje, że szczegółowa instrukcja dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>.
 16. Elementy oferty, które Wykonawca zamierza zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji powinny zostać oznaczone i opisane jako „tajemnica przedsiębiorstwa”. W powyższej sytuacji należy wraz z ofertą złożyć stosowne uzasadnienie.
 17. Inne informacje:
 - 1) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści ofert, które podlegać będą ocenie w ramach kryterium oceny ofert.
 - 2) Zamawiający wykluczy Wykonawcę z udziału w postępowaniu jeżeli Wykonawca oświadczy, że zachodzą wobec niego przesłanki wynikające z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835).
 - 3) Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert.
 - 4) Oferty w postępowaniu są jawne.
 - 5) Wykonawca może wprowadzić zmiany do oferty lub wycofać złożoną przez siebie ofertę, poprzez zawiadomienie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
 - 6) Oferta wraz z załącznikami musi być sformułowana w języku polskim, w sposób czytelny, logiczny, pisemnie przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym Wykonawca musi złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. Podczas oceny ofert Zamawiający będzie się opierał na tekście przetłumaczonym na język polski. W przypadku uzyskania dokumentów, o których mowa w pkt 10 ppkt 1 zapytania ofertowego w języku obcym, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski.

- 7) Wszystkie ceny będą określone w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a wszystkie płatności będą realizowane w złotych polskich, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 - 8) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom bez ujawniania źródła zapytania a jeżeli zapytania ofertowe jest udostępnione na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.
 - 9) Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz uzupełnienia żądanych dokumentów i oświadczeń.
 - 10) Zamawiający zastrzega sobie prawo poprawienia w ofercie Wykonawcy: oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych oraz innych omyłek niepowodujących istotnych zmian. W przypadku wystąpienia omyłek rachunkowych, za prawidłowe Zamawiający przyjmie ceny jednostkowe netto i dokona przeliczenia oferty zgodnie ze sposobem wskazanym w Załączniku nr 2 do zapytania ofertowego (Formularz oferty). W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy ceną wskazaną w Formularzu oferty, a podaną na Platformie zakupowej, za prawidłową Zamawiający przyjmie cenę wskazaną w Formularzu oferty.
 - 11) Oferty złożone pod warunkiem, po terminie oraz oferty wariantowe (alternatywne) zostaną odrzucone.
 - 12) Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę Wykonawcy, który nie wykonał lub nienależycie wykonał inne zamówienie na rzecz PIG-PIB.
 - 13) Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, jeżeli cena oferty (lub jej istotne części składowe) wydaje się rażąco niska w szczególności w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny. W przypadku nie udowodnienia przez Wykonawcę, że złożona oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny poprzez nie złożenie wyjaśnień, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy przyjmując, że zawiera rażąco niską cenę.
 - 14) Jeżeli w postępowaniu jedynym kryterium oceny ofert jest cena i nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować warunków mniej korzystnych niż w złożonych ofertach.
 - 15) Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania w pierwszej kolejności punktowej oceny ofert na podstawie kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym, a następnie zbadania pod kątem spełniania wymagań wskazanych w zapytaniu ofertowym tylko oferty Wykonawcy, który otrzymał najwyższą liczbę punktów w ramach kryteriów oceny ofert. Pozostałych ofert Zamawiający może nie badać.
 - 16) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została uznana jako najkorzystniejsza uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
 - 17) Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieudzielenia zamówienia, będącego przedmiotem niniejszego postępowania bez podania przyczyny oraz do unieważnienia postępowania.
 - 18) Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieudzielenia zamówienia w przypadku nie otrzymania dwóch ważnych ofert. Zamawiający zastrzega sobie w takiej sytuacji prawo do powtórzenia postępowania.
18. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
- 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa, tel. (+48) 22 45 92 000, fax. tel. (+48) 22 45 92 001, email biuro@pgi.gov.pl;
 - 2) administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: iod@pgi.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby PIG-PIB;
 - 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie **art. 6 ust. 1 lit. c RODO** w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywających na **Zamawiającym**;
 - 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o **art.18 oraz art. 74 ustawy PZP**;

- 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z **art. 78 ust. 1 PZP**, przez okres **4 lat** od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
- 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do **art. 22 RODO**;
- 8) posiada Pani/Pan:
 - a. na podstawie **art. 15 RODO** prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - b. na podstawie **art. 16 RODO** prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
 - c. na podstawie **art. 18 RODO** prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w **art. 18 ust. 2 RODO**, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
 - d. prawo do wniesienia skargi do **Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych**, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy **RODO**;
- 9) nie przysługuje Pani/Panu:
 - a. w związku z **art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO** prawo do usunięcia danych osobowych;
 - b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - c. na podstawie **art. 21 RODO** prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest **art. 6 ust. 1 lit. c RODO**;
- 10) Jednocześnie **Zamawiający** przypomina o ciążyącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną **Zamawiającemu** w związku z prowadzonym postępowaniem i które **Zamawiający** pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w **art. 14 ust. 5 RODO**.

Pełnomocnik Dyrektora PIG-PIB
ds. zamówień publicznych
Piotr Grochot

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. **Przedmiotem zamówienia jest:**
dostawa, instalacja i uruchomienie zmywarki laboratoryjnej wraz z wyposażeniem oraz szkoleniem dla użytkowników.
2. **Opis parametrów technicznych:**

Lp.	Przedmiot zamówienia	Wymagane parametry urządzenia
1)	Laboratoryjny automat myjąco-dezynfekujący	Rok produkcji nie wcześniej niż 2023 (nie dotyczy koszy, modułów oraz wkładów)
		Wolnostojąca lub do zabudowy w ciąg roboczy, jednodrzwiowa ładowana od przodu z drzwiami otwieranymi w płaszczyźnie poziomej
		Urządzenie oznakowane znakiem CE zgodne z dyrektywą maszynową 2006/42/EG (załączyć deklarację producenta wraz z dostawą sprzętu), klasa ochrony IP21
		Obudowa (pokrywa) i komora myjni wykonana ze stali szlachetnej
		Możliwość automatycznego uchylecia drzwi po zakończeniu procesu mycia
		Automatyczne zamknięcie drzwiczek przed startem programu, drzwi elektrycznie zablokowane podczas cyklu programowego
		Łatwy w utrzymaniu czystości panel sterowania z alfanumerycznym ciekłokrystalicznym 3 wierszowym wyświetlaczem (brak wystających przycisków czy pokręteł)
		Możliwość zabezpieczenia ustawień systemowych zmywarki poprzez kod PIN
		Możliwość zmiany przynajmniej w 3 programach takich parametrów jak: temperatura, czas utrzymania temperatury, ilość wody
		Możliwość automatycznego zapisywania w sterowaniu takich parametrów jak: zużycie wody, zużycie płynnych środków (przy dozowaniu zewnętrznym), czas pracy, ilość przebiegów programowych
		Szeregowy port komunikacyjny RS 232 dla podłączenia komputera osobistego lub drukarki w celu dokumentowania procesu
		Komora myjąca z dwoma poziomami mycia oraz min. 3 ramionami natryskowymi (w tym 1 ramię zintegrowane z górnym koszem)
		Monitorowanie ciśnienia natrysku i prędkości obrotu ramion natryskowych
		Tylne dokowanie koszy na dolnym i górnym poziomie
		1 kosz górny (możliwość przestawienia kosza na wysokość w dwóch pozycjach o min. 30 mm) 1 kosz dolny (ławeta)
		Możliwość mycia iniekcyjnego na dwóch poziomach
		Modułowy system wyposażenia umożliwiający konfigurację na jednym poziomie wózka, mycia w module iniekcyjnym oraz nieiniekcyjnym oferując szeroką konfigurację zastosowań
Wbudowany kondensator pary na bazie aerozolu z inteligentnym systemem wtryskiwaczy (min. dwa wtryskiwacze aerozolu) i bezstopniowym wentylatorem		

		1 zasobnik umiejscowiony w drzwiach na sól regeneracyjną (pojemność min. 2kg)
		Dozowanie środków płynnych poprzez 2 wewnętrzne pompy dozujące wraz ze zintegrowaną z urządzeniem wysuwaną szufladą z min. 3 pojemnikami po 5 litrów lub 2 po 10 litrów
1)	cd. Laboratoryjny automat myjąco-dezynfekujący	Wyświetlanie na panelu sterowania nazwy programu, etapu programu, temperatury docelowej, temperatury aktualnej, wartości parametru A0, czasu pozostałego do zakończenia cyklu, ewentualne błędy i komunikaty
		Min. 14 stałych programów fabrycznych mycia
		Czas trwania mycia standardowego programu nie dłuższy niż 30 min.
		Program dezynfekcji termicznej w temperaturze 93°C z czasem utrzymania temperatury 10 min nie dłuższy niż 53 min.
		Możliwość zaprogramowania min. 3 preferowanych programów pod przyciskami wyboru bezpośredniego
		Możliwość ustawienia startu z opóźnieniem max. 24h
		Złącze optyczne do celów serwisowych
		Wydajna pompa obiegowa do natrysku wody w ramiona natryskowe w zmywarce o zmiennej prędkości, z wbudowanymi elementami grzejnymi i konduktometrem, dostarczająca zmienne ciśnienie wody, wydajność średniej min. 500l/min., grzałki poza komorą mycia
		Wbudowany zmiękczac dla wody ciepłej (max.65°C) i zimnej z automatyczną regeneracją złoża podczas procesu mycia (niewymagany oddzielny program regeneracyjny)
		Zabezpieczenie przed niekontrolowanym wypływem wody zamykające dopływ wody w momencie jej wycieku, wyłączenia urządzenia lub pęknięcia węża doprowadzającego
		Poczwórny system filtrowania roztworu myjącego z sitem powierzchniowym, filtrem zgrubnym, filtrem wychwytyjącym odłamki szkła i mikro-filtrem
		Agregat suszący o wydajności przynajmniej 60m ³ /h i temperaturze nastawianej co 1°C w zakresie 50-99°C oraz mocy grzewczej 1,8kW, oraz mocy dmuchawy 0,3kW
		Agregat suszący wyposażony w filtr HEPA klasy H13, wartość całkowitej skuteczności równe lub większe 99,95% czas pracy przynajmniej 200 h
		Przyłącza wodne: <ul style="list-style-type: none"> • 1 x zimna woda, • 1 x ciepła woda, • 1 x woda demineralizowana
		Zasilanie elektryczne – 3N AC 400V; 50Hz; zabezpieczenie 3x16A
		Całkowita moc przyłączeniowa przynajmniej 9,3kW
		Wymiary komory mycia: min. 530 x 520 x 520 mm (szer. x gł. x wys.)
		Wymiary zewnętrzne: 835 x 900 x 600 mm (wys. x szer. x gł.)
		Normy, znaki certyfikacyjne: Znak VDE (bezpieczeństwo elektryczne), Klasa ochronna IP według EN 60529: IP 20, EN 61010-1, EN 61010-2-040, Dyrektywa RoHS 2011/65/UE, Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE (załączyć dokumenty wraz z dostawą sprzętu),
Pakiet środków myjących (m.in. środek myjący alkaliczny, neutralizujący, sól do zmywarek)		

2)	Kosze, moduły, wkłady	Kosz górny z regulacją wysokości, do optymalnego umieszczenia wkładów, wys. załadunku 160 ± 30 mm, szer. 475 mm, gł. 443 mm, z wbudowanym ramieniem spryskującym
		Kosz dolny do optymalnego umieszczenia do 2 modułów iniekcyjnych lub wkładów, automatyczne zamykanie nieużywanego przyłącza, wymiary załadunku: szer. 494 mm, gł. 440 mm
		Moduł do optymalnego mocowania szkła laboratoryjnego, wyposażony w 8 dysz iniekcyjnych: 4 o wymiarach Ø 6 mm, długość 130 mm oraz 4 o wymiarach Ø 6 mm, długość 210 mm, odstęp dysz 118 mm w szerokości, 118 mm w głębokości
		Kratka podtrzymująca do modułu iniekcyjnego wyposażonego w 8 dysz iniekcyjnych, podział 2 x 4 pola
2)	cd. Kosze, moduły, wkłady	Moduł do optymalnego mocowania szkła laboratoryjnego, wyposażony w 18 dysz iniekcyjnych: 9 o wymiarach Ø 4 mm, długość 90 mm, 9 o wymiarach Ø 4 mm, długość 185 mm, odstęp dysz 78 mm w szerokości, 78 mm w głębokości
		Kratka podtrzymująca do modułu iniekcyjnego wyposażonego w 18 dysz iniekcyjnych, podział 3 x 6 pól
		Moduł do optymalnego mocowania szkła laboratoryjnego, wyposażony w 32 dysze iniekcyjne: 16 o wymiarach Ø 2,5 mm, długość 80 mm, 16 o wymiarach Ø 2,5 mm, długość 125 mm, odstęp dysz 60 mm w szerokości, 57 mm w głębokości – <u>2 sztuki</u>
		Kratka podtrzymująca do modułu iniekcyjnego wyposażonego w 32 dysze iniekcyjne, podział 4 x 8 pól – <u>2 sztuki</u>
		Moduł do optymalnego mocowania szkła laboratoryjnego, wyposażony w 98 dysz iniekcyjnych, na próbówce o wymiarach Ø 30 mm, długość 200 mm – <u>4 sztuki</u>
		Wkład do umieszczenia różnych naczyń, np. zlewek, lejków itp., 224 mm x 434 mm (szer. x gł.) – <u>2 sztuki</u>
		Siatka przykrywająca do przykrycia ładunku we wkładach (zlewki, lejki, itp.), rama metalowa obciągnięta siatką plastikową, 206 mm x 206 mm (szer. x gł.) – <u>4 sztuki</u>
3)	Dejonizator laboratoryjny	Wkład do optymalnego umieszczenia probówek o wymiarach 12 x 105 mm (dla ok. 200 probówek), wielkość oczek 8 x 8 mm
		Rok produkcji nie wcześniej niż 2023
		System zasilany wodą wodociągową
		Wydajność produkcji nominalna 20 l/h
		Pobór mocy 40W
		Skuteczność oczyszczania: jony 96-98%
		Skuteczność oczyszczania: związki organiczne 98-99%
Sterowanie – za pomocą pokrętle, które można obrócić i przycisnąć przez ruch jedną ręką		

		Możliwość samodzielnego serwisowania, łatwa wymiana wkładów filtrujących w tym membrany RO
		Monitoring parametrów i podzespołów
		Pobór wody za pomocą ergonomicznego zaworu
		Pomiar czasu pracy i czasu poboru
		Wyświetlacz LCD, wyświetlający przewodność, temperaturę, datę i godzinę
		Komunikaty (alarmy) o serwisach, terminach serwisów, przekroczonej przewodności
		Ustawianie alarmów i powiadomień dotyczących materiałów zużywalnych
		Przerwanie pracy pompy przy niskim ciśnieniu wody zasilającej
		Wbudowany konduktometr przepływowy, pomiar przewodności wody oczyszczonej zgodny z normą PN-EN 60746-3
		Sonda konduktometryczna, materiał elektrody stal v4a; dołączona dokumentacja techniczna sondy wraz z fotografią
		Zakres pomiaru przewodności 1,0-99,9 $\mu\text{S}/\text{cm}$
		Możliwość odczytu w $\mu\text{S}/\text{cm}$ lub $\text{M}\Omega\text{cm}$
		Dokładność pomiaru przewodności $\pm 0,2\%$ zakresu
		Czujnik temperatury Pt 1000
		Dokładność pomiaru temperatury 0,1 $^{\circ}\text{C}$
		Automatyczna kompensacja temperatury, odczyt przewodności z kompensacją temperatury lub bez
		Wyświetlanie informacji o współczynniku alfa i temperaturze odniesienia
		Sygnalizacja uszkodzenia czujników przewodności i temperatury
		Wzorcowanie konduktometru oraz termometru potwierdzone Świadectwem wzorcowania wydanym przez akredytowane przez PCA laboratorium wzorcujące
3)	cd. Dejonizator laboratoryjny	Filtr sedymentacyjny
		Filtr adsorpcyjny
		Moduł RO (odwrócona osmoza)
		System kontrolno-pomiarowy, złącze USB, czujniki temperatury i ciśnienia
		Możliwość współpracy z rejestratorem danych
		Pompa ze sterowaniem i systemem zabezpieczeń
		Mobilny punkt poboru o długości dostosowanej do potrzeb Użytkownika
		Bezpośrednie podłączenie urządzenia do zmywarki
		Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej INOX malowana proszkowo z atestem PZH
		Komplet przyłączy wody zasilającej
		Zainstalowany komplet materiałów eksploatacyjnych
		Pisemna gwarancja bezterminowej dostępności materiałów eksploatacyjnych
		Ciśnieniowy, hermetyczny zbiornik o pojemności 75 l

	Zasilanie elektryczne 230 V / 50 Hz
	Wymiary (\pm 10 mm): 240mm szer. x 590mm wys. x 450 mm gł.
	Karta charakterystyki materiałowej wymieniająca wszystkie materiały konstrukcyjne i media filtracyjne mające kontakt z wodą w całym procesie oczyszczania (dostarczyć wraz z dostawą sprzętu)
	Certyfikaty i atesty FDA, KTW, NSF, WRAS na połączenia i armaturę (dostarczyć wraz z dostawą sprzętu)
	Znak i deklaracja CE (dostarczyć wraz z dostawą sprzętu)

3. **Koszty wliczone w cenę:** dostawa, wniesienie, instalacja, montaż, akcesoria niezbędne do uruchomienia urządzenia z wyposażeniem, uruchomienie, szkolenie z obsługi sprzętu dla użytkowników (5 osób).
4. **Miejsce realizacji:** Laboratorium Chemiczne PIG-PIB w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 4.
5. **Miejsce instalacji:** w dniu podpisania Umowy Wykonawca dostarczy specyfikacje (wymagania montażowe jakie mają spełniać przyłącza wodno-kanalizacyjne) w celu przygotowania przez Zamawiającego miejsca instalacji do montażu zamawianych urządzeń; Zamawiający zobowiązuje się do przygotowania miejsca instalacji w ciągu 3 tygodni od otrzymania specyfikacji
6. **Termin realizacji:** Wykonawca dokona odbioru przyłączy po przygotowaniu miejsca instalacji do montażu zamawianych urządzeń, potwierdzającego przygotowanie wymaganego miejsca instalacji; od tego momentu Wykonawca na zrealizowanie zamówienia będzie miał maksymalnie 12 tygodni; Wykonawca nie będzie ponosił kar umownych za wszelkie opóźnienia w realizacji zamówienia wynikające z braku przygotowania miejsca instalacji przez Zamawiającego
7. **Gwarancja:** minimum 24 miesiące
8. **Wybrane elementy gwarancji:** telefoniczna pomoc techniczna oraz doradztwo; gwarancja w systemie door-to-door; przypisany opiekun techniczny; rejestracja wszystkich zdarzeń serwisowych i eksploatacyjnych - historia użytkowania; doradztwo w kwestiach ogólnego użytkowania systemu; rozwiązywanie problemów, które nie są związane z problemami sprzętowymi
9. **Wymagane wyszczególnienie na fakturze wartości niżej wymienionych elementów:**
 - a. Laboratoryjny automat myjąco-dezynfekujący
 - b. Kosze, moduły, wkłady (każdy oddzielnie)
 - c. Dejonizator laboratoryjny

.....
 (pieczęć Wykonawcy lub Wykonawców
 ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia)

Do:
 PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY -
 PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
 UL. RAKOWIECKA 4, 00-975 WARSZAWA.

OFERTA

My, niżej podpisani

.....
 działając w imieniu i na rzecz:

.....
 w odpowiedzi na ogłoszenie nr **EZP.26.105.2023** dotyczące **Dostawy, instalacji i uruchomienia zmywarki laboratoryjnej wraz z wyposażeniem oraz szkolenie dla użytkowników.**

1. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia za cenę (obejmującą wszystkie koszty związane z należywym wykonaniem przedmiotu zamówienia):

Lp.	Przedmiot zamówienia (zgodny z Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego)	Ilość szt.	Cena jednostkowa netto za 1 szt. w PLN	Wartość netto w PLN	Wartość Podatku VAT	Wartość brutto w PLN
1	2	3	4	5 (kol. 3x4)	6	7 (kol. 5+6)
1.	Laboratoryjny automat myjąco-dezynfekujący	1złzłzłzł
	<i>nazwa / model / nr katalogowy / producent</i>					
2.	Kosze, moduły, wkłady					
2.1.	Kosz górny z regulacją wysokości	1złzłzłzł
	<i>nazwa / model / nr katalogowy</i>					
2.2.	Kosz dolny do optymalnego umieszczenia do 2 modułów iniekcyjnych lub wkładów	1złzłzłzł
	<i>nazwa / model / nr katalogowy</i>					
2.3.	Moduł do optymalnego mocowania szkła laboratoryjnego, wyposażony w 8 dysz iniekcyjnych	1złzłzłzł
	<i>nazwa / model / nr katalogowy</i>					

2.4.	Kratka podtrzymująca do modułu iniekcyjnego wyposażonego w 8 dysz iniekcyjnych	1złzłzłzł
	<i>nazwa / model / nr katalogowy</i>					
2.5.	Moduł do optymalnego mocowania szkła laboratoryjnego, wyposażony w 18 dysz iniekcyjnych	1złzłzłzł
	<i>nazwa / model / nr katalogowy</i>					
2.6.	Kratka podtrzymująca do modułu iniekcyjnego wyposażonego w 18 dysz iniekcyjnych	1złzłzłzł
	<i>nazwa / model / nr katalogowy</i>					
2.7.	Moduł do optymalnego mocowania szkła laboratoryjnego, wyposażony w 32 dysze iniekcyjne	2złzłzłzł
	<i>nazwa / model / nr katalogowy</i>					
2.8.	Kratka podtrzymująca do modułu iniekcyjnego wyposażonego w 32 dysze iniekcyjne	2złzłzłzł
	<i>nazwa / model / nr katalogowy</i>					
2.9.	Moduł do optymalnego mocowania szkła laboratoryjnego, wyposażony w 98 dysz iniekcyjnych	4złzłzłzł
	<i>nazwa / model / nr katalogowy</i>					
2.10.	Wkład do umieszczenia różnych naczyń, np. zlewek, lejków, itp.	2złzłzłzł
	<i>nazwa / model / nr katalogowy / producent</i>					
2.11.	Siatka przykrywająca do przykrycia ładunku we wkładach (zlewki, lejki, itp.)	4złzłzłzł
	<i>nazwa / model / nr katalogowy</i>					

2.12.	Wkład do optymalnego umieszczenia próbek o wymiarach 12 x 105 mm	1złzłzłzł
	<i>nazwa / model / nr katalogowy</i>					
3.	Dejonizator laboratoryjny	1złzłzłzł
	<i>nazwa / model / nr katalogowy / producent</i>					
SUMA			złzłzł

2. Oświadczamy, że **podlegamy/ nie podlegamy*** wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835) Oświadczenie jest aktualne na dzień złożenia oferty.
3. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert.
4. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach określonych przez strony oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego przy uwzględnieniu zapisów projektu umowy załączonego do Zapytania ofertowego.
5. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016r.,) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

6. Załącznikami do niniejszego formularza są:

- 1)
- 2)

7. Osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym:,

(imię i nazwisko)

tel., e-mail

....., dnia

.....

*podpis Wykonawcy
lub upoważnionego przedstawiciela
Wykonawcy*

* *niepotrzebne skreślić*

Projektowane postanowienia umowy

**Umowa nr CRZP/26/00812/2023
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE EZP.26.105.2023**

zawarta w dniu 2023 r. w Warszawie pomiędzy/zawarta pomiędzy:

Państwowym Instytutem Geologicznym – Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Warszawie (adres: 00-975 Warszawa, ul. Rakowiecka 4), wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000122099, NIP 525-000-80-40, Regon 000332133, reprezentowanym przez/w imieniu którego działają:

.....
.....

zwanym w dalszej części umowy **Zamawiającym** lub **PIG-PIB**,

a

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)*

....., z siedzibą w, adres:-..., ul., wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla w, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:, NIP, Regon, *kapitał zakładowy*, reprezentowaną przez:

....., uprawniony do samodzielnego reprezentowania spółki, zgodnie z wydrukiem z dnia stanowiącym informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS stanowiącym załącznik nr do niniejszej Umowy

zwaną w dalszej części umowy **Wykonawcą**,

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej)*

panem/panią, adres do doręczeń:, ul., prowadząca/cym działalność gospodarczą pod firmą adres:, ul. na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, , NIP:....., zgodnie z wydrukiem z CEIDG z dnia działający osobiści/reprezentowanym/ą przez: (na mocy)

zwanym/zwaną w dalszej części umowy **Wykonawcą**,

(w przypadku spółki cywilnej)*

panem/panią, adres do doręczeń:, ul., prowadząca/cym działalność gospodarczą pod firmą adres ul., na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP:, zgodnie z wydrukiem z CEIDG z dnia działający osobiści/reprezentowanym/ą przez: (na mocy)

panem/panią, adres do doręczeń:, ul., prowadząca/cym działalność gospodarczą pod firmą adres ul., na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP:....., zgodnie z wydrukiem z CEIDG z dnia działający osobiści/reprezentowanym/ą przez: (na mocy)

wspólnikami spółki cywilnej, adres, NIP

zwanymi w dalszej części umowy łącznie **Wykonawcą**,

zwanymi także łącznie **Stronami**,

W rezultacie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) oraz zgodnie z § 18 ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Państwowym Instytucie Geologicznym – Państwowym Instytucie Badawczym (Załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 32 Dyrektora Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego z dnia 26 października 2018 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Państwowym Instytucie Geologicznym – Państwowym Instytucie Badawczym z późn. zm.) została zawarta umowa (dalej „Umowa”) o treści następującej:

§ 1. Przedmiot Umowy

1. Na warunkach określonych w Umowie oraz dokumentach w niej przywołanych oraz za cenę w niej określoną,

Zamawiający odpowiednio zamawia i kupuje, a Wykonawca sprzedaje i zobowiązuje się do **dostawy, instalacji, montażu i uruchomienia zmywarki laboratoryjnej wraz z wyposażeniem** zwanego dalej „Sprzętem”, o parametrach technicznych szczegółowo opisanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy **oraz przeszkolenia użytkowników z obsługi sprzętu.**

2. Przedmiot Umowy obejmuje w szczególności:

- 1) dostawę Sprzętu do Laboratorium Chemicznego PIG-PIB w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 4, wraz z wniesieniem, instalacją, montażem i uruchomieniem we wskazanym pomieszczeniu;
- 2) zapewnienie i świadczenie serwisu gwarancyjnego na warunkach opisanych w § 6 Umowy;
- 3) dostarczenie kompletu standardowej dokumentacji dla użytkownika w formie papierowej lub elektronicznej w języku polskim wraz z dokumentami potwierdzającymi udzielenie gwarancji, o której mowa w § 6 Umowy;
- 4) przeprowadzenie szkolenia z obsługi Sprzętu.

§ 2. Termin realizacji Umowy i warunki dostawy

1. Najpóźniej w dniu podpisania Umowy, Wykonawca dostarczy specyfikacje (wymagania montażowe jakie mają spełniać przyłącza wodno-kanalizacyjne) w celu przygotowania przez Zamawiającego miejsca instalacji do montażu zamawianych urządzeń. Zamawiający zobowiązuje się do przygotowania miejsca instalacji w ciągu 3 tygodni od otrzymania specyfikacji.
2. Wykonawca dokona odbioru przyłączy, potwierdzającego przygotowanie wymaganego miejsca instalacji. Odbiór przyłączy zostanie potwierdzony Protokołem inwentaryzacji miejsca montażu (wzór dostarcza Wykonawca), podpisanym przez osoby odpowiedzialne za przeprowadzoną inwentaryzację ze strony Wykonawcy oraz Zamawiającego. Do podpisania Protokołu inwentaryzacji miejsca montażu oraz kontaktu w sprawie przygotowania wymaganego miejsca instalacji wyznacza się:
 - a. ze strony Zamawiającego:, @....., tel.:
 - b. ze strony Wykonawcy:, @....., tel.:
3. Zmiana przedstawicieli Stron wskazanych w ust. 2 oraz ich danych teleadresowych następuje poprzez zawiadomienie dokonywane na piśmie lub na adres poczty elektronicznej drugiej Strony i nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy.
4. Wykonawca, zgodnie z Ofertą stanowiącą Załącznik nr 2 do Umowy, dostarczy Sprzęt w terminie do **12 tygodni liczonych od dnia dokonania odbioru przyłączy**, co oznacza, że w tym terminie dostarczy Sprzęt, a nadto wykona inne obowiązki opisane w § 1 Umowy (za wyjątkiem gwarancji). Wykonawca nie będzie ponosił kar umownych za zwłokę w realizacji zamówienia wynikającą z ewentualnych opóźnień w przygotowaniu miejsca instalacji przez Zamawiającego.
5. Transport zostanie zapewniony (zorganizowany) przez Wykonawcę, a koszt transportu oraz inne koszty wykonania Umowy zostały wliczone w cenę oferty.
6. Wykonawca, z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni przed planowanym terminem dostawy Sprzętu, zobowiązuje się uzgodnić z osobą upoważnioną, wskazaną w § 5, termin dostawy przedmiotu Umowy, przy zachowaniu terminu określonego w ust. 4 powyżej.
7. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu wyłącznie Sprzęt fabrycznie nowy, wyprodukowany nie później niż w 2023r. (nie dotyczy koszy, modułów oraz wkładów), wraz z niezbędną dokumentacją umożliwiającą wykorzystanie wszystkich możliwości technicznych oferowanego Sprzętu. Ponadto Wykonawca oświadcza, że w chwili dostawy Sprzęt stanowić będzie jego własność, będzie wolny od wad fizycznych oraz prawnych, w tym nie będzie przedmiotem zastawu lub zajęcia w postępowaniu egzekucyjnym.
8. Dostarczony Sprzęt musi być oznaczony znakiem CE oraz posiadać karty gwarancyjne, potwierdzające udzieloną gwarancję.
9. Dostarczony Zamawiającemu Sprzęt winien bezwzględnie spełniać wymagania techniczne zawarte w Załączniku nr 1 i 2 do Umowy.

§ 3. Wynagrodzenie

1. Całkowita wartość przedmiotu Umowy wynosi:

1) netto: zł (słownie złotych:),

2) brutto zł (słownie złotych:)

zgodnie z Ofertą Wykonawcy z dnia2023 r., stanowiącą Załącznik nr 2 do Umowy.

2. Ceny jednostkowe netto zawarte w Ofercie Wykonawcy nie mogą być podwyższane w trakcie realizacji Umowy i

zostaną powiększone o podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy w szczególności cenę Sprzętu, instalacji, montażu, uruchomienia, koszty serwisu gwarancyjnego oraz koszty transportu, rozładunku i wniesienia do Zamawiającego.

§ 4. Warunki płatności

1. Podstawę do wystawienia faktury VAT będzie stanowił Protokół Odbioru bez zastrzeżeń, stanowiący Załącznik nr 3 do Umowy.
2. Wykonawca wyszczególni na fakturze wartości niżej wymienionych elementów:
 - a. Laboratoryjny automat myjąco-dezynfekujący
 - b. Kosze, moduły, wkłady (każdy w oddzielnej pozycji)
 - c. Dejonizator laboratoryjny
3. Zapłata za przedmiot Umowy nastąpi przelewem na numer rachunku bankowego Wykonawcy wskazany na fakturze (albo, w przypadku konieczności zastosowania mechanizmu podzielonej płatności – na rachunki bankowe Wykonawcy, w tym rachunek VAT Wykonawcy, wskazane na fakturze), w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu (elektronicznie na adres: faktury@pgi.gov.pl albo listownie na adres: PIG-PIB, ul Rakowiecka 4, 00 -975 Warszawa) prawidłowej pod względem merytorycznym i formalnym faktury wraz z kopią Protokołu Odbioru, podpisanego bez zastrzeżeń przez Zamawiającego.
4. Wykonawca zobowiązany jest do wpisania na fakturze numeru niniejszej Umowy. W przypadku nie wpisania na fakturze niniejszej informacji, termin płatności biegnie od daty doręczenia faktury korygującej zawierającej numer Umowy.
5. Wykonawca oświadcza, że w przypadku, gdy transakcje będące przedmiotem Umowy, są objęte solidarną odpowiedzialnością za zobowiązania podatkowe, o których mowa w przepisach o podatku od towarów i usług, wykona prawidłowo zobowiązania podatkowe, w szczególności prawidłowo określi stawki podatku od towarów i usług oraz wpłaci na rachunek urzędu skarbowego kwotę podatku od towarów i usług przypadającą na te transakcje. W przypadku uznania przez administrację podatkową, że z tytułu przedmiotu transakcji Wykonawca /Zamawiający nie wykonał prawidłowo zobowiązań podatkowych, Wykonawca zobowiązuje się do poniesienia obciążeń nałożonych na Zamawiającego przez administrację podatkową.
6. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT i posiada NIP 525-000-80-40.
7. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest zarejestrowanym czynnym/zwolnionym podatnikiem podatku VAT i posiada NIP..... oraz zobowiązuje się do poinformowania Zamawiającego o każdej zmianie statusu podmiotu VAT najpóźniej z doręczeniem faktury. W przypadku nie wypełnienia obowiązku informacyjnego Wykonawca zobowiązuje się do poniesienia obciążeń nałożonych na Zamawiającego przez administrację podatkową, z tego powodu.
8. Wykonawca zarejestrowany na potrzeby podatku od towarów i usług jako podatek VAT czynny oświadcza, że w fakturach wystawionych w związku z wykonywaniem przedmiotu niniejszej umowy, każdorazowo będzie wskazany rachunek banku, który jest ujawniony w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług („wykaz podatników VAT”).
9. W przypadku wskazania przez Wykonawcę zarejestrowanego na potrzeby podatku od towarów i usług jako podatnik VAT czynny w fakturze rachunku bankowego nieujętego w wykazie podmiotów VAT, Zamawiający uprawniony będzie do dokonania zapłaty na dowolny rachunek bankowy Wykonawcy ujawniony w wykazie podatników VAT na dzień zlecenia przelewu. W razie braku jakiegokolwiek rachunku Wykonawcy ujawnionego w powyższym wykazie, bieg terminu płatności rozpoczyna się od dnia wskazania przez Wykonawcę (na adres dla doręczania faktur), dla potrzeb płatności, rachunku bankowego ujawnionego w wykazie płatników VAT.
10. Wykonawca zarejestrowany na potrzeby podatku od towarów i usług jako podatek VAT czynny oświadcza, że zapłata przez Zamawiającego na rachunek ujawniony w wykazie podatników VAT stanowić będzie zapłatę wynagrodzenia.
11. Za termin zapłaty Strony uznają datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
12. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może przenieść na osoby trzecie w drodze przelewu lub działania o podobnym charakterze całości bądź części należności wynikających z Umowy ani swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w szczególności poprzez dokonanie cesji.
13. Zamawiający niniejszym oświadcza, iż w rozumieniu art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2022 roku poz. 893) posiada status dużego przedsiębiorcy.
14. Wykonawca oświadcza, że jest osobą fizyczną wykonującą działalność gospodarczą, zatrudniająca pracowników, zawierającą umowy zlecenie lub umowy o świadczenie usług, i tym samym nie zachodzi konieczność przedkładania przez niego, na potrzeby umowy, informacji, o której mowa w art 8b ust. 2 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za

pracę. W przypadku zmiany w wyżej wymienionych warunkach wykonywania działalności, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego, oraz do przedłożenia w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej informacji o liczbie godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, w terminie poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia, nie później niż w terminie przedłożenia Zamawiającemu faktury lub innego dokumentu księgowego. (jeśli dotyczy).

§ 5. Odbiór przedmiotu Umowy

1. W dniu i w miejscu zakończenia instalacji Sprzętu Zamawiający dokona, przy udziale przedstawiciela Wykonawcy, odbioru ilościowego i jakościowego Sprzętu. Dokonanie bez zastrzeżeń odbioru, zostanie potwierdzone Protokołem Odbioru podpisanym przez przedstawicieli Stron („Protokół Odbioru” stanowiący Załącznik nr 3 do Umowy). W przypadku zgłoszenia uwag i zastrzeżeń w protokole tym wskazany zostanie przez Zamawiającego termin na ich usunięcie.
2. Odbiór będzie polegał na sprawdzeniu ilościowym elementów dostawy, sprawdzeniu kompletności i stwierdzeniu braków lub uszkodzeń mechanicznych oraz weryfikacji zgodności Sprzętu z niniejszą Umową i dostarczoną wraz ze Sprzętem dokumentacją.
3. Sprzęt, który nie przejdzie pozytywnego odbioru, po usunięciu nieprawidłowości (polegających w szczególności na zastąpieniu nowym Sprzętem), może zostać ponownie przedstawiony przez Wykonawcę do odbioru w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych¹ od wniesienia zastrzeżeń przez Zamawiającego. Ponowny odbiór będzie polegał na stwierdzeniu zgodności Sprzętu z wymogami przewidzianymi w Umowie i powtórzeniu procedury odbioru. W takim wypadku, za datę dostawy uważa się datę dostarczenia Sprzętu wraz z niezbędną dokumentacją po usunięciu nieprawidłowości.
4. Do podpisywania Protokołu Odbioru oraz kontaktu w sprawie realizacji przedmiotu umowy wyznacza się:
 - c. ze strony Zamawiającego:@....., tel.:
 - d. ze strony Wykonawcy:@....., tel.:
5. Bez podpisów ww. osób upoważnionych do dokonania czynności odbioru, czynność odbioru jest bezskuteczna i nie stanowi podstawy do wystawienia przez Wykonawcę faktury.
6. Za datę przejścia na Zamawiającego własności Sprzętu Strony zgodnie przyjmują dzień podpisania Protokołu końcowego. Z tą samą chwilą przechodzi na Zamawiającego ryzyko przypadkowej utraty, uszkodzenia lub zniszczenia Sprzętu lub poszczególnych jego elementów.
7. Zmiana przedstawicieli Stron wskazanych w ust. 4 oraz ich danych teleadresowych następuje poprzez zawiadomienie dokonywane na piśmie lub na adres poczty elektronicznej drugiej Strony i nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy.

Strony zobowiązują się do wzajemnego przekazywania sobie niezwłocznie wszelkich informacji mogących mieć wpływ na realizację Umowy. Wykonawca niezwłocznie udzieli odpowiedzi w formie pisemnej na zgłaszane przez Zamawiającego uwagi dotyczące realizacji przedmiotu Umowy, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia zgłoszenia uwag.

§ 6. Warunki gwarancji, szkolenia i serwisu

1. Wykonawca udziela gwarancji jakości na prawidłowe działanie dostarczonego Sprzętu (wszystkich jego elementów) na okres 24 miesięcy liczonych od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru (jednak nie krótszy niż okres gwarancji producenta) oraz równolegle biegnącej rękojmi.
2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się usuwać bez dodatkowych opłat wszelkie awarie, usterki, wady i błędy w działaniu dostarczonego Sprzętu. Ewentualne koszty demontażu, dostarczenia i ubezpieczenia uszkodzonego elementu do punktu serwisowego oraz z punktu serwisowego do miejsca użytkowania Sprzętu i montażu pokrywa Wykonawca. Jeżeli rodzaj Sprzętu lub sposób jego zamontowania powoduje, że dostarczenie Sprzętu przez Zamawiającego byłoby nadmiernie utrudnione, Zamawiający udostępni Sprzęt Wykonawcy w miejscu, w którym Sprzęt się znajduje. W ciągu dwóch dni roboczych od chwili zgłoszenia awarii, usterki, wady, błędu przez Zamawiającego pocztą elektroniczną na adres:..... Wykonawca zobowiązuje się do potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia
3. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia awarii, wad lub usterek Sprzętu będącego przedmiotem Umowy maksymalnie w ciągu 10 dni roboczych od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego w sposób wskazany w ust. 2 Umowy.
4. Czas przyjmowania zgłoszeń ustala się od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.
5. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany Sprzętu na nowy, wolny od wad, jeżeli w terminie 30 dni od daty zgłoszenia ~~Sprzętu do naprawy nie może zrealizować skutecznej naprawy gwarancyjnej.~~

6. Wykonawca zapewni sprawny serwis gwarancyjny na zasadach określonych w Umowie.
7. W przypadku naprawy dokonanej w ramach gwarancji, okres gwarancyjny dla poszczególnych elementów podlegających naprawie będzie wydłużony o czas naprawy. W przypadku wymiany Sprzętu w ramach gwarancji albo gdy dokonane zostały istotne naprawy Sprzętu, okres gwarancyjny biegnie na nowo i nie może być krótszy niż określony w ust. 1 i liczony od daty dostarczenia Zamawiającemu rzeczy wolnych od wad. Jeżeli Wykonawca wymienił części Sprzętu, postanowienie powyższe stosuje się odpowiednio do części wymienionej.
8. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi z tym zastrzeżeniem, że w razie wykonywania przez Zamawiającego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Wykonawcę wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.
9. Na wypadek, gdyby dochodzenie roszczeń z tytułu gwarancji nie doprowadziło do usunięcia wady powiadomienie o wadzie dokonane zgodnie z Umową będzie miało ten sam skutek co powiadomienie o wadzie, o którym mowa w art. 563 §1 Kodeksu cywilnego.
10. Koszty usunięcia wad (w tym koszt transportu) w ramach udzielonej gwarancji ponosi w całości Wykonawca.
11. Wykonawca w żadnym przypadku nie może odmówić usunięcia wad objętych gwarancją na swój koszt bez względu na wysokość wiążących się z tym kosztów.
12. Obsługa gwarancyjna i wsparcie techniczne muszą być świadczone w języku polskim.
13. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia z obsługi Sprzętu. Termin szkolenia zostanie uzgodniony z Zamawiającym w trybie roboczym.

§ 7. Kary umowne²

1. W razie wystąpienia zwłoki w wykonaniu Umowy, ponad termin określony w § 2 ust. 4 Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1) Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
2. W razie wystąpienia zwłoki w wykonaniu obowiązków wynikających z gwarancji określonych w § 6 ponad terminy ustalone w tych postanowieniach Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,5 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1) Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
3. W przypadku odstąpienia od Umowy – przez Zamawiającego lub Wykonawcę - z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1) Umowy.
4. Kary umowne mogą być dochodzone z każdego tytułu odrębnie i podlegają sumowaniu, przy czym łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% łącznego wynagrodzenia umownego netto, określonego w § 3 ust. 1 pkt 1) Umowy.
5. Ponadto, niezależnie od kar umownych, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę jakichkolwiek zobowiązań wynikających z Umowy Zamawiający uprawniony będzie do zlecenia zastępczego wykonania lub usunięcia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.
6. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego przewyższającego kary umowne.
7. W razie wystąpienia opóźnienia w płatności za przedmiot umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia.
8. Wykonawca wyraża niniejszym nieodwołalną zgodę na potrącanie kar umownych z wszelkich przysługujących mu należności, choćby były jeszcze niewymagalne, w tym z przysługującego mu wynagrodzenia, o ile na dzień potrącenia bezwzględnie obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej. Zamawiający zawiadomi pisemnie Wykonawcę o wysokości i podstawie naliczania kar umownych.

§ 8. Odstąpienie od Umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, nie później niż do dnia zakończenia realizacji

² W przypadku, gdy poszczególne terminy realizacji liczone są w dniach roboczych, kara umowna dotyczy dni roboczych zwłoki.

- przedmiotu Umowy określonego w § 2 ust. 1. Wykonawcy przysługuje wówczas wynagrodzenie za dotychczas wykonane prace.
2. Zamawiający może odstąpić od Umowę ze skutkiem natychmiastowym (w całości lub w części) w przypadku:
 - 1) postawienia firmy Wykonawcy w stan likwidacji lub zajęcia majątku (w tym wiarygodności) Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym mu wykonanie Umowy;
 - 2) zaprzestania – choćby faktycznego – prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę;
 - 3) zaprzestania prowadzenia prac objętych Umowę na okres przekraczający 5 dni kalendarzowych.
 3. Zawiadomienie o odstąpieniu od Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający może odstąpić od Umowy w okresie jej realizacji wskazanej w § 2 powyżej wydłużonym o czas 30 dni.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy postanowienia dotyczące kar umownych, możliwości dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych, poufności, ochrony danych osobowych i właściwości sądu pozostają w mocy.

§ 9. Inne postanowienia

1. Wykonawca oświadcza, że nie zachodzi wobec niego podstawa wykluczenia przewidziana w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).
2. W trakcie realizacji umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w ust. 1, w szczególności do:
 - 1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie spełniania przez Wykonawcę ww. wymogu i dokonywania ich oceny;
 - 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia wskazanego powyżej wymogu.
3. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dokumentów lub wyjaśnień w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę wymogu, o którym mowa w ust. 1, traktowane będzie jako niewłaściwe wykonywanie Umowy.

§ 10. Ochrona danych osobowych

1. Zamawiający udostępnia Wykonawcy dane osobowe w celu i zakresie niezbędnym do wykonania Umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO.
2. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania udostępnionych przez Zamawiającego danych osobowych zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego o ochronie danych osobowych, *w szczególności z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej „RODO”.*
3. Wykonawca oświadcza, że stosuje powszechnie obowiązujące przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
4. Zakres udostępnianych danych osobowych obejmuje dane pracowników w zakresie: imienia, nazwiska, adresu mailowego, numeru telefonu.
5. Udostępnione przez Zamawiającego dane osobowe będą przetwarzane przez Wykonawcę wyłącznie w celu realizacji Umowy w zakresie, o którym mowa w §1.
6. Wykonawca zobowiązuje się, przy przetwarzaniu udostępnionych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, *w szczególności zgodnie z art. 32 RODO.* Wykonawca poinformuje na piśmie Zamawiającego o zastosowanych środkach technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych zgodnie z art. 32 RODO.
7. Wykonawca zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu udostępnionych danych osobowych.
8. Wykonawca zapewni, że osoby, które będą zaangażowane w czynności przetwarzania danych osobowych w ramach jego organizacji:
 - a) otrzymają pisemne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;
 - b) będą zaznajomione z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych (z uwzględnieniem ich ewentualnych zmian) oraz z odpowiedzialnością za ich nieprzestrzeganie;
 - c) będą dokonywały czynności przetwarzania danych osobowych wyłącznie na polecenie Administratora;
 - d) zobowiążą się do bezterminowego zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz stosowanych przez Wykonawcę sposobów ich zabezpieczenia, o ile taki obowiązek nie wynika dla nich z odpowiednich przepisów.

9. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy udostępnionych danych osobowych także po ustaniu Umowy.
10. Wykonawca, uwzględniając charakter przetwarzania danych osobowych oraz dostępne mu informacje, ma obowiązek współdziałania z Zamawiającym w wywiązaniu się z obowiązków określonych w art. 32–36 RODO.
11. W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych, w szczególności o którym mowa w art. 4 pkt 12 RODO, Wykonawca zobowiązuje się do bezzwłocznego poinformowania Zamawiającego, w formie pisemnej oraz dodatkowo na adres mailowy iod@pgi.gov.pl, o tym fakcie w okresie do 24 godzin, wskazując okoliczności i zakres naruszenia.
12. Jeżeli Wykonawca realizując Umowę zleci podwykonawcom prace, w trakcie których będą przetwarzane dane osobowe, odpowiednio powierzy im, za zgodą Zamawiającego, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie tych danych na warunkach zgodnych z postanowieniami Umowy. W przypadku zlecenia prac podwykonawcom, Wykonawca odpowiada za szkody, jakie powstaną wobec Zamawiającego lub osób trzecich na skutek przetwarzania przez podwykonawców danych osobowych niezgodnie z Umową lub przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
13. Wykonawca jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią Umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym
14. Wykonawca zapewni w okresie obowiązywania Umowy pełną ochronę danych osobowych oraz zgodność ze wszelkimi obecnymi oraz przyszłymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych i prywatności.
15. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za wykonywanie obowiązków wynikających z niniejszego paragrafu.
16. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie zastosowanie mają przepisy RODO.
17. Wykonawca oświadcza, że akceptuje postanowienia umowne w zakresie ochrony danych osobowych.

§ 11. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa w Polsce.
2. Ewentualne spory wynikłe z realizacji Umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy, o ile w jej treści nie postanowiono inaczej, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania przez Strony, w przypadku jeżeli podpisy Stron nie są złożone jednocześnie Umowa wchodzi w życie z momentem złożenia ostatniego podpisu - jeśli dotyczy.
5. Umowa została zawarta w 3 egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy / umowa zawarta w postaci elektronicznej i opatrzona przez każdą ze Stron kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
6. Do Umowy dołączono następujące załączniki, które stanowią jej integralną część:

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.

Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy z dniar.

Załącznik nr 3 – Wzór Protokołu odbioru.

Załącznik nr 4 – Wydruk KRS/CEDIG z dniar.

ZAMAWIAJĄCY:

.....

WYKONAWCA:

.....

Protokół Odbioru

spisany w dniur. w Warszawie dotyczy realizacji umowy sygn.z dnia

Strona przekazująca:

reprezentowana przez:

Strona odbierająca:

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa, reprezentowany przez:

.....

Niniejszy protokół potwierdza dostawę / instalację / uruchomienie* **zmywarki laboratoryjnej wraz z wyposażeniem** oraz szkolenie dla użytkowników*

Przed przekazaniem sprzętu stronie odbierającej dokonano *:

- Sprawdzenia kompletności dostawy
- Przekazania dokumentacji sprzętu
- Uruchomienia urządzenia
- Przeszkolenia personelu w zakresie obsługi sprzętu

Dostawę sprzętu / instalację / uruchomienie / szkolenie z obsługi * przyjęto bez zastrzeżeń/z zastrzeżeniami*
.....

Strona przekazująca:

Strona odbierająca:

*-niepotrzebne skreślić

WYKAZ DOSTAW

My niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz:

.....

(nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

niniejszym oświadczamy, że ubiegając się o zamówienie publiczne na **Dostawę, instalację i uruchomienie zmywarki laboratoryjnej wraz z wyposażeniem oraz szkolenie dla użytkowników** w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, zrealizowaliśmy następujące usługi:

Dostawy na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt 5 ppkt 1) Zapytania ofertowego:

L.p.	Przedmiot zrealizowanej dostawy	Wartość zamówienia netto w PLN	Nazwa i adres podmiotu, na rzecz którego dostawa została wykonana	Data wykonania dostawy
1.			
2.			

W załączeniu dokumenty potwierdzające, że wyżej wyszczególnione dostawy zostały wykonane należycie.

W przypadku, gdy dostawa była realizowana dla PIG-PIB, Zamawiający nie wymaga składania dokumentów potwierdzających wykonanie tych dostaw.

....., dnia

.....
 podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela