

Jarocin, dn. 17.08.2021 r.

Powiat Jarociński
Al. Niepodległości 10
63-200 Jarocin

A-OZPI.272.2.5.2021.JM3

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) na dostawę pn.: „Doposażenie Szpitala Powiatowego w Jarocinie Sp. z o.o.”.

Zamawiający – Powiat Jarociński, działając zgodnie z art. 135 ust. 2 i 6 oraz art. 137 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) udziela wyjaśnień treści SWZ, udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, zmienia treść SWZ oraz udostępnia dokonaną zmianę treści SWZ zgodnie z poniższym:

Pytanie 1

Dotyczy

zmiany pracy zespołu pracowni TK (np. poranna, popołudniowa, wieczorna itd.),

Czy Zamawiający jako równoważone uzna przeglądanie historii dawki w wybranych godzinach zamiast stale zdefiniowanych zmian?

Odpowiedź 1

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2

Dotyczy

Bazodanowe oprogramowanie tworzące automatyczne tygodniowe / miesięczne / roczne raporty dotyczące dawek w pracowni z danych zebranych z tomografu komputerowego z porównaniem tych danych dla określonej populacji

Czy Zamawiający dopuści oprogramowanie tworzące wymagane raporty bez porównania ich z danymi dla określonej populacji?

Odpowiedź 2

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3

Dotyczy

Bazodanowe oprogramowanie umożliwiające wyliczenie SSDE (ang. Size-Specific Dose Estimate – szacowanej wielkości dawki zależnej od rozmiaru). Wartość SSDE ma być wyliczana dla każdej serii badania.

Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję i wskazującego wyłącznie na jednego producenta systemu.

Odpowiedź 3

Zamawiający wymaga Bazodanowego oprogramowania umożliwiającego wyliczenie szacowanej wielkości dawki zależnej od rozmiaru. Wartość ma być wyliczana dla każdej serii badania.

Pytanie 4

Dotyczy

Szkolenie personelu niezbędnego do obsługi systemu monitorowania dawki zawierające przynajmniej:

- *szkolenie z obsługi systemu,*
- *analiza danych historycznych,*
- *tworzenie raportów analitycznych*

Prosimy o podanie ilości osób niezbędnych do przeszkolenia.

Odpowiedź 4

Ilość osób niezbędnych do przeszkolenia: 5.

Pytanie 5

Dotyczy

Szkolenie personelu niezbędnego do obsługi systemu monitorowania dawki zawierające przynajmniej:

- *szkolenie z obsługi systemu,*
- *analiza danych historycznych,*
- *tworzenie raportów analitycznych*

Prosimy o rezygnację wymagania szkoleń z analizy danych historycznych oraz tworzenia raportów analitycznych. Wykonawca nie jest w stanie przewidzieć jaki jest stan wiedzy z zakresu statystyki i analizy danych aby rzetelnie wycenić takie szkolenie.

Odpowiedź 5

Podtrzymujemy zapisy SWZ.

STAROSTA
Lidia Czechak