



WIELKOPOLSKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNY W ŚREMIE
SAMODZIELNY PUBLICZNY
SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
63-100 ŚREM, UL. MICKIEWICZA 95

WIELKOPOLSKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNY
SAMODZIELNY PUBLICZNY
SPECIALISTYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
63-100 Śrem, ul. Mickiewicza 95
tel. 61 22 46 300, fax 61 22 46 316
REGON 630833353 NIP 785-16-11-813

Śrem, 22.11.2022 r.

POR-ZP.3720.7/2022

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na „Sukcesywne zakupy i dostawy materiałów medycznych dla Wielkopolskiego Ośrodka Reumatologicznego SP SZOZ w Śremie.” – znak sprawy POR-ZP.3720.7/2022.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1. Dotyczy pakietu nr 2 poz.1. Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 2 poz. 1 i czy dopuści: Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m², nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 9x12cm, trzykrotnie złożone, 6 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki (każde dwie saszetki połączone perforacją), 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym kartoniku? lub Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m², nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 12x12,5cm, czterokrotnie złożone, 9 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki (każde dwie saszetki połączone perforacją), 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym-kartoniku?

Odp. Nie. Zamawiający nie wydzieli.

Pytanie 2. Dotyczy pakietu nr 2 poz.3. Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 2 poz. 3?

Odp. Nie. Zamawiający nie wydzieli.

Pytanie 3. Dotyczy umowy - prosimy do paragrafu 7 dopisać na końcu ustęp 5 o treści: Kary umowne jakie może naliczyć Zamawiający w związku z opóźnieniem w realizacji zamówienia mogą być zastosowane tylko w przypadku, gdy Zamawiający nie posiada aktualnie zaległości w płatnościach na rzecz Wykonawcy starszych niż 14 dni od upływu pierwotnego terminu płatności. Wznowiony bieg terminu realizacji zamówienia, po którego przekroczeniu Zamawiający może naliczać kary umowne następuje od dnia zaksięgowania



CZŁONEK POLSKIEJ I EUROPEJSKIEJ SIECI SZPITALI PROMUJĄCYCH ZDROWIE

<http://reumatologia.srem.net>
tel. +48 61 22 46 300

por@reumatologia.srem.net
fax +48 61 22 46 316





WIELKOPOLSKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNY W ŚREMIE
SAMODZIELNY PUBLICZNY
SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
63-100 ŚREM, UL. MICKIEWICZA 95

zaległych środków na koncie Wykonawcy lub o dopisanie na końcu paragrafu 7 ustęp 5 o treści: "W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty faktury za dostarczony towar, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych i równocześnie przysługuje mu prawo naliczania kar umownych w wysokości 0.5% wartości brutto z faktury za każdy dzień zwłoki w płatności lub Prosimy o zmniejszenie kar umownych, którym podlegać ma Wykonawca. W obecnej sytuacji chronione są głównie interesy Zamawiającego. Prosimy o wprowadzenie zapisów chroniących interesy Wykonawcy, równoważnie do tych chroniących interesy Zamawiającego.

Odp. Zamawiający dopisze w § 7 ust. 5 o treści: W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty faktury za dostarczony towar, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych i równocześnie przysługuje mu prawo naliczania kar umownych w wysokości 0.5% wartości brutto z faktury za każdy dzień zwłoki w płatności.

Pytanie 4. Czy w Pakiecie 6 poz. 1 Zamawiający dopuści zaferowanie pasków testowych z polem testowym obejmującym wycinek szerokości paska (kapilara zasysająca krew) umożliwiającym szybkie i dokładne zassanie odpowiedniej ilości krwi przez pasek. Szerokie pole testowe w rzeczywistości spowalnia ten proces.

Odp. Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 5. Czy w Pakiecie 6 poz. 1 Zamawiający dopuści paski testowe konfekcjonowane w opakowaniach x 50 szt. (po przeliczeniu na odpowiednią liczbę opakowań) z okresem stabilności 6 miesięcy po pierwszym otwarciu fiolki?

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6. Czy w Pakiecie 6 poz. 1 Zamawiający dopuści paski testowe pobierające próbki o wielkości 0,5 mikrolitra? Personelowi i pacjentom jest obojętne czy będzie to 0,5 czy 0,6 mikrolitra bo nie odczuwają żadnej różnicy między tymi wartościami?

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7. Czy w Pakiecie 6 poz. 1 Zamawiający dopuści paski testowe do glukometru z czasem pomiaru wynoszącym 5 sekund? Czynności związane z pobieraniem i nakładaniem próbki oraz uruchomieniem glukometru są trwają wielokrotnie dłużej niż sam czas pomiaru, zatem nie ma znaczenia czy czas ten będzie wynosił 4 czy 5 sekund.

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8. Czy w Pakiecie 6 poz. 1 Zamawiający dopuści paski przeznaczone do wykonywania pomiarów we krwi łośniczkowej osób dorosłych i noworodków? Pomiary we krwi żyłnej i tętnicznej nie są w praktyce wykonywane przy użyciu glukometru ze względu na trudności w pobraniu i prawidłowym wprowadzeniu takiej próbki krwi na pasek.

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9. Czy z uwagi na fakt, że glukometr nie jest urządzeniem przeznaczonym do precyzyjnej oceny glikemii postmortem, a stężenie glukozy spadające poniżej 50



CZŁONEK POLSKIEJ I EUROPEJSKIEJ SIECI SZPITALI PROMUJĄCYCH ZDROWIE

<http://reumatologia.srem.net>
tel. +48 61 22 46 300

por@reumatologia.srem.net
fax +48 61 22 46 316





WIELKOPOLSKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNY W ŚREMIE
SAMODZIELNY PUBLICZNY
SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
63-100 ŚREM, UL. MICKIEWICZA 95

mg/dl już stanowi zagrożenie zdrowia i życia pacjenta wymagające pilnej interwencji medycznej, Zamawiający dopuści w Pakiecie 6 poz. 1 paski testowe z zakresem wyników pomiaru wynoszącym 20-600mg/dl (przy stężeniu <20mg/dl glukometr wyświetla wówczas komunikat „Lo” oznaczający spadek stężenia glukozy poniżej 20mg/dl)? W przypadku odmowy prosimy o merytoryczne wyjaśnienie, gdyż żaden glukometr nie jest w stanie precyzyjnie określić czy rzeczywiste stężenie glukozy we krwi wynosi 10 mg/dl czy też 20 mg/dl - różnica między tymi wartościami jest bowiem mniejsza od błędu pomiarowego glukometru.

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10. Czy Zamawiający dopuści paski współpracujące z glukometrami o pamięci min. 450 wyników bez wyliczania średnich. Przeglądanie wyników zapisanych w pamięci glukometru, a tym bardziej średnich nie ma sensu w warunkach pracy szpitala, gdzie ten sam glukometr jest stosowany u wielu różnych pacjentów – gdyż dane takie nie mają wówczas żadnej wartości informacyjnej.

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 11. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 6 poz. 2 nakłuwacze o standardowej grubości igły 21G i głębokości nakłucia 1,8 mm?

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 12. Z uwagi na podejrzenie, że do obrotu wprowadzane są obecnie paski testowe do glukometrów nie posiadające certyfikatu pozwalającego na zgodne z prawem dopuszczenie danego modelu pasków i glukometrów do obrotu i używania, prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga przedłożenia wraz z ofertą na w Pakiecie 6 poz. 1 certyfikatu zgodności z Dyrektywą 98/79/WE (Certyfikat CE), na którym znajduje się konkretnie wskazana nazwa handlowa pasków testowych (taki dokument potwierdza spełnianie wszystkich norm wymaganych przez UE dla pasków testowych i możliwość wprowadzenia do obrotu). Brak podania nazwy handlowej wyrobu na certyfikacie lub na załączniku do certyfikatu wskazuje, że Zamawiający ma w rzeczywistości do czynienia z wyrobem nie posiadającym wymaganego prawem certyfikatu.

Odp. Tak. Zamawiający wymaga.

Pytanie 13. Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane w Pakiecie 6 poz. 1 paski testowe były wyrobem refundowanym przez MZ w dniu złożenia oferty? Refundacja zapewnia ciągłość dostaw pasków na rynku, gdyż wymusza na podmiotach oferujących paski testowe utrzymywanie ciągłej dostępności pasków dla pacjentów. Ponadto refundacja zapewnia, że paski testowe zostały legalnie wprowadzone do obrotu, gdyż ich dokumentacja jest weryfikowana na szczeblu urzędowym.

Odp. Tak. Zamawiający wymaga.

Pytanie 14. Pakiet 1, pozycja 5-6. Czy Zamawiający dopuści cewniki CH18 i CH16 w dwóch wariantach pojemności balonu do wyboru przez Zamawiającego: 5-10ml oraz



CZŁONEK POLSKIEJ I EUROPEJSKIEJ SIECI SZPITALI PROMUJĄCYCH ZDROWIE

<http://reumatologia.srem.net>
tel. +48 61 22 46 300

por@reumatologia.srem.net
fax +48 61 22 46 316





WIELKOPOLSKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNY W ŚREMIE
SAMODZIELNY PUBLICZNY
SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
63-100 ŚREM, UL. MICKIEWICZA 95

30ml?

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 15. Pakiet 1, pozycja 7-8. Czy Zamawiający dopuści cewnik Nelaton CH16 oraz CH18 o długości 400mm bez balonu? Reszta parametrów zgodna z SWZ.

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 16. Pakiet 1, pozycja 7-8. Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley wykonany z lateksu silikonowanego? Reszta parametrów zgodna z SWZ.

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 17. Pakiet 1, pozycja 10,11. Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100 szt. z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 18. Pakiet 1, pozycja 18. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie fartucha w rozmiarze L oraz XL?

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 19. Pakiet 1, pozycja 18. Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'10 szt. z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 20. Pakiet 1, pozycja 20. Czy Zamawiający dopuści filtr bakteryjno-wirusowy dla dorosłych (bez HME) o następujących parametrach:

- przeznaczony do stosowania u pacjentów wentylowanych mechanicznie
- montowany pomiędzy rurką intubacyjną lub tracheostomijną, a układem oddechowym oraz na wlocie i wylocie gazów respiratora lub aparatu do znieczulenia
- Tworzywa: obudowa: SBC / PP; medium filtracyjne: PP; zatyczka portu CO2: PE
- Parametry: objętość oddechowa (VT): 300 – 1500 ml; przestrzeń martwa: 45 ml; waga: 29 g; skuteczność bakteryjna: 99,9999%; skuteczność wirusowa: 99,9995%.
- opór przepływu:

wartość przepływu	faza wdechu	faza wydechu
0,5 l / s	1,4 hPa	1,3 hPa
1,0 l / s	3,3 hPa	3,2 hPa
1,5 l / s	5,5 hPa	5,4 hPa

- połączenia: 22F / 15M – 22M / 15F
- port CO2 zabezpieczony koreczkiem luer lock
- nie zawiera lateksu oraz ftalanów
- jednorazowego użytku
- sterylizowany tlenkiem etylenu



System zarządzania
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 9195231657

CZŁONEK POLSKIEJ I EUROPEJSKIEJ SIĘCI SZPITALI PROMUJĄCYCH ZDROWIE

<http://reumatologia.srem.net>
tel. +48 61 22 46 300

por@reumatologia.srem.net
fax +48 61 22 46 316



CERTYFIKAT 2019/13



WIELKOPOLSKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNY W ŚREMIE
SAMODZIELNY PUBLICZNY
SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
63-100 ŚREM, UL. MICKIEWICZA 95

- opakowanie: folia / papier?

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 21. Pakiet 1, pozycja 42,43. Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'50 szt. z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 22. Pakiet 1, pozycja 58. Czy Zamawiający oczekuje papierów oryginalnych, gwarantujących najwyższą jakość wydruku?

Odp. Tak. Zamawiający oczekuje papierów oryginalnych.

Pytanie 23. Pakiet 1, pozycja 50. Czy Zamawiający dopuści Osłona na lampę z kołnierzem plastikowym operacyjną średnica 130mm lub 127mm?

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 24. Pakiet 1, pozycja 59. Czy Zamawiający dopuści podkład w rozmiarze 90x130cm?

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 25. Pakiet 1, pozycja 60. Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'25 szt. z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 26. Pakiet 1, pozycja 65. Czy Zamawiający dopuści pojemniki do kawy niesterylne pakowane w opak. zbiorcze a'100 szt. oraz ich wycenę z zaokrągleniem do pełnych opakowań – 3 opak?

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 27. Pakiet 1, pozycja 67. Czy Zamawiający dopuści pojemniki do moczu niejałowe pakowane w opak. zbiorcze a'90 szt. oraz ich wycenę z zaokrągleniem do pełnych opakowań – 34 opak?

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 28. Pakiet 1, pozycja 69. Czy Zamawiający dopuści pojemniki o poj. 15 lub 30ml?

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 29. Pakiet 1, pozycja 70. Czy Zamawiający dopuści pojemniki o poj. 70ml?

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 30. Pakiet 1, pozycja 73. Czy Zamawiający dopuści pojemniki 0,7l okrągłe?

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 31. Pakiet 1, pozycja 77. Czy Zamawiający dopuści pojemnik o poj. 2,5l?

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza.



CZŁONEK POLSKIEJ I EUROPEJSKIEJ SIECI SZPITALI PROMUJĄCYCH ZDROWIE

<http://reumatologia.srem.net>
tel. +48 61 22 46 300

por@reumatologia.srem.net
fax +48 61 22 46 316





WIELKOPOLSKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNY W ŚREMIE
SAMODZIELNY PUBLICZNY
SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
63-100 ŚREM, UL. MICKIEWICZA 95

Pytanie 32. Pakiet 1, pozycja 84. Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'20 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 33. Pakiet 1, pozycja 89. Czy Zamawiający dopuści rękawice foliowe w dwóch rozmiarach M oraz L?

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 34. Pakiet 1, pozycja 90. Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'10 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 35. Pakiet 1, pozycja 91-94. Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne grubość na palcu 0,17mm \pm 0,01, na dłoni 0,14mm \pm 0,01, oraz na mankiecie 0,11mm \pm 0,01? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 36. Pakiet 1, pozycja 106-109. Czy Zamawiający dopuści wycenę za opak. a'10 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 37. Pakiet 1, pozycja 110. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwetek z włókniny typu spunlace?

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 38. Pakiet 1, pozycja 111,112. Czy Zamawiający dopuści ubranie wykonane z włókniny SMS gr. 35g, nieprześwitujące, antystatyczne, oddychające, w kolorze niebieskim, bluza z krótkim rękawem, posiada wycięcie "V" zakończone obszyciem w kolorze ubrania, 3 kieszenie (2 w dolnej części oraz jedna mniejsza w części górnej), spodnie z trokami w pasie?

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 39. Pakiet 1, pozycja 118. Czy Zamawiający dopuści rurki zbrojonej z przewodnicą oraz strzykawki – pakowane osobno?

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 40. Pakiet 1, pozycja 118. Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną z mankietem, przewodnicę do intubacji oraz strzykawkę LUER - każda pozycja pakowana osobno?

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 41. Pakiet 1, pozycja 119. Czy Zamawiający dopuści zestaw z końcówką do ssaka Yankauer o długości całkowitej końcówki 27cm?

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza.



CZŁONEK POLSKIEJ I EUROPEJSKIEJ SIECI SZPITALI PROMUJĄCYCH ZDROWIE

<http://reumatologia.srem.net>
tel. +48 61 22 46 300

por@reumatologia.srem.net
fax +48 61 22 46 316





WIELKOPOLSKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNY W ŚREMIE
SAMODZIELNY PUBLICZNY
SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
63-100 ŚREM, UL. MICKIEWICZA 95

Pytanie 42. Pakiet 2, pozycja 5. Czy Zamawiający dopuści gogle ochronne bez gumki?
Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 43. Pakiet 2, pozycja 6. Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?
Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 44. Pakiet 2, pozycja 9. Czy Zamawiający dopuści fartuch o odporności na przenikanie cieczy >20 cm H₂O, wytrzymałości na wypychanie na sucho 145.8 kPa, wytrzymałości na rozciąganie na mokro 88.5 N?
Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 45. Pakiet 2, pozycja 36. Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100szt. z przeliczeniem zamawianych ilości?
Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 46. Pakiet 2, pozycja 37. Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'30 szt. z przeliczeniem zamawianych ilości?
Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 47. Pakiet 2, pozycja 47-49. Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'15 szt. z przeliczeniem zamawianych ilości?
Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 48. Pakiet 2, pozycja 47-49. Czy Zamawiający dopuści pieluchy pakowane po 15 sztuk?
Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 49. Pakiet 2, pozycja 66. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie plastrów pakowanych a'4szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?
Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 50. Pakiet 2, pozycja 68. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie koszuli dla pacjenta w rozmiarze uniwersalnym pasującym również na osobę noszącą rozmiar XL?
Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 51. Pakiet 2, pozycja 68. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie koszuli dla pacjenta w kolorze granatowym?
Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 52. Pakiet 2, pozycja 68. Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'10 szt. z przeliczeniem zamawianych ilości?



CZŁONEK POLSKIEJ I EUROPEJSKIEJ SIECI SZPITALI PROMUJĄCYCH ZDROWIE

<http://reumatologia.srem.net>
tel. +48 61 22 46 300

por@reumatologia.srem.net
fax +48 61 22 46 316





WIELKOPOLSKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNY W ŚREMIE
SAMODZIELNY PUBLICZNY
SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
63-100 ŚREM, UL. MICKIEWICZA 95

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 53. Pakiet 2, pozycja 69-72. Czy Zamawiający dopuści ubranie wykonane z włókniny SMS gr. 35g, nieprześwitujące, antystatyczne, oddychające, bluza z krótkim rękawem, posiada wycięcie "V" zakończone obszyciem w kolorze ubrania, 3 kieszenie (2 w dolnej części oraz jedna mniejsza w części górnej), spodnie z trokami w pasie. Dostępne w w dwóch kolorach: zielonym, niebieskim?

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 54. Pakiet 2, pozycja 76. Czy Zamawiający dopuści serwetę z laminatu 2 warstwowego (PE + PP) 50cm x 50cm?

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 55. Pakiet 2, pozycja 76. Czy Zamawiający dopuści serwetę z laminatu 2 warstwowego (PE + PP) 50cm x 75cm z otworem o średnicy 7cm, bez rozcięcia?

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 56. Pakiet 2, pozycja 76. Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie: 6 x Tupfer gazowy bez nitki RTG 17N 20cm x 20cm; 2 x Rękawice diagn. lateksowe bezpudrowe rozm. M; 1 x Serweta chirurgiczna 50cm x 60cm 2-warstwowa; 1 x Serweta chirurgiczna 50cm x 60cm 2-warstwowa, z centralnym otworem o śr. 7cm i rozcięciem; 1x Pęseta plastikowa niebieska 13cm; 1 x Pojemnik PP 3-komorowy 19,5 x 13 x 3,5cm, przezroczysty?

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 57. Pakiet 2, pozycja 77. Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetę główną samoprzylepną o wymiarach 200 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 8 cm x 85 cm?

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 58. Pakiet 2, pozycja 77. Czy Zamawiający dopuści serwetę na stół instrumentariuszki wykonaną z warstwy nieprzemakalnej folii PE o gramaturze 40 g/m², wzmocnioną hydrofilową włókniną wiskozowo-poliestrową o wymiarach 65 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 70g/m² ?

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 59. Pakiet 2, pozycja 78. Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie: Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m² w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowana z dwoma poczwórnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m². (1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm; 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm; 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm; 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm; 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm; 1 x wzmocniona



CZŁONEK POLSKIEJ I EUROPEJSKIEJ SIECI SZPITALI PROMUJĄCYCH ZDROWIE

<http://reumatologia.srem.net>
tel. +48 61 22 46 300

por@reumatologia.srem.net
fax +48 61 22 46 316





WIELKOPOLSKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNY W ŚREMIE
SAMODZIELNY PUBLICZNY
SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
63-100 ŚREM, UL. MICKIEWICZA 95

osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm; 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm)?

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 60. Pakiet 2, pozycja 78. Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik instrumentariuszki wykonaną z warstwy nieprzemakalnej folii PE o gramaturze 40 g/m², wzmocnioną hydrofilową włókniną wiskozowo-poliestrową o wymiarach 65 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 70 g/m² ?

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 61. Pakiet 2, pozycja 78. Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik Mayo wykonaną z folii PE o gramaturze 50 g/m² wzmocnioną chłonną włókniną wiskozowo-poliestrową o wymiarach 60 cm x 145 cm i gramaturze 30 g/m². Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m². Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania ?

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 62. Pakiet 3, pozycja 5-8. Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe o grubość na palcu 0,11mm +/-0,01mm, na dłoni 0,07 +/-0,01 mm?

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 63. Dot. zapisów umowy: Czy Zamawiający w §6 ust. 6 (oraz w zapisach SWZ rozdział 4 pkt. 4.1) uaktualni normy EN 15223-1:2012 oraz EN 1041+A1:2013-12 na zastąpione nowymi, tj. odpowiednio: EN ISO 15223-1:2021 i EN ISO 20417:2021?

Odp. Zamawiający zmodyfikuje zapisy umowy w §6 ust. 6 umowy oraz zapisy SWZ rozdział 4 pkt. 4.1 w zakresie w/w norm.

Pytanie 64. Dot. zapisów umowy: Czy Zamawiający dookreśli w §6 ust. 3, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem? Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego.

Odp. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

Pytanie 65. Dot. zapisów umowy: Czy Zamawiający doda zapis w §12 ust.1, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami oraz dwukrotna zwłoka dotyczy kolejnych po sobie dostaw? Obecny zapis umowy może powodować uprzywilejowanie jednej ze stron umowy co może być niezgodne z zasadami społeczno – gospodarczymi określonymi w kodeksie cywilnym. W związku z powyższym koniecznym jest zmiana zapisu.

Odp. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ. Zamawiający celowo sformułował w taki sposób przesłankę odstąpienia od umowy. W przeciwnym



CZŁONEK POLSKIEJ I EUROPEJSKIEJ SIECI SZPITALI PROMUJĄCYCH ZDROWIE

<http://reumatologia.srem.net>
tel. +48 61 22 46 300

por@reumatologia.srem.net
fax +48 61 22 46 316





WIELKOPOLSKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNY W ŚREMIE
SAMODZIELNY PUBLICZNY
SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
63-100 ŚREM, UL. MICKIEWICZA 95

wypadku, potencjalny nierzetelny Wykonawca mógłby co drugą dostawę uchybiać terminowi dostawy, który jest kryterium ocenianym i nie ponosić z tego powodu żadnych negatywnych konsekwencji, poza niewielką karą umowną.

Pytanie 66. Dot. zapisów umowy: Czy Zamawiający dookreślił w §12 ust. 1, iż dwukrotna zwłoka/braki w dostawie uprawniająca do odstąpienia od umowy musi wystąpić w 2 kolejnych po sobie dostawach?

Odp. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

Pytanie 67. Pakiet nr 7 poz. 2. Prosimy o informacje czy nie doszło do omyłki pisarskiej i Zamawiający miał na myśli preparat typu Velodes Soft posiadającego w składzie glicerynę a nie lanolinę, nie wykazującego działania bójczego na wirus Noro (tak jak w opisie w poz. 1). Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Odp. Zamawiający miał na myśli preparat Velodes Soft posiadający w składzie m.in. glicerynę oraz nie wykazujący działania bójczego na wirusa Noro.

Pytanie 68. Pakiet nr 7 poz. 8,9. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do oceny alkoholowych chusteczek typu Velox Duo wiper wykazujących działanie bójcze na B, F (C. albicans), Tbc, wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, BVDV), Rota, Noro. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 69. Pakiet nr 7 poz. 21. Prosimy o informacje czy nie doszło do omyłki pisarskiej i Zamawiający miał na myśli preparat opisany j.w punkt 20 a nie 18.

Odp. Zamawiający miał na myśli preparat opisany tak jak w pozycji 20.

Pytanie 70. Pakiet nr 7 poz. 29. Prosimy o informacje czy nie doszło do omyłki pisarskiej i Zamawiający miał na myśli preparat szybko działający gotowy do użycia w postaci płynu (piany) a nie chusteczek typu Incidin OxyFoam S na bazie H2O2 bez zawartości alkoholu, chloru, kwasu nadoctowego, QAV oraz poliaminy. Spektrum działania B, Tbc, F, V, spory (Cl. Difficile) – 5 min. Preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni w tym medycznych np. sondy USG. Opakowanie 750 ml ze spryskiwaczem.

Odp. Zamawiający miał na myśli preparat szybko działający gotowy do użycia w postaci płynu (piany) na bazie H2O2 bez zawartości alkoholu, chloru, kwasu nadoctowego, QAV oraz poliaminy. Spektrum działania B, Tbc, F, V, spory (Cl. Difficile) – 5 min. Preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni w tym medycznych np. sondy USG. Opakowanie 750 ml ze spryskiwaczem.

Pytanie 71. Pakiet nr 7 poz. 35. W związku z wycofaniem preparatu Spitaderm 5 I prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do oceny preparatu pakowanego w opakowanie 500 ml z odpowiednim przeliczeniem ilości tj. 260 op.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę z odpowiednim przeliczeniem.



CZŁONEK POLSKIEJ I EUROPEJSKIEJ SIECI SZPITALI PROMUJĄCYCH ZDROWIE

<http://reumatologia.srem.net>
tel. +48 61 22 46 300

por@reumatologia.srem.net
fax +48 61 22 46 316





WIELKOPOLSKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNY W ŚREMIE
SAMODZIELNY PUBLICZNY
SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
63-100 ŚREM, UL. MICKIEWICZA 95

Pytanie 72. Pakiet nr 7 poz. 36. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do oceny spirytusu skażonego hibitantem 0,5 % posiadającego w składzie 0,025 g chlorheksydyny diglukonianu. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 73. Dot. wzoru umowy §7 ust. 1 ppkt. 2). Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu umowy w zakresie §7 ust. 1 ppkt. 2) w sposób następujący: „2) w wysokości 0,5 % wartości brutto asortymentu niedostarczonego w terminie określonym w § 2 ust. 2 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, z jednoczesnym zastrzeżeniem, iż ta zwłoka nie może trwać dłużej niż 3 dni. Po upływie ww. terminu Zamawiający dokona zakupu asortymentu tej samej ilości i tego samego gatunku u innego Wykonawcy, a w przypadku zaistnienia różnicy w kosztach zakupu, zaistniałą różnicą obciąży Wykonawcę, przy czym różnica nie może przekroczyć 10% wartości zamówionego i niedostarczonego towaru wynikającego z załącznika cenowego do niniejszej umowy.”

Odp. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

Pytanie 74. Dot. wzoru umowy §11 ust. 1. Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu umowy w zakresie §7 ust. 1 ppkt. 2) w sposób następujący: „1. Przez „siłę wyższą” rozumie się wydarzenia, których nie można było przewidzieć ani zapobiec, a które zaistniały po zawarciu niniejszej umowy. W szczególności za „siłę wyższą” uznać należy takie wydarzenia, jak działania wojenne, niepokoje społeczne, trzęsienia ziemi, klęski żywiołowe, pożary, powódzie, działania władz, epidemie – o ile mają wpływ na prawidłowe realizowanie postanowień niniejszej umowy i nie są wynikiem okoliczności zawnionej przez stronę.”

Odp. Zamawiający dokona modyfikacji ww. zapisu

Pytanie 75. Pakiet 3 poz.1-4. Z uwagi na fakt, że poziom protein w rękawicach bezpośrednio wpływa na ilość reakcji alergicznych wśród personelu prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy oczekuje obniżonego poziomu protein, tj. ≤ 11 ug/g rękawicy, potwierdzonego raportem z badań niezależnego laboratorium?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie rękawic o obniżonym poziomie protein potwierdzonym raportem z badań z niezależnego laboratorium, ale nie stawia takiego wymogu.

Pytanie 76. Pakiet 3 poz. 5-8. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie niesterylnych jednorazowych rękawic diagnostycznych ochronnych bezpydrowych nitrylowych. Powierzchnia wewnętrzna i zewnętrzna-polimer butadienowy, wewnętrzna chlorowana. Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń. Równomiernie rolowany brzeg mankietu, zapobiegający samozwijaniu się rękawicy. Delikatnie teksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców. AQL na poziomie 1.5 po zapakowaniu, grubość (pojedyncza ścianka) min: palec: 0,09 mm, dłoń: 0,05 mm, mankiet: 0,05 mm. Odporne na uszkodzenia mechaniczne dające się łatwo i pojedynczo wyciągać z opakowania. Przebadane na przenikalność substancji chemicznych i min . 15 leków cytostatycznych. Opakowanie umożliwiające łatwe i pojedyncze wyjmowanie rękawic z dyspensera. Zewnętrzne opakowanie widocznym oznakowaniem fabrycznym posiadającym takie informacje jak: data ważności,



CZŁONEK POLSKIEJ I EUROPEJSKIEJ SIECI SZPITALI PROMUJĄCYCH ZDROWIE

<http://reumatologia.srem.net>
tel. +48 61 22 46 300

por@reumatologia.srem.net
fax +48 61 22 46 316





WIELKOPOLSKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNY W ŚREMIE
SAMODZIELNY PUBLICZNY
SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
63-100 ŚREM, UL. MICKIEWICZA 95

oznakowanie znakiem CE, AQL dla szczelności, wyrób medyczny klasy I, środek ochrony indywidualnej klasy III. Zgodność z normami: EN 455-1,2,3,4; EN ISO 374-1,5; EN 374-2,3,4; EN 16523-1; EN 420; ISO 9001; ISO 13485; ISO 14001; EN ISO 15223-1 i rozporządzeniem 1935/2004, dopuszczenie do kontaktu z żywnością.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczanie opisanych powyżej rękawic.

Pytanie 77. Pakiet 3 poz. 5-8. Prosimy Zamawiającego o odstąpienia o wymogu kodowania rozmiaru kolorystycznie na opakowaniu.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od wymogu kodowania rozmiaru kolorystycznie na opakowaniu.

Pytanie 78. Pakiet 3 poz. 5-8. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie niesterylnych, jednorazowych rękawic diagnostyczno-ochronnych, bezpydrowych, nitrylowych. Powierzchnia wewnętrzna i zewnętrzna - polimer butadienowy. Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń. Równomiernie rolowany brzeg mankietu. Delikatnie teksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców. Grubość na palcach min. 0,08 mm, grubość na dłoni min. 0,06 mm. Odporne na uszkodzenia mechaniczne, AQL = 1.0, siła zrywania zgodnie z EN 455-2 $\geq 6,0N$. Otwór dozujący zabezpieczony dodatkową folią chroniącą zawartość przed kontaminacją. Dające się łatwo i pojedynczo wyciągać z opakowania. Układane warstwowo, płasko, automatycznie. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I oraz środek ochrony osobistej w kategorii III. Odporne na penetrację substancji chemicznych (min. 3 substancji na poziomie co najmniej 2), Typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na penetrację wirusów zgodnie z ASTM F 1671, przebadane na penetrację cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978 (min. 12 leków). Produkowane w zakładach z wdrożonymi systemami zarządzania jakością ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, ISO 45001. Oznakowanie opakowań zgodne z Rozporządzeniem EU 2017/475 dla wyrobów medycznych i Rozporządzeniem EU 2016/425 dla środków ochrony osobistej. Przydatne do kontaktu z żywnością zgodnie z REG. 1935/2004. Rozmiary XS-XL, pakowane po maks. 200 szt.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczanie opisanych powyżej rękawic z odpowiednim przeliczeniem.

Pytanie 79. Pakiet 3. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy otwór dozujący dyspensera rękawic diagnostycznych posiadał dodatkową folię chroniącą zawartość przed kontaminacją

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie takiego rozwiązania, ale nie stawia takiego wymogu.

DYREKTOR

dr n.med. Wojciech Komanowski



CZŁONEK POLSKIEJ I EUROPEJSKIEJ SIECI SZPITALI PROMUJĄCYCH ZDROWIE

<http://reumatologia.srem.net>
tel. +48 61 22 46 300

por@reumatologia.srem.net
fax +48 61 22 46 316

