Zmiana z dnia 23.05.2025 r.

Opis Przedmiotu Zamówienia

Dostawa chłodziarki laboratoryjnej dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego.

Zastosowanie: do przechowywania próbek biologicznych, substancji chemicznych i odczynników wrażliwych na temperaturę.

Minimalne wymagania parametrów technicznych:

1. Pojemność netto co najmniej **235 l**.
2. Chłodzenie powietrzem obiegowym.
3. ~~Zakres~~ temp. otoczenia ~~co najmniej~~ od max. **+16°C** do co najmniej **+30°C**.
4. Zakres temp. pracy co najmniej od +3°C do **+8°C**.
5. Stabilność temperatury ±3°C.
6. Poziom szumu ~~nie większy niż~~ 50dB **+/-10%**.
7. Obudowa wykonana ze stali.
8. Drzwi ze szkła izolacyjnego~~, z ramą z tworzywa sztucznego~~.
9. Sterowanie z poziomu wyświetlacza.
10. Co najmniej cztery regulowane półki.
11. Maksymalne obciążenie półek – co najmniej **25 kg**.
12. Sprzęt wyposażony w blokadę mechaniczną z dwoma kluczami.
13. Czynnik chłodniczy R600a.
14. Rozmrażanie automatyczne.