

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Poznaniu

im. prof. Ludwika Bierkowskiego



Dział Zamówień Publicznych

ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań
tel. 61-846-47-70,

www.szpitalmswia.poznan.pl
zamowienia@szpitalmswia.poznan.pl

Poznań, dnia 10.07.2024 r.

ZP/p/11/2024

**Do wszystkich Wykonawców
ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na dostawę wyposażenia na rzecz SP ZOZ MSWiA im. prof. Ludwika Bierkowskiego w Poznaniu

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ Nr 9

Zgodnie z art. 284 ust. 2 i 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu, im. prof. Ludwika Bierkowskiego, informuje, że w przedmiotowym zwrócono się o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Zamawiający niniejszym publikuje treść zapytań wraz udzielonymi wyjaśnieniami.

Zestaw zapytań nr 1

Czy zamawiający dopuści komorę posiadającą deklarację potwierdzającą zgodność sprzętu z normami EN 12469, DIN 12980 nie wystawioną przez jednostkę notyfikującą

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dla potwierdzenia spełniania wymagań dla punktu A.6. czyli zgodności z normami EN 12469 i DIN 12980 będzie wymagać Deklaracji Zgodności wystawionej przez Producenta.

Zestaw zapytań nr 2

Czy dopuszczają Państwo ofertę na system regałów z:

- pełnym wysuwem szuflad, przy czym tylna krawędź szuflady nie wysuwa się poza obudowę regału - nie wysuwa się 1,5 cm szuflady
- Szufladami zainstalowanymi na rolkowych prowadnicach bez mechanizmu hamującego?

Ze względu na specyfikę produktu, poproszę o informację czego dokładnie powinien dotyczyć wymagany atest?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt.

W związku z zadaniem pytaniem Zamawiający dokonał modyfikacji SWZ i odstąpił od wymagania deklaracji zgodności i certyfikatu CE w zakresie części nr 4.

Niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

Z poważaniem

SPECJALISTA
ds. zamówień publicznych
mgr inż. Aleksandra Waraczewska