



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie**

ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin, tel.: 91 43 29 503 lub 500, fax 91 43 29 501

www.spzozmswia.szczecin.pl biuro@spzozmswia.szczecin.pl

BGK 32 1130 1176 0022 2137 2520 0006, NIP 852-21-98-181, REGON 810733454, KRS 0000001757

Szczecin, dnia 21.05.2021 r.

WZZ-2375-9-¹³⁰...-05/21

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

**Dotyczy: postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), pn.: „Dostawa drobnych materiałów laboratoryjnych, materiałów jednorazowego i wielokrotnego użytku oraz szybkich testów do oznaczenia kalprotektyny i elastazy w kale dla SP ZOZ MSWiA”.
znak sprawy: 9/2021.**

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie informuje, że od Wykonawców wpłynęły pytania do SWZ o następującej treści:

Pytanie nr 1: dot. zapisów SWZ.

Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku?

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie nr 2: dot. Zapisów SWZ.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z Załącznika nr 2 do SIWZ dla pakietu 1 kolumn dotyczących wykazu dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego (9- Nazwa dokumentu(ów) dopuszczających zaoferowany produkt do użytku szpitalnego; 10- Data wydania dokumentu i jego ważności; 11- nr dokumentu) oraz wprowadzenia modyfikacji SIWZ tj. dodania wymogu złożenia Oświadczenia o posiadaniu wyżej wymienionych dokumentów?

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie nr 3: dot. zapisów SWZ.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ustalenie dla Pakietu 1 minimalnego terminu dostawy (uzupełniania asortymentu) wynoszącego 2 dni?

Odpowiedź nr 3:


Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie nr 4: dot. zapisów SWZ.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ustalenie dla Pakietu 1 minimalnego terminu rozpatrzenia reklamacji wynoszącego 3 dni?

Odpowiedź nr 4:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.



Pytanie nr 5: dot. zapisów SWZ.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ustalenie dla Pakietu 1 wysokości kary umownej na poziomie: minimalna 0,5 % wartości dostawy, maksymalna 1 % wartości dostawy?

Odpowiedź nr 5:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie nr 6: dot. zapisów wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu 2 sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł netto”

Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 150 zł koszty transportu na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

Odpowiedź nr 6:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie nr 7: dot. zapisów wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu paragrafu 7 pkt 1 i pkt 2 na: „5% niezrealizowanej wartości brutto umowy.”

Odpowiedź nr 7:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie nr 8: dot. Pakietu 1 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania próbek typu Eppendorf z płaskim zatrzaskowym, zintegrowanym z próbką wieczkiem, dzięki któremu możliwe jest opisywanie próbki na wierzchniej stronie korka oraz z zamknięciem typu Safe Lock. Bezpieczne zamknięcie tzw. Safe Lock uniemożliwia przypadkowemu otwarciu się próbki np. podczas jej wirowania przy wysokich obrotach.

Odpowiedź nr 8:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 9: dot. Pakietu 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania próbki typu Eppendorf z dnem soczewkowym?

Odpowiedź nr 9:

Zamawiający nie dopuszcza podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 10: dot. Pakietu 1 poz. 5

Czy Zamawiający wymaga nakłuwaczy o głębokości nakłucia 1,8 mm oraz 2,4 mm o łącznej ilości 2000 szt.?

Odpowiedź nr 10:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11: dot. Pakietu 1 poz. 13

Czy przez bagietkę- odkuwacz należy rozumieć bagietkę prostą czy bagietkę z harpunem i łopatką?

Odpowiedź nr 11:

Zamawiający miał na myśli bagietkę – odkuwacz prostą.

Pytanie nr 12: dot. Pakietu 1 poz. 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pipet o poj. użytkowej 3 ml i całkowitej 4 ml?

Odpowiedź nr 12:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 13: dot. Pakietu 1 poz. 17

Czy Zamawiający dopuści nalepki o wymiarach 40x20mm?

Odpowiedź nr 13:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 14: dot. Pakietu 1 poz. 20

Czy Zamawiający dopuści statyw 50-stanowiskowy spełniający pozostałe wymagania?

Odpowiedź nr 14:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 15: dot. Pakietu 1 poz. 35

Czy Zamawiający dopuści pojemnik wykonany z PE, bez wkładki, spełniający pozostałe wymagania?

Odpowiedź nr 15:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 16: dot. Pakietu 1 poz. 36

Czy Zamawiający dopuści pojemnik wykonany z PP, o wym. 30x80 mm, spełniający pozostałe wymagania?

Odpowiedź nr 16:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 17: dot. Pakietu 1 poz. 38

Czy Zamawiający dopuści pisaki typu Sharpie standardowe, oraz cienkopiszące?

Odpowiedź nr 17:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 18: dot. Pakietu 1 poz. 44, 45

Czy Zamawiający dopuści szkiełka o wym. 20x26 mm

Odpowiedź nr 18:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 19: dot. Pakietu 1 poz. 49

Czy Zamawiający dopuści zamiast zlewki o poj. 200 ml- zlewki o poj. 150 ml lub 250 ml?

Odpowiedź nr 19:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 20: dot. Pakietu 1 poz. 35

Zwracamy się z prośbą o wyłączenie pozycji 35 z uwagi na wycofanie pojemników przez producenta.

Odpowiedź nr 20:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. W przypadku gdy brak jest produktu lub jest tymczasowy brak produkcji należy podać ostatnią cenę sprzedaży oraz uwagę o jego braku.

Zastępca Dyrektora ds. Medycznych
SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

Luiza Reddig

Z UPOWAŻNIENIEM