



Słupsk, dnia 30.08.2023 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: „Dostawa elektrod, kardiowerterów oraz stymulatora rdzeniowego” - nr postępowania 82/PN/2023

Na podstawie art. 135 ust. 6 – przetarg nieograniczony ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605, dalej „PZP”) Zamawiający udostępnia treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1:

Dot.: Pakiet 2 pkt 23 i 69

Czy Zamawiający dopuści kardiowertery-defibrylatory z terapią ATP typu burst, scan i ramp?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2:

Dot.: Pakiet 2 pkt 26

Czy Zamawiający dopuści kardiowerter-defibrylator dostarczający 5 terapii w strefie VT i 6 terapii w strefie VF?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3:

Dot.: Pakiet 2 pkt 80

Czy Zamawiający dopuści kardiowertery-defibrylatory resynchronizujące z automatycznym algorytmem oceny skuteczności, adaptacją amplitudy stymulacji kanałów RV i LV ale impulsem ratunkowym 5,0V dostarczanym podczas automatycznego testu?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4:

Dot.: Pakiet 2 pkt 2 – Elektrody endokawitarne

Czy Zamawiający dopuści elektrody komorowe i przedsionkowe o aktywnej i pasywnej fiksacji tylko dwubiegunowe?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5:

Dot.: Pakiet 2 pkt 23 – Stymulatory resynchronizujące

Czy Zamawiający dopuści stymulatory resynchronizujące z automatycznym algorytmem oceny skuteczności, adaptacją amplitudy stymulacji kanałów RV i LV ale impulsem ratunkowym 5,0V dostarczanym podczas automatycznego testu?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

KIEROWNIK
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych
Piotr Feszak