

Radziejów dnia 26 kwietnia 2022 r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy udzielenia zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) w trybie podstawowym na: Dopuszczenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19” – aparat do znieczulenia -3 szt. (ID 598418) (oznaczenie sprawy ZP-08/2022) – ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 08 kwietnia 2022 r. pod nr 2022/BZP 00115875/01

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie zmienia odpowiedź z dnia 25 kwietnia 2022 r. na poniższe pytanie:

Z: „III. Prosimy o doprecyzowanie jakiego typu wlewu parownika do sevofluranu: QF Abbvie czy STS Baxter, będzie wymagał Zamawiający.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga wlewu parownika do sevofluranu Baxter.”

Na: Z: „III. Prosimy o doprecyzowanie jakiego typu wlewu parownika do sevofluranu: QF Abbvie czy STS Baxter, będzie wymagał Zamawiający.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga wlewu parownika do sevofluranu Abbvie.”

Powyższe wyjaśnienie staje się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i jest dla Wykonawców wiążące.

Dyrektor

mgr Sebastian Jankiewicz

Radziejów, dnia 26 kwietnia 2022 r.