



Poznań, dnia 11.04.2024 r.

Oznaczenie sprawy: PN-27/24

**Uczestnicy postępowania
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku, szwów chirurgicznych**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 4

W związku z otrzymanymi zapytaniem dotyczącym treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r - Prawo zamówień publicznych poniżej zamieszcza treść zapytań wraz z odpowiedziami:

[Zestaw 1](#)

Część nr 1 poz. 1-4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawk 2-częściowych bez skali rozszerzonej z tłokiem w kolorze białym, mlecznym.

Odp: Zamawiający dopuszcza strzykawki z tłokiem w kolorze białym, mlecznym, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Część nr 1 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki 2 częściowej 10ml skalowanej co 0,2

Odp: Nie, zgodnie z SWZ

część nr 2 poz. 2-4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawk 3 częściowych Luer-Lock ze skalą rozszerzoną: 5ml-6ml, 10ml-12ml, 20ml-22ml, tłok w kolorze białym, mlecznym.

Odp: Zamawiający dopuszcza strzykawki 3 częściowe Luer-Lock ze skalą rozszerzoną: 5ml-6ml, 10ml-12ml, 20ml-22ml, tłok w kolorze białym, mlecznym, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

część nr 3 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawk na podstawie oświadczenia producenta strzykawk o kompatybilności z wymaganymi pompami, wraz ze wskazaniem na jakim ustawieniu pompy należy używać strzykawk. Oznaczenie takie znajduje się również na każdym opakowaniu jednostkowym strzykawki.

Odp: Nie, zgodnie z SWZ

część nr 3 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawk do pomp, pakowanych po 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem w formularzu asortymentowo- cenowym.

Odp: Zamawiający dopuszcza strzykawki w opakowaniach po 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości, pod warunkiem zachowania pozostałych warunków SWZ.

część nr 5 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga wyrobu medycznego w klasie IIa

Odp: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

część nr 5 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga gazika sterylnego

Odp: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.



CERTYFIKAT 2023/56



PRACOWNIKI ISO 9001:2015:10
FIN-EN ISO 22460:2018:08



część nr 6 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koreczków kombi tylko w kolorze czerwonym.

Odp: Zamawiający dopuszcza koreczki kombi w kolorze czerwonym, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

część nr 7 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku do mocowania wkłuc obwodowych w rozmiarze 40x50mm. Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odp: Zamawiający dopuszcza opatrunek do mocowania wkłuc obwodowych w rozmiarze 40x50mm. Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

część nr 7 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku do mocowania wkłuc obwodowych w rozmiarze 6cm x8cm

Odp: Nie, zgodnie z SWZ

część nr 10 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra przeciwbakteryjnego sterylnego z przedłużeniami do płynów o długości 12 cm, powierzchni filtracji 1,45 i objętość wypełnienia 0,3. Filtr posiada membranę 0,2µm. Filtr mały płaski, obudowa bezbarwna. Pakowany pojedynczo.



Odp: Zamawiający dopuszcza filtr, którego objętość wypełnienia wynosi 0,3ml, przy zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów zgodnie z SWZ.

część nr 10 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra przeciwbakteryjnego sterylnego z przedłużeniami do przetaczania emulsji lipidowych z membraną 1,2µm, o powierzchni filtrującej 1,45, objętości wypełnienia 0,35. Filtr mały płaski, obudowa bezbarwna. Pakowany pojedynczo.



Odp: Zamawiający dopuszcza filtr, którego objętość wypełnienia wynosi 0,35ml, przy zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów zgodnie z SWZ.



CERTYFIKAT 2023/56



PRACOWNIKI ISO 9001:2015:10
PKN EN ISO 22000:2018:08



Zestaw 2

Część nr 10, pozycja 1, 2

Czy Zamawiający dopuści filtr z drenami wykonanymi z PCV, bez DEHP, o długości 5cm przed filtrem oraz o długości 10cm za filtrem?

Odp: Nie, zgodnie z SWZ

Część nr 10, pozycja 1, 2

Czy Zamawiający dopuści filtr z drenami o średnicy 1,5x3mm?

Odp: Nie, zgodnie z SWZ

Część nr 10, pozycja 1, 2

Czy Zamawiający dopuści filtr o objętości wypełnienia 0,4-0,6ml?

Odp: Zamawiający dopuszcza filtr, którego objętość wypełnienia mieści się w przedziale 0,4-0,6ml, pozostałe parametry zgodnie z SWZ

Część nr 10, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści filtr o przepływie >5ml/min?

Odp: Zamawiający dopuszcza filtr o przepływie >5ml/min, pozostałe warunki zgodnie z SWZ.

Część nr 10, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści filtr bez kodowania kolorystycznego, w zamian za oznaczenie wielkości membrany na filtrze, tj. „1.2 micron” oraz na opakowaniu jednostkowym?

Odp: Nie, zgodnie z SWZ

Część nr 10, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści filtr o przepływie >40ml/min?

Odp: Nie, zgodnie z SWZ

Zestaw 3

Część nr 14

Pozycja 1-2 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania serwety operacyjnej z gazy bawełnianej 4 warstwowej – pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

Odp: Nie, zgodnie z SWZ.



CERTYFIKAT 2023/56





Zestaw 4

1. **Pakiet 14, poz. 1-2:** Czy Zamawiający wymaga, aby serwety gazowe operacyjne były pakowane w torebkę papierowo-foliową z wycięciem na kciuk oraz V-kształtnym zgrzewem, co ułatwia bezpyłowe otwieranie i posiadała 4 naklejki typu tag z informacją o co najmniej indeksie, dacie ważności, wytwórcy, rozmiarze i ilości ?

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga, pozostałe parametry zgodne z SWZ.

W związku z art. 431. PZP [Obowiązek współdziałania zamawiającego i wykonawcy] wskazującym na fakt, iż Zamawiający i wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia obowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, zwanej dalej "umową", w celu należytej realizacji zamówienia przesyłamy następujące zapytania do wzoru umowy:

1. Czy Zamawiający zgadza się na obniżenie kary umownej do 0,5% lub na inne złagodzenie kary umownej z § 9 ust. 1 pkt a) wzoru umowy?

Odp. Zamawiający nie zmienia wzoru umowy w powyższym paragrafie.

2. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 ust. 1 lit. b) i c) wzoru umowy wyrażenie „10% wartości umowy netto określonej w § 4 ust. 1” zostało zastąpione wyrażeniem „10% niezrealizowanej wartości umowy”?

Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie od umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, zwłaszcza w przypadku odstąpienia od umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby znacznie przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odp. Zamawiający nie zmienia wzoru umowy w powyższym paragrafie.

3. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 10 ust. 5 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy Zamawiający wezwał wykonawcę do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Odp. Zamawiający nie zmienia wzoru umowy w powyższym paragrafie.



CERTYFIKAT 2023/56

